

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

**U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica**  
Avv. Angelo Rabotti.

Prot. n. <sup>22893</sup> del 06/11/2019

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di materiale protesico per la U.O.C. di Cardiocirurgia. Risposte alle richieste di chiarimenti.

**Quesito n. 8:** Onde evitare la stampa di una mole considerevole di materiale, si chiede la possibilità di presentare gli studi scientifici, dove richiesti, esclusivamente su supporto informatico (CD-Room). Nel tal caso specificare se si necessita o meno di firma digitale.

**Risposta al quesito n. 8:** E' consentita la presentazione di studi scientifici in formato cartaceo oppure su supporto informatico con firma digitale del documento.

**Quesito n.9:** Con riferimento al lotto 39 "Prelievo endoscopico condotti" siamo a richiedere l'acquisto diretto del dispositivo eliminando la fornitura mediante conto deposito, in quanto trattasi di dispositivo monouso di un'unica misura differente rispetto al materiale protesico richiesto negli altri lotti di gara. Facciamo inoltre presente che al momento in Italia non ci sono ospedali che acquistano il dispositivo di prelievo endoscopico mediante conto deposito.

**Risposta al quesito n. 9:** A parziale rettifica dell'allegato "A" relativamente al lotto n. 39 non è richiesto il conto deposito.

**Quesito n.10:** In merito al Kit del al lotto 20, essendo richiesta la possibilità di impianto transapicale, segnaliamo che tale tipologia di approccio è a disposizione di una sola azienda, che quindi la identifica. Questa tipologia di impianto ad oggi viene adoperata in minore percentuale. Per questa ragione si richiede la possibilità di poter partecipare al lotto in oggetto pur non offrendo il Kit Transapicale. Il prodotto che include anche il kit transapicale ben potrebbe essere richiesto separatamente essendo unico ed infungibile.

**Risposta al quesito n. 10:** L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto (Allegato A), pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice, come riportato nel disciplinare di gara.

**Quesito n.11: Lotto n. 21:** Nella descrizione del Lotto è indicata come misura la Valvola 31 mm, chiediamo se tale caratteristica è pena esclusione dal lotto e contestualmente vorremmo segnalare che nel nostro range di misure è presente la valvola 34mm che, rispetto alla valvola 31 mm (in grado di trattare annulus da 26mm a 29mm), consente di ampliare la gamma di trattamento degli annulus da 26mm a 30mm.

Siamo quindi a chiedervi se è possibile offrire nel lotto 21 la valvola 34mm invece della 31 mm, poiché la stessa rappresenta un miglioramento in termini di pazienti potenzialmente trattabili.

**Risposta al quesito n. 11:** E' possibile offrire nel lotto n. 21, anche la valvola da 34 mm.



**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

**Quesito n.12:** si prega di confermare che è possibile inviare Brochure, che hanno scopo puramente illustrativo, in lingua originale; 2. si prega di confermare che è possibile inviare eventuale Letteratura solo su supporto informatico, tenuto conto della notevole quantità di pagine da stampare.

**Risposta al quesito n. 12:** E' possibile inviare Brochure, che hanno scopo puramente illustrativo, in lingua originale ed inviare eventuale Letteratura in formato cartaceo oppure su supporto informatico firmato digitalmente.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica  
(Avv. Angelo Rabotti)