



OGGETTO: FONDI POR CALABRIA - AZIONE 1.6.1. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Procedura negoziata per la fornitura di un attrezzature per la U.O.C. di Chirurgia Toracica. CUP G34E20008860006. CIG A009E30B2B.

VERBALE n.1

L'anno duemilaventitre il giorno 09 del mese di novembre, alle ore 14,30, presso gli Uffici della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica, Via Provinciale Spirito Santo in Reggio Calabria, si è riunita la Commissione di gara nominata con Deliberazione n. 731 del 18/09/2023 e s.m.i per l'aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto. =====
Sono presenti per il G.O.M.: =====

- Dr. Baldassare Mondello- Presidente =====
- D.ssa Romina Marino - Componente =====
- Dr. Antonino Rugolo - Componente =====
- Dr. Francesco Ferrara - Segretario Verbalizzante =====

Preliminarmente il Segretario Verbalizzante acquisisce - ex art. 93, D. Lgs. n. 36/2023, relativamente all'inesistenza della cause di incompatibilità, e, quindi, all'assenza di eventuale conflitto di interesse, anche potenziale - le dichiarazioni dei componenti della Commissione de qua, allegate al presente verbale. =====

La Commissione prende atto che alla data del 12.9.2023 alle ore 12:00, termine previsto per la presentazione delle offerte sul MePA relative alla R.D.O. n. 3717956 sono pervenute le offerte delle ditte Olympus e Orthomed.

La Commissione procede con l'esame della documentazione amministrativa sulla piattaforma MEPA che risulta conforme a quanto richiesto.

Si procede quindi all'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte offerenti:

- Ditta Orthomed: le apparecchiature offerte dalla ditta Orthomed sono conformi a quanto richiesto. La Commissione procede di seguito all'attribuzione dei punteggi come segue:

Criteri di valutazione lava endoscopi	Punteggio max	Giudizio	Punteggio attribuito
Materiali di costruzione	8	Ottimo	8
Tecnologia di Lavaggio e disinfezione	10	Ottimo	10
Ergonomia e facilità di utilizzo	5	Ottimo	5
Stampante tracciabilità	5	Ottimo	5
Sistemi di dosaggio automatico/sicurezza per l'operatore	5	Ottimo	5
Assistenza tecnica	2	Ottimo	2
Criteri di valutazione porta endoscopi	Punteggio max		
Materiali impiegati e finitura	10	Ottimo	10
Struttura priva di angoli critici	5	Buono	3,75
Sanificazione di tutte le componenti	8	Ottimo	8
Sistema per il bloccaggio degli endoscopi	7	Sufficiente	3,50
Ergonomia e facilità di utilizzo	5	Ottimo	5

del 16

tracce





SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Totale punteggio	70		65,25
------------------	----	--	-------

- Ditta Olympus: le apparecchiature offerte dalla ditta Olympus sono conformi a quanto richiesto. La Commissione procede di seguito all'attribuzione dei punteggi come segue:

Criteri di valutazione lava endoscopi	Punteggio max	Giudizio	Punteggio attribuito
Materiali di costruzione	8	Ottimo	8
Tecnologia di Lavaggio e disinfezione	10	Buono	7,5
Ergonomia e facilità di utilizzo	5	Ottimo	5
Stampante tracciabilità	5	Ottimo	5
Sistemi di dosaggio automatico/sicurezza per l'operatore	5	Ottimo	5
Assistenza tecnica	2	Ottimo	2
Criteri di valutazione porta endoscopi	Punteggio max		
Materiali impiegati e finitura	10	Ottimo	10
Struttura priva di angoli critici	5	Ottimo	5
Sanificazione di tutte le componenti	8	Ottimo	8
Sistema per il bloccaggio degli endoscopi	7	Ottimo	7
Ergonomia e facilità di utilizzo	5	Sufficiente	2,5
Totale punteggio	70		65

Si procede quindi all'apertura dell'offerta economica presentata a sistema.

La ditta Olympus, offre per le forniture di che trattasi l'importo di € 23.987,04 oltre iva.

La ditta Orthomed, offre per le forniture di che trattasi l'importo di € 22.300,00 oltre iva.

La Commissione propone l'aggiudicazione della fornitura di cui alla presente gara alla ditta Orthomed per l'importo di € 22.300,00 oltre iva che ha ottenuto il punteggio più alto di 95,25 punti rispetto alla concorrente Olympus che ha ottenuto il punteggio di 92,89.

Alle ore 15,00 si concludono i lavori.

Del che viene redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto come segue. =====

Dr. Baldasare Mondello Baldasare Mondello

D.ssa Romina Marino Romina Marino

Dr. Antonino Rugolo Antonino Rugolo

Dr. Francesco Ferrara Francesco Ferrara

[The body of the page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side. A thick horizontal line is visible near the top of the page.]