



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



**Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi Melacrino Morelli"**
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

OGGETTO: FONDI POR CALABRIA - AZIONE 1.6.1. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Procedura negoziata per la fornitura di un sistema per videoendoscopia. CUP G34E20008860006. CIG A01151CE59

VERBALE n.1

L'anno duemilaventitre il giorno 03 del mese di ottobre, alle ore 13,35, presso gli Uffici della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica, Via Provinciale Spirito Santo in Reggio Calabria, si è riunita la Commissione di gara nominata con Deliberazione n. 791 del 02/10/2023 per l'aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto. =====

Sono presenti per il G.O.M.: =====

- Dr. Filippo Bova- Presidente =====
- D.ssa Fabiola Cuoco - Componente =====
- Dr. Antonio Stiriti - Componente =====
- Dr. Francesco Ferrara - Segretario Verbalizzante =====

Preliminarmente il Segretario Verbalizzante acquisisce - ex art. 93, D. Lgs. n. 36/2023, relativamente all'inesistenza della cause di incompatibilità, e, quindi, all'assenza di eventuale conflitto di interesse, anche potenziale - le dichiarazioni dei componenti della Commissione de qua, allegate al presente verbale. =====

La Commissione prende atto che - alla data del 26.9.2023 alle ore 12:00, termine previsto per la presentazione delle offerte sul MePA relative alla R.D.O. n. 3742111 è pervenuta l'offerta della ditta Endotec.

La Commissione procede con l'esame della documentazione amministrativa sulla piattaforma MEPA che risulta conforme a quanto richiesto.

Si procede quindi all'esame della documentazione tecnica dalla quale si evince che l'apparecchiatura offerta dalla ditta Endotec è conforme alla richiesta, e procede di seguito all'attribuzione dei punteggi come segue:

Parametri di valutazione	Punteggio max	subparametri
Contenuto tecnologico (video processore e fonte luminosa)	20	Funzioni del Videoprocessore. 5 PUNTI Funzioni per la visualizzazione del pattern vascolare supportata da evidenze scientifiche. 5 PUNTI Funzioni e tecnologia di illuminazione della fonte luminosa. 5 PUNTI Espandibilità e possibilità di aggiornamento tecnologico hardware e software. 5 PUNTI
Strumenti videoendoscopici	30	Caratteristiche tecniche e accorgimenti costruttivi finalizzati all'ergonomia e alla precisione di manovrabilità. 10 PUNTI Capacità del raggiungimento del risultato diagnostico e operativo. 5 PUNTI Qualità del sensore e dotazioni di sistemi preferibilmente ottici per le funzioni



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



**Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi Melacrino Morelli"**
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

		zoom. 15 PUNTI
Monitor Medica e accessori	10	Segnali video in ingresso e in uscita, qualità display del monitor. 5 PUNTI Accessori offerti e disponibili a richiesta per l'utilizzo della strumentazione. 5 PUNTI
Affidabilità e sicurezza	5	Affidabilità diagnostica — dotazioni finalizzate alla sicurezza per il paziente e per l'operatore
Assistenza tecnica	5	Servizio offerto in garanzia full-risk per 36 mesi

Ditta Endotec totale punti 70

Si procede quindi all'apertura dell'offerta economica presentata a sistema.

La ditta Endotec, offre per la fornitura di che trattasi l'importo di € 203.000,00 oltre iva.

LA Commissione propone l'aggiudicazione della fornitura di cui alla presente gara alla ditta Endotec per l'importo di € 203.000,00 oltre iva.

Alle ore 14,00 si concludono i lavori.

Del che viene redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto come segue. =====

Dr. Filippo Bova *Filippo Bova*

D.ssa Fabiola Cuoco *Fabiola Cuoco*

Dr. Antonio Stiriti *Antonio Stiriti*

Dr. Francesco Ferrara *Francesco Ferrara*