



OGGETTO: FONDI POR CALABRIA - AZIONE 1.6.1. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Procedura negoziata per la fornitura di un sistema ecografico top di gamma per applicazioni di Pronto Soccorso (Eco Fast). CUP G34E20008860006. CIG A01E44201B

L'anno duemilaventitre il giorno 7 del mese di dicembre, alle ore 08,50 presso gli Uffici della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica, Via Provinciale Spirito Santo in Reggio Calabria, si è riunita la Commissione di gara nominata con Deliberazione n. 958 del 21/11/2023 e s.m.i. per l'aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto.

Sono presenti i componenti:

- Dr. Giuseppe Ielo - Presidente
- Dr.ssa Carmela Falcone - Componente
- Dr.ssa Maria Rosa Giofrè - Componente
- Dr. Francesco Ferrara - Segretario Verbalizzante

Preliminarmente il Segretario Verbalizzante acquisisce – ex art. 93, D. Lgs. n. 36/2023, relativamente all'inesistenza della causa di incompatibilità, e, quindi, all'assenza di eventuale conflitto di interesse, anche potenziale – le dichiarazioni dei componenti della Commissione de qua, allegate al presente verbale. =====

La Commissione prende atto che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte sul MePA relative alla R.D.O. n. 3792551 sono pervenute le offerte delle ditte Siemens e Formedical.

La Commissione preliminarmente esamina la documentazione amministrativa presentata dalle ditte offerenti che risulta conforme a quanto richiesto e di seguito procede all'esame della documentazione tecnica depositata sulla piattaforma MePA.

Ditta Siemens. La Commissione, dopo l'esame della documentazione tecnica prodotta dalla ditta Siemens dichiara che l'apparecchiatura offerta è conforme alla richiesta e procede ad unanimità, all'attribuzione dei punteggi come segue:

Caratteristiche tecniche	Punti max	Giudizio	Punteggio Commissione
Dimensioni ed ergonomia dell'ecografo e sua efficienza	8	Buono	6
Durata e capacità batteria	6	Buono	4,5
Sistema dotato di utilizzo semplificato per procedure d'urgenza	8	Ottimo	8
Superficie della tastiera facilmente sanificabile e sigillata per evitare intromissione liquidi sanificazione	8	Sufficiente	4
Ecografo dotato di un sistema di gestione della visualizzazione di Aghi anche non ecogenici 8	8	Buono	6
Sistema dotato della capacità di bloccare il pannello di controllo per evitare attivazioni indesiderate	6	Buono	4,5
Capacità di rotazione del monitor di 360°	6	Sufficiente	3
Caratteristiche offerte	10	Buono	7,5



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



**Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi Melacrino Morelli"**
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Assistenza tecnica (tempi intervento, assistenza remota, possibilità muletto in caso di fermo superiore a 48h)	10	Sufficiente	5
Punteggio complessivo ditta Siemens			48,5

Ditta Formedical . La Commissione, dopo l'esame della documentazione tecnica prodotta dalla ditta Formedical dichiara che l'apparecchiatura offerta è conforme alla richiesta e procede ad unanimità, all'attribuzione dei punteggi come segue:

Caratteristiche tecniche	Punti max	Giudizio	Punteggio Commissione
Dimensioni ed ergonomia dell'ecografo e sua efficienza	8	Ottimo	8
Durata e capacità batteria	6	Ottimo	6
Sistema dotato di utilizzo semplificato per procedure d'urgenza	8	Ottimo	8
Superficie della tastiera facilmente sanificabile e sigillata per evitare intromissione liquidi sanificazione	8	Ottimo	8
Ecografo dotato di un sistema di gestione della visualizzazione di Aghi anche non ecogenici	8	Buono	6
Sistema dotato della capacità di bloccare il pannello di controllo per evitare attivazioni indesiderate	6	Ottimo	6
Capacità di rotazione del monitor di 360°	6	Ottimo	6
Caratteristiche offerte	10	Buono	7,5
Assistenza tecnica (tempi intervento, assistenza remota, possibilità muletto in caso di fermo superiore a 48h)	10	Ottimo	10
Punteggio complessivo ditta Formedical			65,5

Si procede quindi a riportare sulla piattaforma MEPA, i punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione ed all'apertura dell'offerta economica.

La ditta Siemens offre l'importo complessivo di € _____ oltre iva;

La ditta Formedical offre l'importo complessivo di € _____ oltre iva;

Dalla graduatoria elaborata dalla piattaforma MEPA vince quanto segue: =====

Lotto	Ditta	Punteggio qualità	Prezzo offerto	Punteggio economico	Punteggio totale
1	Siemens	48,5	32.000,00	30	78,5
	Formedical	65,5	38.730,10	24,75	90,25

La Commissione propone l'aggiudicazione della fornitura di cui alla presente procedura di gara, alla ditta Formedical per l'importo di € 38.730,10 oltre iva che ha ottenuto il punteggio più alto di 90,25 punti.

I lavori si concludono alle ore 09,30. =====

Via Provinciale Spirito Santo n. 24 - Cap. 89128 Città: Reggio Calabria pec: protocollo@pec.ospedalcrc.it -
web: www.ospedalcrc.it
P.Iva/CF: 01367190806



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Del che viene redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto come segue.

- Dr. Giuseppe Ielo

- Dr.ssa Carmela Falcone

- Dr.ssa Maria Rosa Giofrè

- Dr. Francesco Ferrara






