



Oggetto: FONDI POR CALABRIA- Azione 1.6.1. Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione . Procedura negoziata per la fornitura di n. 2 tavoli operatori elettromeccanici multidisciplinari. CUP G34E20008860006 CIG A02EA0EABF.

VERBALE

L'anno duemilaventitre , il giorno 01 del mese di dicembre alle ore 11.05, nei locali della U.O.C. Provveditorato- Economato e Gestione Logistica del Grande Ospedale Metropolitano " B.M.M." -sito in Via Provinciale Spirito Santo, Palazzo Gangeri-, si riunisce la Commissione giudicatrice della gara in oggetto costituita con deliberazione del Commissario Straordinario n° 1006 del 29.11.2023, per procedere all'apertura delle buste virtuali pervenute, sulla piattaforma MEPA, per la partecipazione alla procedura negoziata in oggetto, sono presenti: =====

Dott. Antonino Alberti → Presidente =====

Dott. Paolo Giofrè → Componente =====

Dott. Marianna Bevacqua → Componente =====

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Francesco Ferrara =====

La Commissione preliminarmente prende atto che in capo agli stessi componenti non sussistono cause di incompatibilità e di astensione con gli operatori economici che hanno presentato offerta.=====

Si prende atto, che entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte (ore 12.00 del 24.11.2023) risultano inserite a sistema n° 2 ditte e precisamente le ditte Endotec Srl e Arga Medicali Srl.=====

La Commissione procede all'apertura dei files caricati sul sistema MEPA e all'apertura della busta virtuale relativa alla Documentazione amministrativa, ed alla verifica della conformità a quanto richiesto ed alle disposizioni di legge vigenti.=====

Ditta Endotec Srl. - La ditta Endotec Srl viene ammessa alla successiva fase di gara =====

Ditta Arga Medicali Srl - La ditta Arga Medicali Srl viene ammessa alla successiva fase di gara.=====

A questo punto La Commissione procede all'approvazione della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte ammesse e procede all'apertura della busta tecnica virtuale.=====

La Commissione prende atto, altresì che la procedura sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n°36/2023 (offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), in base al punteggio attribuito con i parametri "qualità" - massimo 70 punti, e "prezzo" - massimo 30 punti, sulla base dei seguenti criteri: =====

| Voce | Parametro | Punteggio |
|------|---|--------------|
| 1 | soluzione progettuale (numero sezioni del piano, larghezza spalle, modularità delle 4 soluzioni, ecc...) | Max punti 4 |
| 2 | caratteristiche costruttive: materiali struttura e materassini e cuscini con elevata proprietà antidecubito ed alta resistenza allo strappo, finiture, dimensioni di ingombro, peso, ampiezza, autonomia, ecc.) | Max punti 10 |
| 3 | movimentazioni della colonna disponibili(insieme totale delle movimentazioni,tipologia e ampiezze per ogni singola movimentazione) | Max punti 6 |
| 4 | movimentazioni del piano disponibili: insieme totale delle movimentazioni, tipologia, ampiezze per ogni singola movimentazione | Max punti 10 |
| 5 | interfaccia utente (dispositivi di comando e controllo offerti, memorizzazione posizioni, ecc.) | Max punti 7 |



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

| | | |
|----|---|--------------|
| 6 | ergonomia di governo e sanificazione (procedure di manutenzione a carico dell'operatore, sanificazione, accorgimenti per facilitare l'utilizzo in reparto, ecc.) | Max punti 3 |
| 7 | sistema di sicurezza e allarmi (insieme di accorgimenti per la sicurezza di operatore e paziente, varietà di impostazioni allarmi, governo, personalizzazioni, ecc.) | Max punti 5 |
| 8 | allestimento (accessori di base ed opzionali disponibili) | Max punti 10 |
| 9 | escursione in altezza (minima e massima) del piano porta-paziente rispetto al pavimento | Max punti 8 |
| 10 | massimo carico sostenibile anche durante le movimentazioni (indicare il massimo carico statico e dinamico) | Max punti 5 |
| 11 | condizioni garanzia postvendita : migliorie rispetto ai tempi di intervento, tempi di risoluzione guasto non bloccante, tempi di risoluzione guasto bloccante richiesti | Max punti 2 |

Si prende atto, altresì, che a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario come segue:

| Giudizio | Coefficiente |
|--|--------------|
| Ottimo - Livello di definizione ottimo, con proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. | 1 |
| Buono - Livello di definizione buono, con proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. | 0,75 |
| Sufficiente - Livello di definizione sufficiente, con proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti | 0,5 |
| Non pienamente sufficiente - Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. | 0,25 |
| Insufficiente - Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. | 0 |

La Commissione procede alla valutazione della documentazione tecnica.=====

Ditta Endotec Srl. . A seguito alla valutazione delle schede tecniche presentate dalla ditta Endotec Srl, ciascun componente della commissione attribuisce un coefficiente variabile da zero ad uno per ciascun elemento qualitativo, come da scheda allegata. Pertanto vengono attribuiti i seguenti punteggi:=====

| Voce | Parametro | Punteggio |
|------|---|-----------|
| 1 | soluzione progettuale (numero sezioni del piano, larghezza spalle, modularità delle 4 soluzioni, ecc...) | 3 |
| 2 | caratteristiche costruttive: materiali struttura e materassini e cuscini con elevata proprietà antidecubito ed alta resistenza allo strappo, finiture, dimensioni di ingombro, peso, ampiezza, autonomia, ecc.) | 10 |
| 3 | movimentazioni della colonna disponibili(insieme totale delle movimentazioni, tipologia e ampiezze per ogni singola movimentazione) | 6 |
| 4 | movimentazioni del piano disponibili: insieme totale delle movimentazioni, tipologia, ampiezze per ogni singola movimentazione | 10 |



| | | |
|--------|---|------|
| 5 | interfaccia utente (dispositivi di comando e controllo offerti, memorizzazione posizioni, ecc.) | 7 |
| 6 | ergonomia di governo e sanificazione (procedure di manutenzione a carico dell'operatore, sanificazione, accorgimenti per facilitare l'utilizzo in reparto, ecc.) | 3 |
| 7 | sistema di sicurezza e allarmi (insieme di accorgimenti per la sicurezza di operatore e paziente, varietà di impostazioni allarmi, governo, personalizzazioni, ecc.) | 5 |
| 8 | allestimento (accessori di base ed opzionali disponibili) | 10 |
| 9 | escursione in altezza (minima e massima) del piano porta-paziente rispetto al pavimento | 8 |
| 10 | massimo carico sostenibile anche durante le movimentazioni (indicare il massimo carico statico e dinamico) | 5 |
| 1 1 | condizioni garanzia postvendita : migliorie rispetto ai tempi di intervento, tempi di risoluzione guasto non bloccante, tempi di risoluzione guasto bloccante richiesti | 1,5 |
| Totale | | 68,5 |

Ditta Arga Medicali Srl . A seguito alla valutazione delle schede tecniche presentate dalla ditta Arga Medicali Srl ciascun componente della commissione attribuisce un coefficiente variabile da zero ad uno per ciascun elemento qualitativo , come da scheda allegata. Pertanto vengono attribuiti i seguenti punteggi:=====

| Voce | Parametro | Punteggio |
|------|---|-----------|
| 1 | soluzione progettuale (numero sezioni del piano, larghezza spalle, modularità delle 4 soluzioni, ecc...) | 2 |
| 2 | caratteristiche costruttive: materiali struttura e materassini e cuscini con elevata proprietà antidecubito ed alta resistenza allo strappo, finiture, dimensioni di ingombro, peso, ampiezza, autonomia, ecc.) | 7,5 |
| 3 | movimentazioni della colonna disponibili(insieme totale delle movimentazioni, tipologia e ampiezze per ogni singola movimentazione) | 3 |
| 4 | movimentazioni del piano disponibili: insieme totale delle movimentazioni, tipologia, ampiezze per ogni singola movimentazione | 7,5 |
| 5 | interfaccia utente (dispositivi di comando e controllo offerti, memorizzazione posizioni, ecc.) | 3,5 |
| 6 | ergonomia di governo e sanificazione (procedure di manutenzione a carico dell'operatore, sanificazione, accorgimenti per facilitare l'utilizzo in reparto, ecc.) | 3 |
| 7 | sistema di sicurezza e allarmi (insieme di accorgimenti per la sicurezza di operatore e paziente, varietà di impostazioni allarmi, governo, personalizzazioni, ecc.) | 2,5 |
| 8 | allestimento (accessori di base ed opzionali disponibili) | 5 |
| 9 | escursione in altezza (minima e massima) del piano porta-paziente rispetto al pavimento | 8 |
| 10 | massimo carico sostenibile anche durante le movimentazioni (indicare il massimo carico statico e dinamico) | 2,5 |
| 11 | condizioni garanzia postvendita : migliorie rispetto ai tempi di | 1. |



| | | |
|--------|--|------|
| | intervento, tempi di risoluzione guasto non bloccante, tempi di risoluzione guasto bloccante richiesti | |
| Totale | | 45,5 |

La Commissione procede all'approvazione della documentazione tecnica presentata dalle ditte ammesse ed all'inserimento dei punteggi qualità, sulla piattaforma MEPA.

La Piattaforma MEPA elabora le offerte economiche presentata dalle ditte ammesse ed attribuisce il punteggio per prezzo e redige la seguente graduatoria :

| Ragione sociale | Offerta | Punteggio tot. | Punteggio tecnico | Punteggio offerta economica |
|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Endotec Srl | € 199.000,00 | 98,46 | 68,5 | 29,96 |
| Arga Medicali Srl | € 198.736,00 | 75,5 | 45,5 | 30 |

Pertanto la Commissione aggiudica provvisoriamente la procedura negoziata per la fornitura di n. 2 tavoli operatori elettromeccanici multidisciplinari alla ditta Endotec per un importo complessivo di € 199.000,00 oltre iva

I lavori vengono conclusi alle ore 12,55.

Del chè viene redatto il presente verbale che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto come segue:

Dott. Antonino Alberti

Dott. Paolo Giofrè

Dott. Marianna Bevacqua

Segretario verbalizzante Dott. Francesco Ferrara