



OGGETTO: FONDI POR CALABRIA - AZIONE 1.6.1. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Procedura negoziata per la fornitura di n. 2 Sterilizzatrici a gas plasma di perossido di idrogeno, per la U.O.S.D. Blocco Operatorio. CUP G34E20008860006.

## VERBALE n.1

L'anno duemilaventitre il giorno 14 del mese di Dicembre, alle ore 11,05 presso gli Uffici della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica, Via Provinciale Spirito Santo in Reggio Calabria, si è riunita la Commissione di gara nominata con Deliberazione n. 1058 del 14/12/2023 per la procedura negoziata in oggetto. =====

Sono presenti per il G.O.M.: =====

- D.ssa S. Saffioti - Presidente =====
- Dr. S. Failla - Componente =====
- Dr. A. Verdino - Componente =====
- Dr. F. Ferrara - Segretario Verbalizzante =====

Preliminarmente il Segretario Verbalizzante acquisisce - ex art. 93, D. Lgs. n. 36/2023, relativamente all'inesistenza della causa di incompatibilità, e, quindi, all'assenza di eventuale conflitto di interesse, anche potenziale - le dichiarazioni dei componenti della Commissione de qua, allegate al presente verbale. =====

La Commissione prende atto che - alla data del 12.12.2023 alle ore 12:00, termine previsto per la presentazione delle offerte sul MePA relative alla R.D.O. n. 3898602 - sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

- 1) FORMEDICAL CO
- 2) STEELCO. =====

La Commissione procede all'esame della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti alla gara, che è conforme a quanto richiesto e pertanto le ditte vengono ammesse alla successiva fase di gara.

La Commissione di seguito prosegue i lavori con l'esame della documentazione tecnica prodotta dalle ditte e depositata sulla piattaforma MEPA, ai fini della verifica del contenuto, delle caratteristiche tecniche e dei parametri qualitativi previsti nella griglia di valutazione contenuta nel C.S.A., e dichiara quanto segue: =====

- FORMEDICAL CO.: Documentazione tecnica conforme a quanto richiesto dalle Condizioni di fornitura/C.S.A.. I prodotti offerti sono conformi a quanto richiesto. La Ditta viene ammessa alla fase successiva di gara. =====
- STEELCO: Dall'esame della documentazione tecnica si rileva che il codice CND "Z12011303", indicato in offerta dalla ditta, non è quello richiesto nella documentazione di gara "Z12011309". La Commissione, consultato tra l'altro il sito del Ministero della Salute, riscontra che il dispositivo offerto dalla ditta Steelco codice PL130 modello PL 130/2 con codice CND Z12011303 risulta classificato come "apparecchiature per sterilizzazione chimica", come da allegato al presente verbale e non sterilizzatrice a gas plasma di perossido d'idrogeno cod. CND Z12011309 "STERILIZZATRICI AL PLASMA". La Commissione pertanto, trattandosi di dispositivo classificato dal Ministero della Salute



**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



**Grande Ospedale Metropolitano**  
**"Bianchi Melacrino Morelli"**  
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

diversamente da quanto richiesto nella lettera d'invito, esclude la ditta Steelco dalla successiva fase di gara.

La Commissione procede quindi all'unanimità ad assegnare i punteggi di qualità alla ditta Formedical, secondo i parametri indicati nelle condizioni di fornitura e di seguito riportati:

**FORMEDICAL**

Descrizione parametri	Punteggio massimo	Punteggio attribuito dalla Commissione
Monitorare l'utilizzo dell'apparecchiatura anche da remoto tramite piattaforma dedicata	25	25
Sistema di diagnostica pre-ciclo., disattivabile dall'operatore, che è in grado di individuare in maniera rapida e accurata e, se possibili, di correggere eventuali problemi di sistema e/o di carico interrompendo il processo prima dell'inizio del ciclo di sterilizzazione	20	20
Capacità di penetrazione agente sterilizzante in corpi cavi di diametro di 0,7mm	8	8
Possibilità di sterilizzare fino a 40 lumi per ciclo	7	7
Formazione del personale	5	5
Assistenza tecnica post vendita	5	5

FORMEDICAL CO. - totale punteggio tecnico: 70/70 punti.

La Commissione, quindi, chiede al Segretario Verbalizzante di procedere tramite piattaforma MEPA, all'apertura dell'offerta economica della ditta Formedical che offre l'importo di € 199.900,00 oltre iva.

La Commissione propone l'aggiudicazione della fornitura di *n. 2 Sterilizzatrici a gas plasma di perossido di idrogeno, per la U.O.S.D. Blocco Operatorio*, alla Ditta Formedical, per un totale complessivo di **€ 199.900,00 =** oltre iva.

I lavori si concludono alle ore 13,00. =====

Del che viene redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto come segue. =====

D. ssa Stefania Saffioti \_\_\_\_\_

Dr. Santo Failla \_\_\_\_\_

Dr. Alfredo Verdino \_\_\_\_\_

Dr. Francesco Ferrara (Segretario Verbalizzante) \_\_\_\_\_