

**Oggetto:** "Procedura aperta per la fornitura in Service per anni tre, eventualmente rinnovabile per mesi sei, di strumentazioni e reattivi per l'esecuzione di prestazioni di laboratorio per l'UOSD di Genetica Medica del G.O.M. ".

### CHIARIMENTI

**Quesito n.1:**

**Nel Capitolato Tecnico, Lotto 5 tra le caratteristiche minime dei reagenti si chiedono " 190 estrazioni/anno di DNA plasma/siero fino a 10 ml con reagenti prevaricate in cartucce pronte all'uso".**

**Nello stesso documento - tra le caratteristiche preferenziali viene indicato: possibilità anche in maniera semi automatica di processare sino a 10 ml di plasma/siero per il ccfDNA (20 punti).**

**Si chiede se la caratteristica di estrazione sino a 10 ml sia preferenziale o obbligatoria. Si suggerisce di indicare un volume minimo di 1 ml (caratteristica frequente nella maggior parte dei sistemi in commercio) e di valutare come caratteristiche preferenziali possibilità di estrarre a partire da volumi maggiori di siero/plasma.**

**Risposta quesito n. 1:**

**Il service deve obbligatoriamente prevedere la fornitura di reagenti per l'estrazione del DNA da plasma/siero (ccfDNA). Tali reagenti devono prevedere una definita aliquota massima di plasma/siero da utilizzare che può raggiungere anche i 10 ml oppure essere inferiore a tale limite.**

**Nel corso di assegnazione del punteggio per le caratteristiche preferenziali, il valore di 10 ml plasma/siero da cui poter estrarre il ccfDNA sarà considerato pari al punteggio di 20. Tutti gli altri valori saranno calcolati in maniera proporzionale. Ad esempio se il Kit offerto prevede una estrazione massima di 5 ml di plasma/siero, il punteggio assegnato sarà pari a 10 punti.**

**L'estrazione di ccfDNA dai valori massimi di plasma/siero può prevedere anche qualche step manuale prima del processamento automatico (metodica semi - automatica).**

Il Direttore U.O.C.  
Provveditorato Economato e Gestione Logistica  
(Avv. Angelo Rabotti)