

U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica
Avv. Angelo Rabotti

Prot. n. 22420 del 29-10-2019

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di materiale specialistico per la U.O.C. di Oculistica. Risposte alle richieste di chiarimenti.

Quesito n. 17: In merito ai lotti 1 e2 si chiede la possibilità di inserire una punta US monouso all'interno del kit cataratta richiesto rispettando le misure ed i calibri di incisione previsti nel disciplinare di gara.

Risposta al quesito n. 17: E' possibile inserire punta US monouso all'interno del kit della cataratta rispettando i calibri di incisione previsti.

Quesito n. 18: Lotto 9 –comunichiamo l'impossibilità di presentare la campionatura per tutti le voci in gara (14 tipi), pertanto siamo a chiedere se per una valutazione tecnica, possono essere sufficienti n. 8 tipologie di suture tra quelle indicate sul capitolato.

Risposta al quesito n. 18: la valutazione tecnica verrà eseguita su tutti i tipi di sutura richiesta.

Quesito n. 19: Lotto 9 voce 7 – suture chirurgiche. E' possibile rispondere con un prodotto di lunghezza pari a 30 cm piuttosto che 45?

Risposta al quesito n. 19: E' possibile rispondere con un prodotto di lunghezza pari a 30 cm piuttosto che 45 cm.

Quesito n. 20: Lotto 6 –voce 2 (Custom pack per intravitreali) : nel custom pack è richiesta una bacinella da 30 ml. Si chiede se è possibile fornirla di misura un po' più grande.

Risposta al quesito n. 20: E' possibile partecipare con una bacinella superiore a 30 ml.

Quesito n. 21: dalle risposte ai chiarimenti pubblicati non si evince come è dunque strutturato il lotto n. 8 voce 19, il fabbisogno e la base d'asta relativa ai singoli prodotti. Non abbiamo ricevuto alcun riscontro né positivo, né negativo alla nostra richiesta di modifica della base d'asta.


Risposta al quesito n. 21: come indicato nei chiarimenti precedenti, il lotto n. 8 voce 19 è strutturato come segue:

"Lotto n. 8 voce 19 di cui all'allegato "A" si precisa che i dispositivi filtrati per glaucoma sono due:

- Dispositivo filtrante per glaucoma, lunghezza totale 8,5 mm, foro con diametro interno da 70 micron
- Dispositivo filtrante in gelatina per glaucoma, lunghezza totale 6 mm, 150 micron , diametro interno 45 micron

Totale pezzi 10 (5+5)

Pertanto il lotto è strutturato in due voci, il fabbisogno di ciascuna voce è di 5 pezzi per voce (totale 10 pezzi) e rimane invariato il prezzo a base d'asta indicato all'allegato "A".



Quesito n. 22: Lotto 3 voce 6 –Lente intraoculare: si chiede di specificare se la lente richiesta debba essere idrofila o idrofoba.

Risposta al quesito n. 22:

Lotto 3 voce 6: Lente in materiale acrilico idrofobo monopezzo.

- Lente intraoculare monopezzo precaricata.
- Asfericità negativa minore da 0.1 micron
- Diametro totale 13 mm
- Diametro ottica 6.0 mm
- Anse C loop satinare con filtro UV
- Incisione per impianto 2.2 mm
- Poteri da +6,0 D a 30,0 D
- Iniettore inclinato di 45° con plunger a ponte
- Indice di rifrazione compreso tra 1,50 e 1,52

Quesito n. 23: Lotto 6 voce 2: Bastoncini assorbenti. Si richiede la quantità e se trattasi di asciughini a sigaretta oppure asciughini triangolari.

Blefarostato monouso, indicate che deve essere a 1 valve aperte e n. 1 a valve chiuse e solide. Si fa presente che nel kit è presente un solo blefarostato.

Risposta al quesito n. 23: i bastoncini assorbenti devono essere triangolari. La quantità deve essere non meno di 5 pezzi.

Il blefarostato n. 1 a valve aperte.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica
(Avv. Angelo Rabotti)