

**OGGETTO:** "Procedura aperta per la fornitura di reti per la U.O.C. di Chirurgia Generale".

**VERBALE N. 1**

L'anno duemiladiciannove il giorno 23 del mese di ottobre, alle ore 10:00 presso gli Uffici dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica in Via Provinciale Spirito Santo, Reggio Calabria, si è riunito il Seggio di gara di natura accertativa, nominato con nota prot. n. 36523 del 22/10/2019 dal Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica, giusta deliberazione n° 310/2018, per la verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto. Sono presenti per il G.O.M. la Sig.ra Bronzi Monica, la sig.ra Anna Maria Votano e il dott. Francesco Ferrara.

Sono presenti per le ditte offerenti di cui all'allegato "A" al presente verbale.

Il seggio di gara preliminarmente prende atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, (ore 12,00 del 21/10/2019) sono pervenuti i seguenti plichi:

Endo Hospital	21837 (Plico) 21836 (Campionatura)	21/10/2019
Alphatek	21841 (Plico) 21842 (Campionatura)	21/10/2019
Formedical	21843 (Plico) 21844 (Campionatura)	21/10/2019
Bios Healthcare	21850 (Plico) 21849 (Campionatura)	21/10/2019

Si procede quindi all'apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta n°1.

- 1) Ditta Endo Hospital:** La documentazione amministrativa contenuta nella busta n.1 risulta conforme a quanto stabilito dal Disciplinare di gara. La Ditta partecipa ai lotti n. 5 e 10. **La Ditta Endo Hospital viene pertanto ammessa alla successiva fase di gara;**
- 2) Ditta Alphatek:** La documentazione amministrativa contenuta nella busta n.1 risulta conforme a quanto stabilito dal Disciplinare di gara. La Ditta partecipa ai lotti n. 1,2,3,4,5,6,8,15,16 . **La Ditta Alphatek viene pertanto ammessa alla successiva fase di gara;**
- 3) Ditta Formedical:** La documentazione amministrativa contenuta nella busta n.1 risulta conforme a quanto stabilito dal Disciplinare di gara. La Ditta partecipa ai lotti n. 1,2,3,4,5,6,7,14. **La Ditta Formedical viene pertanto ammessa alla successiva fase di gara;**
- 4) Ditta Bios Healthcare:** La documentazione amministrativa contenuta nella busta n.1 risulta conforme a quanto stabilito dal Disciplinare di gara. La Ditta partecipa ai lotti n. 10, 11, 12,. **La Ditta Bios Healthcare viene pertanto ammessa alla successiva fase di gara;**


I lavori si chiudono alle ore 11,00

Del ché, viene redatto il presente verbale che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto come segue:

Sig.ra Bronzi Monica

Sig.ra Anna Maria Votano

Dott. Francesco Ferrara






SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

**OGGETTO:** "Procedura aperta per la fornitura di reti per la U.O.C. di Chirurgia Generale".

### VERBALE N. 1

L'anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di novembre, alle ore 16:00 presso gli Uffici dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica in Via Provinciale Spirito Santo, Reggio Calabria, è riunita in seduta pubblica, la Commissione di gara nominata con deliberazione n. 571 del 28/10/2019.

Sono presenti per il G.O.M.:

Dott. Nicola Agostini – Presidente della Commissione

Dott. Fabio Sebastiano Cristiano – Componente

Dott.ssa Vincenza Giuseppina Azzarà – Componente

Dott. Francesco Ferrara - Segretario

Sono presenti per le ditte offerenti di cui all'allegato "A" al presente verbale.

Il Presidente, accertato che per i componenti della Commissione non sussistono motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento alla presente procedura di gara, dichiara aperta la seduta e dà inizio ai lavori per l'esame della documentazione tecnica contenuta nella busta "B", presentate dagli operatori economici: Endo Hospital, Alphatek, Formedical e Bios Healthcare.

Si procede quindi all'apertura dei plichi per la verifica della documentazione tecnica contenuta nella busta "B".

- 1) **Ditta Endo Hospital:** La busta risulta integra, chiusa e sigillata. All'interno la Commissione riscontra che la documentazione tecnica presentata è conforme a quanto stabilito dal Disciplinare di gara. La Ditta partecipa ai lotti n. 5 e 10. Di seguito si procede all'apertura del plico contenente la campionatura che risulta conforme a quanto richiesto. La Ditta Endo Hospital viene pertanto ammessa alla successiva fase di gara;
- 2) **Ditta Alphatek:** La busta risulta integra, chiusa e sigillata. All'interno la Commissione riscontra che la documentazione tecnica presentata è conforme a quanto stabilito dal Disciplinare di gara. La Ditta partecipa ai lotti n. 1,2,3,4,5,6,8,15,16. Di seguito si procede all'apertura del plico contenente la campionatura che risulta conforme a quanto richiesto. La Ditta Alphatek viene pertanto ammessa alla successiva fase di gara;
- 3) **Ditta Formedical:** La busta risulta integra, chiusa e sigillata. All'interno la Commissione riscontra che la documentazione tecnica presentata è conforme a quanto stabilito dal Disciplinare di gara. La Ditta partecipa ai lotti n. 1,2,3,4,5,6,7,14. Di seguito si procede all'apertura del plico contenente la campionatura che risulta conforme a quanto richiesto. La Ditta Formedical viene pertanto ammessa alla successiva fase di gara;
- 4) **Ditta Bios Healthcare:** La busta risulta integra, chiusa e sigillata. All'interno la Commissione riscontra che la documentazione tecnica presentata è conforme a quanto stabilito dal Disciplinare di gara. La Ditta partecipa ai lotti n. 10, 11, 12. Di seguito si procede all'apertura del plico contenente la campionatura che risulta conforme a quanto richiesto. La Ditta Bios Healthcare viene pertanto ammessa alla successiva fase di gara;

La seduta pubblica si chiude alle ore 17,00.

Del ché, viene redatto il presente verbale che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto come segue:

Dott. Nicola Agostini Nicola Agostini

Dott. Fabio Sebastiano Cristiano Fabio Sebastiano Cristiano

Dott.ssa Vincenza Giuseppina Azzarà Vincenza Giuseppina Azzarà

Dott. Francesco Ferrara Francesco Ferrara

**OGGETTO:** "Procedura aperta per la fornitura di reti per la U.O.C. di Chirurgia Generale".

### VERBALE N. 2

L'anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di novembre, alle ore 17,05 presso gli Uffici dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica in Via Provinciale Spirito Santo, Reggio Calabria, è riunita in seduta riservata, la Commissione di gara nominata con deliberazione n. 571 del 28/10/2019.

Sono presenti per il G.O.M.:

Dott. Nicola Agostini – Presidente della Commissione

Dott. Fabio Sebastiano Cristiano – Componente

Dott.ssa Vincenza Giuseppina Azzarà – Componente

Dott. Ferrara Francesco -Segretario

La Commissione procede quindi all'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata per ciascun lotto dalle ditte concorrenti.

Lotto n.1 – Ditte offerenti: Alphatek e Formedical.

Dall'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte, risulta quanto segue:

Alphatek: Il prodotto offerto dalla ditta Alphatek è conforme a quanto richiesto.

Parametri	Punteggio max attribuibile	Giudizio della Commissione	Punteggio attribuito dalla Commissione
Caratteristiche tecniche del prodotto, qualità del materiale, funzionalità, validità d'uso.	35	Buono	26,25
Assenza di sfilacciature al taglio delle protesi.	15	Buono	11,25
Atraumaticità del bordo.	15	Buono	11,25
Confezionamento primario e secondario	3	Ottimo	3
Assistenza post vendita e tempi di consegna	2	Sufficiente	1
			52,75

Formedical: Il prodotto offerto dalla ditta Formedical è conforme a quanto richiesto.

Parametri	Punteggio max attribuibile	Giudizio della Commissione	Punteggio attribuito dalla Commissione
Caratteristiche tecniche del prodotto, qualità del materiale, funzionalità, validità d'uso.	35	Buono	26,25
Assenza di sfilacciature al taglio delle protesi.	15	Buono	11,25
Atraumaticità del bordo.	15	Buono	11,25
Confezionamento primario e secondario	3	Ottimo	3
Assistenza post vendita e tempi di consegna	2	Ottimo	2
			53,75

Lotto n.2 – Ditte offerenti: Alphatek e Formedical.

Dall'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte, risulta quanto segue:

Alphatek: Il prodotto offerto dalla ditta Alphatek non è conforme a quanto richiesto in quanto la ditta offre reti in unica misura (12,5x8,5) ed è mancante di flap. La ditta Alphatek viene pertanto esclusa dalla successiva fase di gara.



Formedical: Il prodotto offerto dalla ditta Formedical è conforme a quanto richiesto.

Parametri	Punteggio max attribuibile	Giudizio della Commissione	Punteggio attribuito dalla Commissione
Caratteristiche tecniche del prodotto, qualità del materiale, funzionalità, validità d'uso.	35	Ottimo	35
Assenza di sfilacciature al taglio delle protesi.	15	Ottimo	15
Atraumaticità del bordo.	15	Ottimo	15
Confezionamento primario e secondario	3	Ottimo	3
Assistenza post vendita e tempi di consegna	2	Ottimo	2
			70

Lotto n.3 – Ditte offerenti: Alphatek e Formedical.

Dall'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte, risulta quanto segue:

Alphatek: Il prodotto offerto dalla ditta Alphatek è conforme a quanto richiesto.

Parametri	Punteggio max attribuibile	Giudizio della Commissione	Punteggio attribuito dalla Commissione
Caratteristiche tecniche del prodotto, qualità del materiale, funzionalità, validità d'uso. <u>Ottimo sistema di posizionamento endoaddominale e facile maneggevolezza. I sistemi di ancoraggio sono ergonomici.</u>	35	Ottimo	35
Assenza di sfilacciature al taglio delle protesi.	15	Ottimo	15
Atraumaticità del bordo.	15	Ottimo	15
Confezionamento primario e secondario	3	Ottimo	3
Assistenza post vendita e tempi di consegna	2	Ottimo	2
			70

Formedical: Il prodotto offerto dalla ditta Formedical è conforme a quanto richiesto.

Parametri	Punteggio max attribuibile	Giudizio della Commissione	Punteggio attribuito dalla Commissione
Caratteristiche tecniche del prodotto, qualità del materiale, funzionalità, validità d'uso.	35	Sufficiente	17,5
Assenza di sfilacciature al taglio delle protesi.	15	Buono	11,25
Atraumaticità del bordo.	15	Sufficiente	7,5
Confezionamento primario e secondario	3	Buono	2,25
Assistenza post vendita e tempi di consegna	2	Ottimo	2
			40,5



Lotto n.4 – Ditte offerenti: Alphatek e Formedical.

Dall'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte, risulta quanto segue:

Alphatek: Il prodotto offerto dalla ditta Alphatek è conforme a quanto richiesto.

Parametri	Punteggio max attribuibile	Giudizio della Commissione	Punteggio attribuito dalla Commissione
Caratteristiche tecniche del prodotto, qualità del materiale, funzionalità, validità d'uso. <u>Ottimo sistema di posizionamento endoaddominale e facile maneggevolezza. I sistemi di ancoraggio sono ergonomici.</u>	35	Ottimo	35
Assenza di sfilacciature al taglio delle protesi.	15	Ottimo	15
Atraumaticità del bordo.	15	Ottimo	15
Confezionamento primario e secondario	3	Ottimo	3
Assistenza post vendita e tempi di consegna	2	Ottimo	2
			70

Formedical: Il prodotto offerto dalla ditta Formedical è conforme a quanto richiesto.

Parametri	Punteggio max attribuibile	Giudizio della Commissione	Punteggio attribuito dalla Commissione
Caratteristiche tecniche del prodotto, qualità del materiale, funzionalità, validità d'uso.	35	Sufficiente	17,5
Assenza di sfilacciature al taglio delle protesi.	15	Buono	11,25
Atraumaticità del bordo.	15	Sufficiente	7,5
Confezionamento primario e secondario	3	Buono	2,25
Assistenza post vendita e tempi di consegna	2	Ottimo	2
			40,5

La Commissione decide di aggiornarsi a lunedì 25 alle ore 15,00 senza ulteriore convocazione.

La seduta pubblica si chiude alle ore 18,20.

Del ché, viene redatto il presente verbale che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto come segue:

Dott. Nicola Agostini Nicola Agostini

Dott. Fabio Sebastiano Cristiano Fabio Sebastiano Cristiano

Dott.ssa Vincenza Giuseppina Azzarà Vincenza Giuseppina Azzarà

Dott. Francesco Ferrara Francesco Ferrara

**OGGETTO:** "Procedura aperta per la fornitura di reti per la U.O.C. di Chirurgia Generale".

### VERBALE N. 3

L'anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di novembre, alle ore 16,00 presso gli Uffici dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica in Via Provinciale Spirito Santo, Reggio Calabria, è riunita in seduta riservata, la Commissione di gara nominata con deliberazione n. 571 del 28/10/2019.

Sono presenti per il G.O.M.:

Dott. Nicola Agostini – Presidente della Commissione

Dott. Fabio Sebastiano Cristiano – Componente

Dott.ssa Vincenza Giuseppina Azzarà – Componente

Dott. Ferrara Francesco -Segretario

La Commissione continua ad esaminare la documentazione tecnica e della campionatura presentata per ciascun lotto dalle ditte concorrenti.

Dall'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte, la Commissione rileva quanto segue:

**Lotto n.5** – Ditte offerenti: Alphatek, Formedical, Endo Hospital.

**Ditta Alphatek:** Dalla campionatura esaminata Il prodotto offerto dalla ditta Alphatek risulta rigida al tatto e meno conformabile specie per il posizionamento in laparoscopia.

Parametri	Punteggio max attribuibile	Giudizio della Commissione	Punteggio attribuito dalla Commissione
Caratteristiche tecniche del prodotto, qualità del materiale, funzionalità, validità d'uso.	35	Sufficiente	17,5
Assenza di sfilacciature al taglio delle protesi.	15	Buono	11,25
Atraumaticità del bordo.	15	Buono	11,25
Confezionamento primario e secondario	3	Sufficiente	1,5
Assistenza post vendita e tempi di consegna	2	Sufficiente	1
			42,5

**Endo Hospital:** La rete risulta rigida e spessa e con il lato auto aderente meno efficace.

Parametri	Punteggio max attribuibile	Giudizio della Commissione	Punteggio attribuito dalla Commissione
Caratteristiche tecniche del prodotto, qualità del materiale, funzionalità, validità d'uso.	35	Sufficiente	17,5
Assenza di sfilacciature al taglio delle protesi.	15	Sufficiente	7,5
Atraumaticità del bordo.	15	Sufficiente	7,5
Confezionamento primario e secondario	3	Sufficiente	1,5
Assistenza post vendita e tempi di consegna	2	Sufficiente	1
			35

**Formedical:** Il prodotto offerto dalla ditta Formedical è conforme a quanto richiesto.

Parametri	Punteggio max attribuibile	Giudizio della Commissione	Punteggio attribuito dalla Commissione
Caratteristiche tecniche del prodotto, qualità del materiale, funzionalità, validità d'uso.	35	Ottimo	35
Assenza di sfilacciature al taglio delle protesi.	15	Ottimo	15
Atraumaticità del bordo.	15	Ottimo	15
Confezionamento primario e secondario	3	Ottimo	3
Assistenza post vendita e tempi di consegna	2	Ottimo	2
			70

**Lotto n.6** – Ditte offerenti: Alphatek, Formedical.

**Alphatek:** Il prodotto offerto dalla ditta Alphatek è conforme a quanto richiesto.

Parametri	Punteggio max attribuibile	Giudizio della Commissione	Punteggio attribuito dalla Commissione
Caratteristiche tecniche del prodotto, qualità del materiale, funzionalità, validità d'uso. <u>Ottimo sistema di posizionamento endoaddominale e facile maneggevolezza. I sistemi di ancoraggio sono ergonomici.</u>	35	Ottimo	35
Assenza di sfilacciature al taglio delle protesi.	15	Ottimo	15
Atraumaticità del bordo.	15	Ottimo	15
Confezionamento primario e secondario	3	Ottimo	3
Assistenza post vendita e tempi di consegna	2	Ottimo	2
			70

**Formedical:** Il prodotto offerto dalla ditta Formedical è conforme a quanto richiesto.

Parametri	Punteggio max attribuibile	Giudizio della Commissione	Punteggio attribuito dalla Commissione
Caratteristiche tecniche del prodotto, qualità del materiale, funzionalità, validità d'uso.	35	Sufficiente	17,5
Assenza di sfilacciature al taglio delle protesi.	15	Buono	11,25
Atraumaticità del bordo.	15	Sufficiente	7,5
Confezionamento primario e secondario	3	Buono	2,25
Assistenza post vendita e tempi di consegna	2	Ottimo	2
			40,5

**Lotto n.7** – Ditta offerente: Formedical.

**Formedical:** Il prodotto offerto dalla ditta Formedical è conforme a quanto richiesto.

Via Provinciale Spirito Santo n. 24 - Cap. 89128 Città: Reggio Calabria

pec: [protocollo@pec.ospedalerc.it](mailto:protocollo@pec.ospedalerc.it) - web: [www.ospedalerc.it](http://www.ospedalerc.it)

P.Iva | CF: 01367190806



Parametri	Punteggio max attribuibile	Giudizio della Commissione	Punteggio attribuito dalla Commissione
Caratteristiche tecniche del prodotto, qualità del materiale, funzionalità, validità d'uso.	35	Buono	26,25
Assenza di sfilaccature al taglio delle protesi.	15	Buono	11,25
Atraumaticità del bordo.	15	Buono	11,25
Confezionamento primario e secondario	3	Ottimo	3
Assistenza post vendita e tempi di consegna	2	Ottimo	2
			53,75

**Lotto n.8** – Ditta offerente: Alphatek.

Alphatek: Il prodotto offerto dalla ditta Alphatek è conforme a quanto richiesto.

Parametri	Punteggio max attribuibile	Giudizio della Commissione	Punteggio attribuito dalla Commissione
Caratteristiche tecniche del prodotto, qualità del materiale, funzionalità, validità d'uso. <u>Ottimo sistema di posizionamento endoaddominale e facile maneggevolezza. I sistemi di ancoraggio sono ergonomici.</u>	35	Ottimo	35
Assenza di sfilaccature al taglio delle protesi.	15	Ottimo	15
Atraumaticità del bordo.	15	Ottimo	15
Confezionamento primario e secondario	3	Ottimo	3
Assistenza post vendita e tempi di consegna	2	Ottimo	2
			70

**Lotto n.9** – Nessuna offerta.

**Lotto n.10** – Ditte offerenti: Bios, Endo Hospital.

**Endo Hospital:** La rete risulta più rigida e meno performante. Con la trazione perde la forma ed acquista una memoria differente.

Parametri	Punteggio max attribuibile	Giudizio della Commissione	Punteggio attribuito dalla Commissione
Caratteristiche tecniche del prodotto, qualità del materiale, funzionalità, validità d'uso.	35	Sufficiente	17,5
Assenza di sfilaccature al taglio delle protesi.	15	Sufficiente	7,5
Atraumaticità del bordo.	15	Sufficiente	7,5
Confezionamento primario e secondario	3	Sufficiente	1,5
Assistenza post vendita e tempi di consegna	2	Sufficiente	1
			35

**Bios:** Il prodotto offerto dalla ditta Bios è conforme a quanto richiesto.

Parametri	Punteggio max attribuibile	Giudizio della Commissione	Punteggio attribuito dalla Commissione
Caratteristiche tecniche del prodotto, qualità del materiale, funzionalità, validità d'uso.	35	Ottimo	35
Assenza di sfilacciature al taglio delle protesi.	15	Ottimo	15
Atraumaticità del bordo.	15	Ottimo	15
Confezionamento primario e secondario	3	Ottimo	3
Assistenza post vendita e tempi di consegna	2	Ottimo	2
			70

**Lotto n.11** – Ditta offerente: Bios.

**Bios:** Il prodotto offerto dalla ditta Bios è conforme a quanto richiesto.

Parametri	Punteggio max attribuibile	Giudizio della Commissione	Punteggio attribuito dalla Commissione
Caratteristiche tecniche del prodotto, qualità del materiale, funzionalità, validità d'uso.	35	Ottimo	35
Assenza di sfilacciature al taglio delle protesi.	15	Ottimo	15
Atraumaticità del bordo.	15	Ottimo	15
Confezionamento primario e secondario	3	Ottimo	3
Assistenza post vendita e tempi di consegna	2	Ottimo	2
			70

**Lotto n.12** – Ditta offerente: Bios.

**Bios:** Il prodotto offerto dalla ditta Bios è conforme a quanto richiesto.


Parametri	Punteggio max attribuibile	Giudizio della Commissione	Punteggio attribuito dalla Commissione
Caratteristiche tecniche del prodotto, qualità del materiale, funzionalità, validità d'uso.	35	Ottimo	35
Assenza di sfilacciature al taglio delle protesi.	15	Ottimo	15
Atraumaticità del bordo.	15	Ottimo	15
Confezionamento primario e secondario	3	Ottimo	3
Assistenza post vendita e tempi di consegna	2	Ottimo	2
			70

**Lotto n.13** – Nessuna offerta.

**Lotto n.14** – Ditta offerente: Formedical.

**Formedical:** Il prodotto offerto dalla ditta Formedical è conforme a quanto richiesto.

Parametri	Punteggio max attribuibile	Giudizio della Commissione	Punteggio attribuito dalla Commissione



Caratteristiche tecniche del prodotto, qualità del materiale, funzionalità, validità d'uso.	35	Ottimo	35
Assenza di sfilacciature al taglio delle protesi.	15	Ottimo	15
Atraumaticità del bordo.	15	Ottimo	15
Confezionamento primario e secondario	3	Ottimo	3
Assistenza post vendita e tempi di consegna	2	Ottimo	2
			70

**Lotto n.15** – Ditta offerente: Alphatek.

**Alphatek:** Il prodotto offerto dalla ditta Alphatek è conforme a quanto richiesto.

Parametri	Punteggio max attribuibile	Giudizio della Commissione	Punteggio attribuito dalla Commissione
Caratteristiche tecniche del prodotto, qualità del materiale, funzionalità, validità d'uso.	35	Ottimo	35
Assenza di sfilacciature al taglio delle protesi.	15	Ottimo	15
Atraumaticità del bordo.	15	Ottimo	15
Confezionamento primario e secondario	3	Ottimo	3
Assistenza post vendita e tempi di consegna	2	Ottimo	2
			70

**Lotto n.16** – Ditta offerente: Alphatek.

**Alphatek:** Il prodotto offerto dalla ditta Alphatek è conforme a quanto richiesto.

Parametri	Punteggio max attribuibile	Giudizio della Commissione	Punteggio attribuito dalla Commissione
Caratteristiche tecniche del prodotto, qualità del materiale, funzionalità, validità d'uso.	35	Ottimo	35
Assenza di sfilacciature al taglio delle protesi.	15	Ottimo	15
Atraumaticità del bordo.	15	Ottimo	15
Confezionamento primario e secondario	3	Ottimo	3
Assistenza post vendita e tempi di consegna	2	Ottimo	2
			70

La Commissione decide di aggiornarsi a giovedì 5 alle ore 09,00 senza ulteriore convocazione.

La seduta pubblica si chiude alle ore 17,10.

Del ché, viene redatto il presente verbale che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto come segue:

Dott. Nicola Agostini \_\_\_\_\_

Dott. Fabio Sebastiano Cristiano \_\_\_\_\_

Dott.ssa Vincenza Giuseppina Azzarà \_\_\_\_\_

Dott. Francesco Ferrara \_\_\_\_\_