



U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica

Avv. Angelo Rabotti

Prot. n. 2538 del 10/02/2020

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di CEC e custom pack per la U.O.C. di Cardiochirurgia. -
Risposte alle richieste di chiarimenti.


Quesito : Lotto 6: kit ossigenatore e circuito extra corporeo per pazienti adulti con basso BSA.
In riferimento al lotto sopraindicato si chiede di poter offrire il kit composto dall'ossigenatore, dal circuito CEC e dal set di cardioplegia, senza la presenza di ago cannula per radice aortica con linea di vent e dell'aspiratore pericardico rigido, in quanto questi prodotti non fanno più parte del nostro portfolio prodotti.

Risposta al quesito: nel lotto 6 come indicato nella documentazione di gara dovrà essere presente un kit così composto: ossigenatore, circuito paziente, circuito cardioplegia, ago cannula con linea vent e aspiratore.


Quesito : I lotti 5 e 6 così formulati limitano la concorrenza, consentendo la partecipazione di una sola ditta. Vi chiediamo di eliminare dai lotti in questione la previsione di questa cannula a corredo.
Per il circuito CEC si richiede il disegno che non compare fra i documenti pubblicati










Risposta al quesito: nei lotti 5 e 6 come indicato nella documentazione di gara dovrà essere presente un kit così composto: ossigenatore, circuito paziente, circuito cardioplegia, ago cannula con linea vent e aspiratore. Si allega per i lotti 5 e 6 il disegno del circuito di cardioplegia e circuito paziente per circolazione extra corporea.



x Il Direttore U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica
(Avv. Angelo Rabotti)



Button 1.







CIRCUITO CARDIOPLEGIA

