

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del "Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
ELENCO CIG

Lotto	Descrizione prodotto	Importo totale fabbisogno annuo	Valore del contratto (anni 2 + 1 di eventuale proroga)	CIG	Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 Quota operatori economici.
MONITORAGGIO EMODINAMICO					
1	KIT MONITORAGGIO DI PRESSIONE INVASIVA CON TRIPLO TRASDUTTORE E DEVE CONSENTIRE PRELIEVO IN SICUREZZA MONITORAGGIO CONTINUO DI PRESSIONE ARTERIOSA CRUENTA E VENOSA CENTRALE. IL KIT DEVE ESSERE CORREDATO DI DEFLUSSORE CON CAMERA DI GOCCIOLAMENTO TIPO MACRO PER COLLEGAMENTO ALLA SACCA PRESSURIZZATA. DEFLUSSORE ROLLER CLAMP DELLA LUNGHEZZA DI CIRCA 150 CM (TOLLERANZA ± 5 CM) CON N° 3 PROLUNGHE TRASPARENTI DELLA LUNGHEZZA DI 30 CM (TOLLERANZA ± 3 CM); N° 3 TRASDUTTORI, ACCESSI PER EFFETTUARE TEST DI RETROCALIBRAZIONE SU OGNI TRASDUTTORE, DISPOSITIVO DI LAVAGGIO CONTINUO DA 3 ML INCORPORATO NEL TRASDUTTORE, RUBINETTO A 3 VIE PER LO ZERO. SULLA VIA ARTERIOSA: SISTEMA CHIUSO DIA SPIRAZIONE CON SIRINGA (MINIMO 10 ML), PROLUNGA DA CIRCA 210 CM (± 10 CM) E RUBINETTO A 3 VIE. LA DITTA DEVE FORNIRE IDONEI CAVI DI PRESSIONE (MIN 40) COMPATIBILI CON I MONITORS "GE" GIÀ IN DOTAZIONE PRESSO LA UOSD (MODULO E-PREST GE)	18.400,00	55.200,00	8063670EFA	
2	KIT MONITORAGGIO DI PRESSIONE INVASIVA CON SINGOLO TRASDUTTORE E DEVE CONSENTIRE PRELIEVO IN SICUREZZA MONITORAGGIO CONTINUO DI PRESSIONE ARTERIOSA CRUENTA E VENOSA CENTRALE. IL KIT DEVE ESSERE CORREDATO DI DEFLUSSORE CON CAMERA DI GOCCIOLAMENTO TIPO MACRO PER COLLEGAMENTO ALLA SACCA PRESSURIZZATA. DEFLUSSORE ROLLER CLAMP DELLA LUNGHEZZA DI CIRCA 150 CM (TOLLERANZA ± 5 CM) CON N° 3 PROLUNGHE TRASPARENTI DELLA LUNGHEZZA DI 30 CM (TOLLERANZA ± 3 CM); N° 3 TRASDUTTORI, ACCESSI PER EFFETTUARE TEST DI RETROCALIBRAZIONE SU OGNI TRASDUTTORE, DISPOSITIVO DI LAVAGGIO CONTINUO DA 3 ML INCORPORATO NEL	2.600,00	7.800,00	80636828E3	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
 ELENCO CIG

	TRASDUTTORE, RUBINETTO A 3 VIE PER LO ZERO.				
3	KIT MONITORAGGIO DI PRESSIONE INVASIVA CON DOPPIO TRASDUTTORE E DEVE CONSENTIRE PRELIEVO IN SICUREZZA MONITORAGGIO CONTINUO DI PRESSIONE ARTERIOSA CRUENTA E VENOSA CENTRALE. IL KIT DEVE ESSERE CORREDATO DI DEFLUSSORE CON CAMERA DI GOCCIOLAMENTO TIPO MACRO PER COLLEGAMENTO ALLA SACCA PRESSURIZZATA. DEFLUSSORE ROLLER CLAMP DELLA LUNGHEZZA DI CIRCA 150 CM (TOLLERANZA \pm 5 CM) CON N° 3 PROLUNGHE TRASPARENTI DELLA LUNGHEZZA DI 30 CM (TOLLERANZA \pm 3 CM); N° 3 TRASDUTTORI, ACCESSI PER EFFETTUARE TEST DI RETROCALIBRAZIONE SU OGNI TRASDUTTORE, DISPOSITIVO DI LAVAGGIO CONTINUO DA 3 ML INCORPORATO NEL TRASDUTTORE, RUBINETTO A 3 VIE PER LO ZERO. SULLA VIA ARTERIOSA: SISTEMA CHIUSO DI ASPIRAZIONE CON SIRINGA (MINIMO 10 ML), PROLUNGA DA CIRCA 210 CM (\pm 10 CM) E RUBINETTO A 3 VIE. LA DITTA DEVE FORNIRE IDONEI CAVI DI PRESSIONE (MIN 40) COMPATIBILI CON I MONITORS "GE" GIÀ IN DOTAZIONE PRESSO LA UOSD (MODULO E-PREST GE)	36.800,00	110.400,00	8063684A89	
4	CATETERE VENOSO CENTRA DISPOSITIVO A TRIPLO LUME, ALMENO UN LUME ALTO ALTO FLUSSO, CON TRE LUMI DI INFUSIONE, PIÙ LA CONVERTIBILITÀ PER L'INSERIMENTO DI UN CATETERE SWAN-GANZ IN CASO DI NECESSITÀ. PASSAGGI DA UN INTRODUTTORE MULTILUME A UN DISPOSITIVO A TRIPLO LUME CON VALVOLA DELL'INTRODUTTORE RIMOVIBILE IN CASO DI CAMBIO DI TRATTAMENTO. POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO DI UN CATETERE SWAN-GANZ PER IL MONITORAGGIO EMODINAMICO IN CASO DI NECESSITÀ. IL KIT DEVE ESSERE CORRELATO DI GUAINA PER RIVESTIMENTO DELL'INTERO SWAN GANZ. IL KIT DEVE INOLTRE ESSERE CORRELATO DI UN RUBINETTO AD ALTO FLUSSO.	7.500,00	22.500,00	80636931F9	
5	CATETERE VENOSO CENTRALE, DISPOSITIVO MONOLUME, POSIZIONAMENTO TECNICA SELDINGER, ALTO FLUSSO, PER L'INSERIMENTO DI UN CATETERE SWAN-GANZ IN CASO DI NECESSITÀ. IL KIT DEVE ESSERE CORRELATO DI GUAINA PER	15.000,00	45.000,00	8063696472	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del "Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
ELENCO CIG

	RIVESTIMENTO SWAN GANZ. IL KIT DEVE INOLTRE ESSERE CORRELATO DI UN RUBINETTO AD ALTO FLUSSO.				
6	PROLUNGHE PER ALTA PRESSIONE SENZA PVC (POLIURETANO) - DA RACCORDARE A SET DI MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA CRUENTA (della lunghezza di almeno 60 cm con raccordo luer lock maschio)	3.000,00	9.000,00	8063702964	
7	RUBINETTO TRE VIE CON PROLUNGA INCORPORATA IN POLIURETANO, PUR TRASP. - Ø 2.5 X 4.1 / CM 10 DA RACCORDARE A SET DI MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA CRUENTA.	4.500,00	13.500,00	8063706CB0	
8	PORTA TRASDUTTORI CON ALMENO QUATTRO SLOT AD INSERTO PER TRASDUTTORI DI PRESSIONE.	1.500,00	4.500,00	8063709F29	
9	COUVETTE IN POLICARBONATO PER PRELIEVO EGA MULTIPLO SU PUNTO DI PRELIEVO TRASDUTTORE ARTERIOSO	1.500,00	4.500,00	80637110D4	
10	GUAINA E INTRODUTTORI PER LA PROTEZIONE DEI CATETERI SWAN GANZ	100,00	300,00	8063715420	
11	SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE CON CATETERE MULTILUME PER ADULTI IMPREGNATO CON ANTISETTICI, CHE UTILIZZI LA TECNICA SELDINGER - LATEX-FREE - DIMENSIONI (DIAMETRO E LUNGHEZZA) CORRELATE AL TIPO DI CATETERE.	5.000,00	15.000,00	80637229E5	
12	FILO GUIDA DI SELDINGER CON ESTREMITÀ A J. VARIE MISURE E LUNGHEZZE.	500,00	1.500,00	8063729FAA	
13	SENSORI FLO TRAC MONOUSO A DOPPIA VIA PER LA RILEVAZIONE DELLA GITTATA CARDIACA IN CONTINUO, DELLO SV E DELLO SVV, COMPLETI DI LINEA E RUBINETTO. LA DITTA AGGIUDICATRICE DOVRÀ FORNIRE IL MONITOR PER LA LETTURA DEI PARAMETRI	10.500,00	31.500,00	8063731155	
14	CUFFIA PER LA LETTURA NON INVASIVA DELLA GITTATA CARDIACA IN CONTINUO, DISPONIBILE IN ALMENO 3 MISURE PER MISURAZIONE IN CONTINUO DI SIS, DYA, PAM, CO, SV, SVV E	10.500,00	31.500,00	8063737647	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del "Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
ELENCO CIG

	PARAMETRI INDICIZZATI IN MODO NON INVASIVO E SENZA L'IMPIEGO DI BRACCIALE PRESSORIO. LA DITTA AGGIUDICATRICE DOVRÀ FORNIRE IL MONITOR PER LA LETTURA DEI PARAMETRI.				
15	CATETERE FEMORALE 20 CM 5 FR COMPLETO DI SET PER BOLO E TRASDUTTORE, IL CATETERE DEVE CONSENTIRE TRAMITE TERMODILUIZIONE TRANSPOLMONARE LA MISURAZIONE DELLA PORTATA CARDIACA E DI SPECIFICI PARAMETRI VOLUMETRICI E INDICATORI DI FUNZIONALITÀ D'ORGANO QUALI (CO, SVV,SVR,GEDV,ITBV,EVLW,GEF E RELATIVI VALORI INDICIZZATI). LA DITTA AGGIUDICATRICE DOVRÀ FORNIRE IL MONITOR PER LA LETTURA DEI PARAMETRI.	22.500,00	67.500,00	8063764C8D	
16	CATETERI DI SWAN-GANZ, MULTILUME CON TRASDUTTORE OTTICO IN PUNTA PER LA RILEVAZIONE DELLA SCVO2 E CON TERMISTORE PER IL CALCOLO DELLA PORTATA CARDIACA IN CONTINUO, E PER LA RIVELAZIONE DELLA FRAZIONE D'EIEZIONE DEL VENTRICOLO DESTRO. LA DITTA AGGIUDICATRICE DOVRÀ FORNIRE IL MONITOR PER LA LETTURA DEI PARAMETRI.	13.800,00	41.400,00	80637690B1	
17	CATETERI DI SWAN- GANZ, 5 LUMI (LUME EXTRA INFUSIONE SEZIONI DESTRE CARDIACHE) CON TRASDUTTORE OTTICO IN PUNTA PER LA RILEVAZIONE DELLA SCVO2 E CON TERMISTORE PER IL CALCOLO DELLA PORTATA CARDIACA IN CONTINUO, E PER LA RIVELAZIONE DELLA FRAZIONE D'EIEZIONE DEL VENTRICOLO DESTRO. LA DITTA AGGIUDICATRICE DOVRÀ FORNIRE IL MONITOR PER LA LETTURA DEI PARAMETRI.	12.000,00	36.000,00	806377232A	
18	CATETERE PACEPORT A-V PER TERMODILUIZIONE DI SWAN-GANZ, CHE USATO INSIEME ALLE SONDE PER STIMOLAZIONE ATRIALE E/O VENTRICOLARE TRANSLUMINALE, È INDICATO PER LO STUDIO DEL CUORE DESTRO E CONTEMPORANEA POSSIBILE ELETTROSTIMOLAZIONE TRANSVENOSA VENTRICOLARE, ATRIALE O SEQUENZIALE A-V TEMPORANEA DEL CUORE DESTRO.	16.000,00	48.000,00	8063784D0E	
19	CATETERI A STIMOLAZIONE BIPOLARE DA 5 FR IN POLIURETANO, PER LA STIMOLAZIONE ENDOCARDICA TEMPORANEA DEL VENTRICOLO DESTRO. MARKERS DI PROFONDITÀ OGNI 10 CM. DIAMETRO PALLONCINO 9 MM. LA PUNTA A PALLONCINO	25.000,00	75.000,00	80637923AB	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del "Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
ELENCO CIG

	<p>GONFIABILE DEVE AGEVOLARE L'INSERIMENTO IN BASE ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO. LUNGHEZZA UTILE ALMENO 110 CM, MONOUSO.</p> <p>LA PRESENZA DI UNA COPPIA DI ELETTRODI SULLA PUNTA DEVE CONSENTIRE UNA STIMOLAZIONE BIPOLARE.</p> <p>DISPONIBILE CON LA CONFIGURAZIONE CON PUNTA A "J" PER L'INSERIMENTO FEMORALE PER PREDISPORRE IL CATETERE IN UNA POSIZIONE DI STIMOLAZIONE STABILE NELL'APICE DEL VENTRICOLO DESTRO.</p>				
20	<p>PROLUNGHE MONOUSO CIRCA 2 MT PER COLLEGAMENTO CON PM OSIPKA IN DOTAZIONE</p>	1.000,00	3.000,00	8063800A43	
21	<p>CATETERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SCVO2 IN CONTINUO, A TRE LUMI E FIBRA OTTICA INTEGRATA, PUNTA FLESSIBILE. LA DITTA AGGIUDICATRICE DOVRÀ FORNIRE IL MONITOR PER LA LETTURA DEI PARAMETRI</p>	10.500,00	31.500,00	80638145D2	
22	<p>SENSORE PER LA DETERMINAZIONE SIA DELLA PRESSIONE ARTERIOSA CHE DELLA PORTATA CARDIACA IN UNICO DISPOSITIVO, PER IL MONITORAGGIO CONTINUO DI CO, SV, SVV, RVS, DP/DT, ELASTANZA ARTERIOSA DINAMICA E PARAMETRI PREDITTIVI DI IPOTENSIONE DEVE ESSERE DOTATO DI: SISTEMA DI PRELIEVO CHIUSO DA SCC E DISPOSITIVO DI LAVAGGIO CONTINUO DA 3 ML/H INTEGRATO NEL TRASDUTTORE. DEFLUSSORE PER COLLEGAMENTO A SACCA DI LUNGHEZZA 120-140 CM. SISTEMA DI LAVAGGIO RAPIDO E TEST DELL'ONDA QUADRA INTEGRATO NEL SENSORE, 1 LINEA DI PRESSIONE CRUENTA DI LUNGHEZZA 150 CM. CONFEZIONE SINGOLA STERILE, LATEX FREE, MONOUSO. LA DITTA AGGIUDICATRICE DOVRÀ FORNIRE IL MONITOR PER LA LETTURA DEI PARAMETRI.</p>	32.500,00	97.500,00	8063820AC4	
23	<p>COPPIA DI DOPPIO ELETTRODO TORACICO CHE SVOLGONO RUOLO CONTEMPORANEO DI TRASMETTERE CORRENTE ELETTRICA ALTERNATA A BASSO VOLTAGGIO AL PAZIENTE E CAMPIONARE IL SEGNALE DI RITORNO EMESSE DAL PAZIENTE PER IL CALCOLO ATTRAVERSO LA BIOREATTANZA DEL MONITORAGGIO COMPLETAMENTE NON INVASIVO DELLO STROKE VOLUME, FREQUENZA CARDIACA, PORTATA CARDIACA,</p>	5.000,00	15.000,00	8063823D3D	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
ELENCO CIG

	STROKE VOLUME VARIATION, EVLW ED ALTRE INFORMAZIONI EMODINAMICHE. LA DITTA DOVRÀ FORNIRE UN MONITOR IN COMODATO D'USO GRATUITO PER LA VALUTAZIONE ED IL CALCOLO DI TALI PARAMETRI.				
24	CATETERI VENOSI CENTRALI PEDIATRICI BILUME IN POLIURETANO INTRODOTTI CON LA METODICA SELDINGER. CARATTERISTICHE: <ul style="list-style-type: none"> • DIAMETRI CONTENUTI (3 E 4.5 FR) • CATETERE A PUNTA FLESSIBILE • MARCATURA CENTIMETRICA • INCLUSO NEL SET UN AGO INTRODUTTORE O • ALETTA DI FISSAGGIO AMOVIBILE • GUIDA TEFLONATA • DILATATORE DA 5 FR MISURE LUNGHEZZA : CM. 6 -8- 12,5	1.500,00	4.500,00	80638324AD	
25	CATETERI VENOSI CENTRALI ADULTI IN POLIURETANO CLOREXIDINA/SULFADIAZINA D'ARGENTO 4 LUMI E 5 LUMI INTRODOTTI CON LA METODICA SELDINGER. CARATTERISTICHE: <ul style="list-style-type: none"> • SIRINGA CON UN ACCESSO SULLO STANTUFFO CONTENENTE UN SISTEMA CHIUSO CHE CONSENTE L'INSERIMENTO DELLA GUIDA SELDINGER NEL LUME DEL VASO DIRETTAMENTE ATTRAVERSO LA SIRINGA. • CATETERE CON PUNTA INTEGRATA ESTREMAMENTE FLESSIBILE RISPETTO AL RESTO DEL CATETERE. • RADDRIZZATORE DI PUNTA A J DEL FILO GUIDA PER INSERIMENTO NELLA POSIZIONE CORRETTA CON IL POLLICE RENDENDO PIÙ SICURA LA PROCEDURA • DIAMETRO 8.5 FR, LUNGHEZZA 16 CM E 20 CM PER 4 LUMI • DIAMETRO 9.5 FR, LUNGHEZZA 16 CM PER 5 LUMI 	42.000,00	126.000,00	806384710F	
26	SET PER CATETERISMO ARTERIOSO PER ACCESSO RADIALE SECONDO TECNICA SELDINGER COMPOSTO DA: 1) CATETERE IN POLIURETANO ALTAMENTE BIOCAMPATIBILE	17.100,00	51.300,00	8063853601	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del "Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
ELENCO CIG

	<p>CON RIVESTIMENTO IDROFILICO ED ESTREMITA DISTALE RASTREMATA E DOTATO DI ALETTA DI FISSAGGIO E DI PROLUNGA DI 7 CM CIRCA CLAMPABILE</p> <p>2) AGO A PARETE SOTTILE ATRAUMATICO DELLO STESSO CALIBRO DEL CATETERE</p> <p>3) DIMENSIONI (DIAMETRO X LUNGHEZZA): 20GAX5CM; 20GAX8CM; 22GAX5CM; 22GAX8CM CIRCA</p>				
27	<p>SET PER CATETERISMO ARTERIOSO PER ACCESSO FEMORALE SECONDO TECNICA SELDINGER COMPOSTO DA:</p> <p>1) CATETERE IN POLIURETANO ALTAMENTE BIOCOMPATIBILE CON RIVESTIMENTO IDROFILICO ED ESTREMITA DISTALE RASTREMATA E DOTATO DI ALETTA DI FISSAGGIO E DI PROLUNGA DI 7 CM CIRCA CLAMPABILE</p> <p>2) AGO A PARETE SOTTILE ATRAUMATICO DELLO STESSO CALIBRO DEL CATETERE</p> <p>3) DIMENSIONI (DIAMETRO X LUNGHEZZA): 18 GA X 16 CM;</p>	7.500,00	22.500,00	8063858A20	
28	<p>DISPOSITIVO AGO CANNULA PER L'ACCESSO ARTERIOSO DOTATO DI INTERRUPTORE DI FLUSSO. CANNULA IN TEFLON (PTFE) SILICONATO A DOPPIA SVASATURA, CON AGO INTERNO ESTRAIBILE IN ACCIAIO, DOTATO DI SFACCETTATURA DORSALE PER RIDURRE IL TRAUMA.</p> <p>INTERRUPTORE RAPIDO DI FLUSSO ALETTE FLESSIBILI DOTATE DI FORI DI FISSAGGIO. 20G-1,0 X 45MM.</p>	1.000,00	3.000,00	8078220607	
29	<p>COPPIA DI ELETTRODI/PIASTRE PREGELATE MONOPAZIENTE ADULTO PER DEFIBRILLATORE PHILIPS HEARTSTART XL IN DOTAZIONE ALLA NOSTRA UOSD</p>	1.000,00	3.000,00	8078228C9F	
30	<p>CAVI DI CONNESSIONE PMK ESTERNO TEMPORANEO DI LUNGHEZZA CIRCA 2.5 MT</p>	1.500,00	4.500,00	8078232FEB	
31	<p>CAVO DI INTERCONNESSIONE PER SONDE DI TEMPERATURA, COMPATIBILI CON I MONITOR "GE" GIÀ IN DOTAZIONE ALL'UOSD DI CARDIOANESTESIA (LUNGHEZZA MINIMA 2.5 MT)</p>	850,00	2.550,00	807824175B	
32	<p>CAVO MULTILINK PARTE INIZIALE A 12 DERIVAZIONI. CAVO INIZIALE DA COLLEGARSI AL CAVO ECG DI MONITORAGGIO, COMPATIBILI CON I MONITORS "GE" GIÀ IN DOTAZIONE ALLA UOSD DI CARDIOANESTESIA.</p>	2.500,00	7.500,00	8078248D20	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del "Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò"
ELENCO CIG

33	MINI D-FEND, RACCOLTA CONDENSA GAS. (MODULO GE IN DOTAZIONE E-MINIC)	2.673,00	8.019,00	8078260709	
34	SENSORE MONOUSO PER SPO2, ADULTO. CONTROLLO CONTINUO DELLA SATURAZIONE PAZIENTI ADULTI, COMPATIBILI CON I MONITOR GE IN DOTAZIONE ALLA UOSD DI CARDIOANESTESIA.	9.500,00	28.500,00	8078270F47	
35	SENSORE PER SPO2 RIUTILIZZABILE. CONTROLLO CONTINUO SATURAZIONE IN PAZIENTI ADULTI COMPATIBILI CON MONITORS GE IN DOTAZIONE PRESSO LA UOSD DI CARDIOANESTESIA.	1.200,00	3.600,00	80782796B7	
36	SET CAVETTI MULTILINK C1-C6 SOSTITUIBILI SINGOLARMENTE A PINZETTA PER ESECUZIONE E REGISTRAZIONE GRAFICA DI ELETTROCARDIOGRAMMA MEDIANTE MONITORS GE IN DOTAZIONE (MODULO E-PRESTIN) LUNGHEZZA CIRCA 74 CM (\pm 10 CM).	860,00	2.580,00	8078305C2A	
37	SET CAVETTI MULTILINK SOSTITUIBILI SINGOLARMENTE A PINZETTA PER ESECUZIONE E REGISTRAZIONE GRAFICA DI ELETTROCARDIOGRAMMA MEDIANTE MONITORS GE IN DOTAZIONE (MODULO E-PRESTIN) LUNGHEZZA CIRCA 150 CM (\pm 10 CM).	950,00	2.850,00	807831004E	
38	SONDE MONOUSO PER RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA ESOFAGEA STERILE MONOPAZINETE CON TERMISTORE COMPATIBILE CON I MONITORS GE GIÀ IN DOTAZIONE PRESSO LA UOSD DI CARDIANESTESIA	1.200,00	3.600,00	80783121F4	
39	SONDE MONOUSO PER RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CUTANEA STERILE MONOPAZIENTE CON TERMISTORE COMPATIBILE CON I MONITORS GE GIÀ IN DOTAZIONE PRESSO LA UOSD DI CARDIANESTESIA	1.680,00	5.040,00	8078342AB3	
40	CAVO PER COLLEGAMENTO SONDA MONOUSO DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CUTANEA E ESOFAGEA COMPATIBILE CON I MONITORS GE IN DOTAZIONE ALLA CARDIOANESTESIA. (GE D-FDP15-00)	750,00	2.250,00	8078350150	
41	SENSORI PER LA MISURAZIONE DELLA SATURAZIONE REGIONALE	44.000,00	132.000,00	8078357715	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del "Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
ELENCO CIG

	DI OSSIGENO CEREBRALE, PER IL PARAMETRO RSO2, SU PAZIENTI ADULTI E SU PAZIENTI PEDIATRICI COMPATIBILI CON IL SISTEMA INVOS ATTUALMENTE PRESENTE PRESSO LA UOSD DI CARDIOANESTESIA.				
42	LINEA DI CAMPIONAMENTO GAS, COLLEGAMENTO CIRCUITO RESPIRATORE-MONITOR PER MONITORAGGIO GAS, MONOUSO, CONNETTORE LUER M/M COMPATIBILI CON I MONITORS "GE" GIÀ IN DOTAZIONE PRESSO LA UOSD (MODULO E-MINIC)	2.500,00	7.500,00	8078672B06	
43	TAPPI LUER LOCK SENZA MEMBRANA	1.000,00	3.000,00	8078676E52	
44	SET PER LA MISURA DELLA PRESSIONE ENDO ADDOMINALE DOTATO DI TRANSDUTTORE DI PRESSIONE DA COLLEGARE AI MONITOR GE IN DOTAZIONE	1.000,00	3.000,00	8078678FF8	
45	PREMISACCA A DUE CAMERE PER INFUSIONE A PRESSIONE DI SOLUZIONE LIQUIDE E/O SANGUE, CON MANOMETRO E VALVOLA DI SFIATO AUTOMATICA PER EVITARE LA ROTTURA DEI GLOBULI ROSSI, CON CHIUSURA A CERNIERA PER FACILITARE L'INSTALLAZIONE O LA SOSTITUZIONE DELLA SACCA COMPOSTA DI DUE SACCHE DA ALMENO 2000 ML	1.000,00	3.000,00	80786801A3	
46	RUBINETTO INFUSIONALE A TRE VIE PER TERAPIA ENDOVENOSA E MONITORAGGIO PRESSORIO, AD ALTO FLUSSO DIRETTO, 600 ML/MIN CIRCA AD ELEVATO GRADO DI POLICARBONATO.	1.000,00	3.000,00	807868341C	
47	RUBINETTO INFUSIONALE A TRE VIE CON PROLUNGA E VALVOLA, PER TERAPIA ENDOVENOSA E MONITORAGGIO PRESSORIO, AD ALTO FLUSSO DIRETTO, 600 ML/MIN CIRCA, IN POLICARBONATO. CM 100 - CM 25	2.000,00	6.000,00	8078686695	
	DIALISI-CRRT		0		
48	CATETERE DA EMODIALISI A 2 LUMI MISURE 12FR X 16 CM E MISURE 12FR X 20 CM	20.000,00	60.000,00	80786909E1	
49	KIT PER LA RIMOZIONE CONTEMPORANEA DAL PLASMA DI LDL, FIBRINOGENO, LP(A), PCR. INDICAZIONE D'USO CERTIFICA PER LE MALATTIE DEL MICROCIRCOLO (PREVENZIONE DELLE RESTENOSI POST-BYPASS AORTO CORONARICO, POST PTCA, CON LETTERATURA A SUPPORTO)	10.000,00	30.000,00	8078692B87	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
ELENCO CIG

50	CARTUCCIA SORBENTE DI RESINA A STRUTTURA POROSA CHE LAVORA SU SANGUE INTERO, PER TRATTAMENTO DI EMOPERFUSIONE O IN SERIE A TRATTAMENTO DI CRRT. LA CARTUCCIA DEVE GARANTIRE PER ALMENO 20 ORE CONSECUTIVE L'ASSORBIMENTO DI MEDIATORI DELL'INFIAMMAZIONE PRO ED ANTI INFIAMMATORI, MIOGLOBINA, BILIRUBINA ED EMOGLOBINA LIBERA. LA CARTUCCIA DOVRÀ LAVORARE SIA CON CITRATO CHE CON EPARINA. DEVE ESSERE COMPRESA DI LINEE MONOUSO PER IL COLLEGAMENTO ALLE APPARECCHIATURE STANDARD DI EMODIALISI, ECMO, CRRT E CUORE-POLMONE.	19.000,00	57.000,00	8078697FA6	
51	KIT COMPLETO PER CRRT PER APPARECCHIATURA AMPLYA DI EMOFILTRAZIONE IN DOTAZIONE PRESSO IL REPARTO	22.500,00	67.500,00	8078700224	
52	SACCHE BI-COMPARTIMENTALI PER EMOFILTRAZIONE A DIFFERENTI TAMPONI DI BICABONATI	21.000,00	63.000,00	807870349D	
53	SACCHE DI SOLUZIONE SODIO-CITRATO A DIVERSE CONCENTRAZIONI	21.000,00	63.000,00	80787077E9	
54	SACCA A ZERO CONTENUTO DI CALCIO PER TRATTAMENTI EXTRA CORPOREI	21.000,00	63.000,00	807870998F	
55	KIT PER CPFA PER PLASMAFILTRAZIONE E RIMOZIONE CITOCHINE UTILIZZABILE CON APPARECCHIATURA IN DOTAZIONE	25.000,00	75.000,00	8078715E81	
56	KIT PER IL TRATTAMENTO CVVHDF CON CITRATO	22.000,00	66.000,00	80787202A5	
57	KIT PER IL TRATTAMENTO CVVHD CON CITRATO	11.000,00	33.000,00	807872244B	
58	KIT PER IL TRATTAMENTO DELLA SEPSI E DELLA RABDOMIOLISI, CON FILTRO AD ALTO CUT OFF (FINO A 40 KDALTON), CON CITRATO. LA DITTA DOVRÀ FORNIRE IL MONITOR A TITOLO GRATUITO PER CRRT PER ESEGUIRE IL SUDETTO TRATTAMENTO.	80.000,00	240.000,00	807872786A	€ 20,00
59	SACCA TRISODIO CITRATO AL 4% 136MMOL/L DA 1500 ML	24.000,00	72.000,00	8078730AE3	
60	SACCA DIALISATO SENZA CALCIO CON K A 2MMOL/L DA 5000ML	20.000,00	60.000,00	8078733D5C	
61	SACCA DIALISATO SENZA CALCIO CON K A 4MMOL/L DA 5000ML	20.000,00	60.000,00	8078735F02	
62	SACCA DIALISATO SENZA CALCIO CON K A 2MMOL/L, FOSFATO	20.000,00	60.000,00	8078738180	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
ELENCO CIG

	1,25MMOL/L DA 5000ML				
63	SACCA DIALISATO SENZA CALCIO CON K A 4MMOL/L FOSFATO 1,25MMOL/L DA 5000ML	20.000,00	60.000,00	80787424CC	
64	SACCHE DIALISATO/REINFUSIONE CON CALCIO DA 5000ML CON K DA 0 MMOL/L	20.000,00	60.000,00	8078745745	
65	SACCHE DIALISATO/REINFUSIONE CON CALCIO DA 5000ML CON K DA 2 MMOL/L	20.000,00	60.000,00	808122884E	
66	SACCHE DIALISATO/REINFUSIONE CON CALCIO DA 5000ML CON K DA 3 MMOL/L	20.000,00	60.000,00	8081232B9A	
67	SACCHE DIALISATO/REINFUSIONE CON CALCIO DA 5000ML CON K DA 4 MMOL/L	20.000,00	60.000,00	8081240237	
68	SACCA DI RACCOLTA DI LIQUIDI DA EMODIALISI DA 10 LITRI	4.500,00	13.500,00	80812499A2	
69	SISTEMA PER L'INVERSIONE DEL FLUSSO EMATICO TRA LA LINEA ARTERIOSA E QUELLA VENOSA SENZA SCONNESSIONE, COMPATIBILE CON TUTTE LE LINEE EMATICHE ESISTENTI	1.500,00	4.500,00	8081264604	
70	CARTUCCIA PER AFERESI EXTRACORPOREA CON FIBRE DI POLISTIRENE A CUI È LEGATA LA POLIMIXINA B. UTILIZZO IN EMOPERFUSIONE PER ADSORBIMENTO DELL'ENDOTOSSINA.	43.200,00	129.600,00	8081270AF6	
71	KIT PER LA DETERMINAZIONE DELL'ENDOTOSSINE SU SANGUE INTERO IN PAZIENTI IN SHOCK SETTICO. L'AZIENDA AGGIUDICATRICE INOLTRE DOVRÀ FORNIRE IN USO GRATUITO IDONEA APPARECCHIATURA PER L'UTILIZZO DEI TEST.	2.500,00	7.500,00	8081279266	
72	SISTEMA CHIUSO PER IL CONTROLLO DELLA DIURESIS ORARIA CON VALVOLA ANTIREFLUSSO E SACCA DI RACCOLTA CON RUBINETTO. CAMERA DI MISURAZIONE GRADUATA IN ML E SECONDA CAMERA DA 500 ML CIRCA; PORTA PRELIEVO CAMPIONI CON SIRINGA E CONNETTORE CON VALVOLA ANTIREFLUSSO; TUBO ANTINGINOCCHIAMENTO; CANALE DI TROPPO PIENO; CINGHIE REGOLABILI PER LA FACILE INSTALLAZIONE AL LETTO. BORSE DI RICAMBIO DA 1500 ML PER SUDETTO URINOMETRO, CON	8.000,00	24.000,00	808128140C	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino
ELENCO CIG

	RUBINETTO DI SCARICO.				
73	SACCHE DI RICAMBIO CON RUBINETTO PER LOTTO N 72	1.500,00	4.500,00	8081290B77	
74	KIT PER CISTOMIA SOVRAPUBICA CON METODICA DI SELDINGER	400,00	1.200,00	8081298214	
	MATERIALE PER VENTILAZIONE E GESTIONE VIE AEREE		0		
75	MASCHERE LARINGEE MONOUSO MISURE 1-2-3-4-5	2.500,00	7.500,00	8081303633	
76	KIT PER MINI TRACHEOTOMIA PERCUTANEA	500,00	1.500,00	8081310BF8	
77	CIRCUITO PER ANESTESIA ADULTI, STERILI PVC ATOSSICO TRASPARENTE, NON COMPRIMIBILE CON SUPERFICIE INTERNA LISCIA, BUSTA SINGOLA, STERILE, DIAMETRO 22 MM, LUNGHEZZA CM 120-150-180-200-220-240-260-300	2.000,00	6.000,00	808131501C	
78	CIRCUITO PER RIANIMAZIONE ADULTO COMPLETO DI TUBI CORRUGATI COIBENTATI CON SUPERFICIE INTERNA LISCIA. RACCORDO AD Y CON PRESE PRESSIONE E TEMPERATURE , RACCOLLI CONDENSA, RACCORDI FLEX DA 22MM.	2.000,00	6.000,00	808132585A	
79	CIRCUITO RESPIRATORIO PER RIANIMAZIONE MONOUSO ADULTI DOPPIO RISCALDATO CON TECNOLOGIA EVAQUA CHE CONSENTA LA TRASPIRAZIONE DEL CIRCUITO PER DIMINUIRE DRASTICAMENTE LA CONDENSA DOTATO DI APPOSITI ALLOGGIAMENTI PER AGGANCIO SONDA DI TEMPERATURA E DI CAMERA DI UMIDIFICAZIONE MONOUSO AD AUTORIEMPIMENTO AUTOMATICO DOTATO DI SISTEMA DI GALLEGGIANTI PER MANTENERE SEMPRE CORRETTO IL LIVELLO DELL'ACQUA.	43.000,00	129.000,00	8081333EF2	
80	CIRCUITO RESPIRATORIO COASSIALE STERILE COSTITUITO DA DUE TUBI IN UNO, ESTERNO A PARETE INTERNA LISCIA CON SPIRALE DI RINFORZO, INTERNO A PARETE INTERNA LISCIA CON SPIRALE DI RINFORZO. CONNESSIONE 22FLEX, LATO PAZIENTE CON RACCORDO DI COBB GIREVOLE E DOTATO DI PRESA CO2 LUNGHEZZA CM 130 – 200 - 260	6.000,00	18.000,00	8081343735	
81	SET PER CRICOTIROTOMIA D'URGENZA PER VIA PERCUTANEA,	2.500,00	7.500,00	8081382764	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del "Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
ELENCO CIG

	COMPOSTA DA AGO INTRODUTTORE DA 18G., AGO CANNULA IN TFE DA 18G., FILO GUIDA RETTO EXTRA RIGIDO DA .038 X 40 CM., DILATATORE RADIOPACO CURVO DA 18FR., BISTURI SIRINGA, FASCETTA DI FISSAGGIO E CATETERE DI VENTILAZIONE IN PVC CON DIAMETRO INTERNO DI 3.5, 4 E 6MM. STERILE E MONOUSO				
82	FILTRO PER TRACHEOSTOMIA CON ATTACCO PER L'OSSIGENO	300,00	900,00	8081389D29	
83	SISTEMA PER PRELIEVO BRONCHIALE PROTETTO PER ADULTI E BAMBINI KIT COMPOSTO DA DUE CATETERI PER EFFETTUARE PRELIEVI BRONCHIALI PROTETTI. ATTRAVERSO TUBO ENDOTRACHEALE O CANNULA TRACHEOSTOMICA. -UN CATETERE ESTERNO IN POLIETILENE RADIOPACO LUNGO 60 CM. CIRCA, DIAMETRO 2,7 MM CIRCA, CON RACCORDO PROSSIMALE LUER FEMMINA IN ABS. IL CATETERE È OTTURATO IN PUNTA CON TAPPO IN POLIETILGLICOLATO. - UN CATETERE INTERNO IN POLIETILENE LUNGO 65 CM CIRCA, CON RACCORDO PROSSIMALE LUER FEMMINA IN ABS. QUESTI CATETERI SONO PREMONTATI, UNA GHIERA IN PVC IMPEDISCE AL CATETERE INTERNO DI FUORIUSCIRE E CONSEGUENTEMENTE DI ESPELLERE IL TAPPO DI POLIETILGLICOLATO	3.000,00	9.000,00	808139956C	
84	RACCOGLITORE PER SECREZIONI BRONCHIALI, UTILIZZABILE CON BRONCOSCPIO, PREASSEMBLATO, TAPPO AVVITABILE, TUBO DI CONNESSIONE IN LATTICE, TRASPARENTE, GRADUATO, MISURE 40CC E 70CC.	200	600,00	8081411F50	
85	SISTEMA DI DECONTAMINAZIONE DEL CIRCUITO DI BRONCOASPIRAZIONE COMPOSTO DA: - 1 FLACONE IN PE DA 1000 ML. CON FILTRO ARIA ANTIBATTERICO E TAPPO CON CANNULA PESCANTE - 1 TUBO MORBIDO CON VALVOLA PER IL CONTROLLO PROGRESSIVO DELL'ASPIRAZIONE A "CIRCUITO CHIUSO" - 1 SUPPORTO IN METALLO PER L'ALLOGGIAMENTO DEL SISTEMA AL POSTO LETTO	1.000,00	3.000,00	8081417447	
86	UNITÀ RESPIRATORIA MANUALE STERILE CON PALLONE LATEX FREE DA 0,5/2LT, TUBO TRASPARENTE, FLESSIBILE E LEGGERO, CON SUPERFICIE INTERNA LISCIA ANTI RISTAGNI E SPIRALI ESTERNE PER MANTENERE COSTANTE IL LUME INTERNO,	18.000,00	54.000,00	8081422866	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
 ELENCO CIG

	DOTATA DI RACCORDO COBB GIREVOLE VALVOLA A 60CM H2O, VALVOLA APL CON SISTEMA PROGRESSIVO APERTURA/CHIUSURA IN 240° IN FORMA GEOMETRICA CON SCALA DI RIFERIMENTO PRESSIONE DI INSUFFLAZIONE DIRETTAMENTE SUL TAPPO, LATEX FREE, PRIVO DI FTALATI.				
87	CATETERE MOUNT FISSO CON RACCORDO DI COBB FISSO 15F/22M. ADATTATORE 22F O 15M.CON TAPPO ADATTO AL PASSAGGIO DEL BRONCOSCOPIO. ESTENSIBILE DA 4 A 13CM. SPAZIO MORTO 25/50 ML.	1.000,00	3.000,00	80814320A9	
88	FILTRO MONOUSO AUTOUMIDIFICANTE ANTIBATTERICO/ANTIVIRALE, PEDIATRICO, CON MEMBRANA FILTRANTE ELETTROSTATICA, INSERTO SCAMBIATORE DI CALORE ED UMIDITA' IN CELLULOSA. CAPACITA' DI FILTRAZIONE E RIMOZIONE BATTERICA E VIRALE NON INFERIORE A 99,999%, COMPLETO DI RACCORDO PER CAPNOMETRIA. CONFEZIONE SINGOLA STERILE. VOLUME FILTRO 29ML – PESO 21GR CIRCA.	140,00	420,00	8081440741	
89	FILTRO MONOUSO ANTIBATTERICO/ANTIVIRALE, ADULTI, CON MEMBRANA FILTRANTE ELETTROSTATICA, INSERTO SCAMBIATORE DI CALORE ED UMIDITA' IN CELLULOSA. CAPACITA' DI FILTRAZIONE E RIMOZIONE BATTERICA E VIRALE NON INFERIORE A 99,999%, COMPLETO DI RACCORDO PER CAPNOMETRIA. CONFEZIONE SINGOLA STERILE. TESTATO SPECIFICATAMENTE PER EPATITE C, HIV1 E MYCOBACTERIUM TUBERCULOSISVOLUME FILTRO 51ML- PESO 28GR CIRCA.	1.500,00	4.500,00	8081484B8F	
90	FILTRO MONOUSO AUTOUMIDIFICANTE, ANTIBATTERICO/ANTIVIRALE, PER IL LATO MACCHINA VENTILATORIA, CON MEMBRANA FILTRANTE ELETTROSTATICA, INSERTO SCAMBIATORE DI CALORE ED UMIDITA' IN CELLULOSA. CAPACITA' DI FILTRAZIONE E RIMOZIONE BATTERICA E VIRALE NON INFERIORE A 99,999%, COMPLETO DI RACCORDO PER CAPNOMETRIA. CONFEZIONE SINGOLA STERILE. VOLUME FILTRO 51ML – PESO 28GR CIRCA. CERTIFICATO CONTRO EPATITE C E VIRUS HIV.	1.500,00	4.500,00	808149222C	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
ELENCO CIG

91	TUBI ENDOTRACHEALI PER ANESTESIA, IN PVC, TRASPARENTI, CON LINEA RADIOPACA, NASALI E ORALI, PUNTA MURPHY , CUFFIATI, CUFFIA IMPERMEABILE AL PROTOSSIDO D'AZOTO, AD AMPIO VOLUME E BASSA PRESSIONE. LINEA DI GONFIAGGIO CON VALVOLA UNIDIREZIONALE E PALLONCINO PILOTA, RACCORDO STANDARD 15 MM, MATERIALE TERMOSENSIBILE, PUNTA ATRAUMATICA, PARETI SOTTILI. MISURE DALLA 5 ALLA 10.	800,00	2.400,00	8081504C10	
92	TUBI ENDOTRACHEALI STERILI MONOUSO, IN PVC, CON CUFFIA AD AMPIO VOLUME E BASSA PRESSIONE, ARMATI E COMPLETI DI MANDRINO PREASSEMBLATO. LINEA RADIOPACA, GRADUATO IN CM, OCCHIO DI MURPHY. MISURE: DALLA 5 ALLA 9.	1.000,00	3.000,00	80815111DA	
93	MANOMETRO PER IL GONFIAGGIO E CONTROLLO DEL TUBO TRACHEALE ADULTI E BAMBINI	200,00	600,00	8081513380	
94	BLOCCATORE BRONCHIALE PER VENTILAZIONE POLMONARE ASSISTITA, IN NYLON RADIOPACO DOTATO DI CLAMP DI SICUREZZA DI FISSAGGIO DEL TUBO BLOCCATORE AL CORPO DEL CONNETTORE PRINCIPALE E DOTATO DI TUBO ANGOLATO A 30° TALE DA CONSENTIRE LA DIREZIONABILITA' DELLO STESSO. FORNITO DI VIA DI SUZIONE E/O SOMMINISTRAZIONE DI OSSIGENO. VIA DI GONFIAGGIO DELLA CUFFIA CON PALLONCINO SPIA. SISTEMA DI GONFIAGGIO GRADUALE E LENTO DELLA CUFFIA PER MEZZO DI VALVOLA A RILASCIO DI ARIA, TALE DA EVITARE TRAUMATISMI NEL SITO DI POSIZIONAMENTO	1.000,00	3.000,00	8081519872	
95	TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SINISTRO COMPLETO DI RACCORDI SNODABILI E SONDE DI ASPIRAZIONE MIS. CH. 28- 35-37-39-41	1.125,00	3.375,00	8081528FDD	
96	UMIDIFICATORI PRERIEMPITI, ACQUA STERILE 500 ML., PER OSSIGENO TERAPIA, MONOUSO CON EVENTUALI ADATTATORI PER COLLEGAMENTI AL FLUSSIMETRO. L'AZIENDA DOVRA' FORNIRE IN USO GRATUITO I FLUSSIMETRI.	720,00	2.160,00	80815344D4	
97	TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE DESTRO COMPLETO DI RACCORDI SNODABILI E SONDE DI ASPIRAZIONE MIS. CH. 28- 35-37-39-41	1.125,00	3.375,00	80815409C6	
98	KIT PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA A DILATATORE SINGOLO COSTITUITO DA FILO GUIDA SELDINGER, CANNULA	8.000,00	24.000,00	8081550209	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
ELENCO CIG

	TRACHEOSTOMICA CON PUNTA RASTREMATA E ANGOLATURA DI 105°, VIA DI ASPIRAZIONE INTEGRATA PER L'ELIMINAZIONE DELLE SECREZIONI SOVRACUFFIA, MANDRINO INTRODUTTORE FORATO, DUE CONTROCANNULE, SCOVOLINO, AGO INTRODUTTORE, BISTURI E PRE-DILATATORE				
99	KIT PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA PER COLLI DIFFICILI COSTITUITO DA UN DILATATORE GRADUATO A FORMA DI "ESSE", CON PUNTA MORBIDA E DOTATO DI UN RIVESTIMENTO IDROFILO PER UNA DILATAZIONE TRACHEALE ATRAUMATICA, CANNULA TRACHEOSTOMICA ARMATA CON FLANGIA REGOLABILE, EXTRALUNGA E DOTATA DI CONTROCANNULA E SCOVOLINO, FILO GUIDA SELDINGER, AGO INTRODUTTORE E PRE-DILATATORE	5.400,00	16.200,00	8081555628	
100	KIT PER TRACHEOTOMIA PERCUTANEA COSTITUITO DA UN DILATATORE A PALLONCINO ESPANDIBILE CON SISTEMA DI GONFIAGGIO RAPIDO DEL PALLONE DILATATORE, MUNITO DI MANOMETRO, FILO GUIDA E CANNULA TRACHEOSTOMICA DI VARIE DIMENSIONI.	6.000,00	18.000,00	8081567011	
101	KIT PER CRICOTIROIDOTOMIA D'EMERGENZA COSTITUITO DA AGO DI VERESS, CANNULA PER CRICOTIROTOMIA DA 6MM, BISTURI, FASCETTA DI FISSAGGIO, AGO DI SUTURA E SCAMBIATORE DI CALORE ED UMIDITÀ. PRE-ASSEMBLATO CON CONFEZIONE COMPATTA E ROBUSTA	1.250,00	3.750,00	8081583D41	
102	CANNULA TRACHEOSTOMICA CON CUFFIA MORBIDA AD ALTA RESISTENZA E BASSA PRESSIONE, IN PVC SILICONATO, CON ANGOLATURA A 105° CIRCA, MANDRINO INTERNO FORATO PER IL PASSAGGIO DEL SELDINGER, FLANGIA TERMOSALDATA, PUNTA RASTREMATA, CONNETTORE DA 15 MM , FASCETTA DI FISSAGGIO, PALLONCINO PILOTA CON INFORMAZIONI DELLA CANNULA, MATERIALE RADIOPACO PER LA VISIONE RX. MISURE VARIE	1.200,00	3.600,00	8081587092	
103	CANNULE TRACHEOTOMICHE FONATORIE DOTATE DI CONTROCANNULA FONATORIA CUFFIATE DI VARIE DIMENSIONI	600,00	1.800,00	80815924B1	
104	SISTEMA PER FISSAGGIO CANNULA TRACHEOSTOMICA DI MORBIDO MATERIALE ESPANSO RIVESTITO DI COTONE SOFFICE ED ASSORBENTE CHE ED EVITA IRRITAZIONI DELLA PELLE	2.500,00	7.500,00	8081602CEF	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del "Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
ELENCO CIG

	GARANTENDO IL MASSIMO COMFORT PER IL PAZIENTE. AGGANCIÒ A STRAPPO CHE PERMETTE UN SEMPLICE E SICURO FISSAGGIO, CONSENTENDO UN'AMPIA POSSIBILITÀ DI POSIZIONI E QUINDI IL MASSIMO ADATTAMENTO ALLE DIFFERENTI ESIGENZE ANATOMICHE. MISURA REGOLABILE DA 180 A 450 MM.				
105	TUBO CORRUGATO IN POLIETILENE PER SCARICO GAS ANESTETICI DIAMETRO 22 MM. LUNGHEZZA METRI 10 CIRCA.	50,00	150,00	8081621C9D	
106	CANNULA TRACHEOSTOMICA NON CUFFIATA, IN PVC SILICONATO, CON ANGOLATURA A 105° CIRCA, MANDRINO INTERNO FORATO PER IL PASSAGGIO DEL SELDINGER, FLANGIA TERMOSALDATA, PUNTA RASTREMATA, CONNETTORE DA 15 MM, FASCETTA DI FISSAGGIO, PALLONCINO PILOTA CON INFORMAZIONI DELLA CANNULA, MATERIALE RADIOPACO PER LA VISIONE RX. MISURE VARIE	600,00	1.800,00	8081653707	
107	CANNULA TRACHEOSTOMICA EXTRALUNGA, ARMATA CON FLANGIA REGOLABILE, CUFFIA MORBIDA AD ALTA RESISTENZA E BASSO PRESSIONE, CONTROCANNULA, SCVOLINO, SELDINGER E MANDRINO FORATO	1.500,00	4.500,00	808998961D	
108	CANNULA TRACHEOSTOMICA IN SILICONE, STERILIZZABILE FINO A 10 VOLTE, CUFFIA A SCOMPARSÀ E COMPLETAMENTE ADESA ALLA PARETE DELLA CANNULA	1.700,00	5.100,00	8089992896	
109	CONTROCANNULA IN TEFLON PER CANNULE IN SILICONE DI SPESSORE SOTTILE PER RIDURRE AL MINIMO IL LUME DELLA CANNULA	400,00	1.200,00	8089997CB5	
110	SISTEMA DI RISCALDAMENTO FLUIDI CON LINEE MONOUSO COSTITUITE DA TRE LUMI COASSIALI CHE PERMETTONO LA CIRCOLAZIONE DELL'ACQUA DI RISCALDAMENTO IN MODO DA EVITARE LA DISPERSIONE TERMICA LUNGO LA LINEA INFUSIONALE	10.500,00	31.500,00	8090014ABD	
111	MASCHERE DI HANZ RUDOLPH STERILIZZABILI	9.000,00	27.000,00	8090019EDC	
112	CIRCUITO RESPIRATORIO PER RIANIMAZIONE MONOUSO ADU/PED DOPPIO RISCALDATO CON TECNOLOGIA EVAQUA CHE CONSENTA LA TRASPIRAZIONE DEL CIRCUITO PER DIMINUIRE DRASTICAMENTE LA CONDENSÀ DOTATO DI APPOSITI ALLOGGIAMENTI PER AGGANCIÒ SONDÀ DI TEMPERATURA E DI	16.000,00	48.000,00	809002864C	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
 ELENCO CIG

	CAMERA DI UMIDIFICAZIONE MONOUSO AD AUTORIEMPIMENTO AUTOMATICO DOTATO DI SISTEMA DI GALLEGGIANTI PER MANTENERE SEMPRE CORRETTO IL LIVELLO DELL'ACQUA.				
113	CIRCUITO RISCALDATO COIMBENTATO CON SENSORE DI FLUSSO E SERPETINA RISCALDANTE INTEGRATA PER OSSIGENOTERAPIA AD ALTI FLUSSI FINO A 60 LT/MIN. LA DITTA DOVRÀ FORNIRE LA MACCHINA DI VENTILAZIONE AD ALTI FLUSSI	20.700,00	62.100,00	80900318C5	
114	CIRCUITO PLURIUSO PER LA STERILIZZAZIONE DEL SISTEMA DI OSSIGENOTERAPIA AD ALTI FLUSSI COMPLETO DI SCOVOLINI, TAPPI DI CHIUSURA E FILTRO HEPA DI RICAMBIO LA DITTA DOVRÀ FORNIRE LA MACCHINA DI VENTILAZIONE AD ALTI FLUSSI	1.600,00	4.800,00	8090037DB7	
115	INTERFACCIA NASALE E PER TRACHEOTOMIA COMPLETA DI SISTEMA DI SUPPORTO AL VISO LATERALE PER SOMMINISTRAZIONE DI OSSIGENOTERAPIA AD ALTI FLUSSI CON CODICE COLORE DA UTILIZZARE CON CIRCUITI PER ALTI FLUSSI. LA DITTA DOVRÀ FORNIRE LA MACCHINA DI VENTILAZIONE AD ALTI FLUSSI	4.500,00	13.500,00	8090039F5D	
116	DISPOSITIVO PER IL TRATTAMENTO DELL'ATELETTASIA E LA RIESPANSIONE POLMONARE. COSTITUITO DA TUBO DI RACCORDO ALLA FONTE D'ARIA E DA UNA PRESA PER LA CONNESSIONE AD UN MANOMETRO. NEBULIZZATORE PER L'AEROSOL TERAPIA	2.000,00	6.000,00	80900421DB	
117	SISTEMA DI RIABILITAZIONE POLMONARE MONO PAZIENTE DI TIPO VOLUMETRICO	800,00	2.400,00	8090045454	
118	SISTEMA CPAP UTILIZZABILE CON FLUSSOMETRI STANDARD DA 15LPM CON PRESSIONI FINO A 11-12 CMH2O (RIDUZIONE DEL CONSUMO DI OSSIGENO DEL 50%) NEBULIZZATORE E DISPOSITIVO DI IMMISSIONE PER AUMENTARE LA PRESSIONE NEI POLMONI DEL PAZIENTE DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE DEL TRATTAMENTO CON AEROSOL. IL SISTEMA DOVRÀ COMBINARE L'EROGAZIONE DI AEROSOL CON LA TERAPIA CPAP MEDIANTE VALVOLA INCORPORATA CON ATTIVAZIONE-DISATTIVAZIONE DEL NEBULIZZATORE, UTILIZZANDO UNA SOLA FONTE DI OSSIGENO DA MASCHERA PROFILATA CON CHIUSURA IN VELCRO,	1.000,00	3.000,00	[8090055C92	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
 ELENCO CIG

	SUPPORTO FRONTALE CON SISTEMA DI REGOLAZIONE IN ALTEZZA, CLIP DI CONNESSIONE ALLA MASCHERA, NEBULIZZATORE INTEGRATO IN LINEA, MANOMETRO INCORPORATO, VALVOLA DI SICUREZZA IN POLICARBONATO CHE PERMETTA AL SISTEMA DI APRIRSI NEL CASO DI SOVRAPPRESSIONE A 25 CM H2O +/- 5 CM H2O. E RACCORDO ROTANTE DRITTO. POSSIBILITÀ DI ACCOGLIERE LINEE DI CAMPIONAMENTO PER CAPNOGRAFO DA 15/22 MM, TUBI ENDOTRACHEALI E CANNULE TRACHEOSTOMICHE SENZA BISOGNO DI ADATTATORI.				
119	MASCHERA PER VENTILAZIONE FULLFACE NON INVASIVA CON OTTIMA TENUTA, SUPPORTO PER LA FRONTE REGOLABILE IN MANIERA FINE, COMPLETA DI SISTEMA DI AGGANGIO/SGANGIO RAPIDO, DIFFERENTI MISURE	20.000,00	60.000,00	8090057E38	
120	DISPOSITIVO PER IL FISSAGGIO DI TUBI ENDOTRACHEALI PRIVO DI ADESIVI, CHE PERMETTA UN FISSAGGIO SICURO DI TUBI ETT E SONDINI N-G SENZA UTILIZZO DI NASTRO. IL DISPOSITIVO DEVE AIUTARE A PREVENIRE ESTUBAZIONI ACCIDENTALI E ABBIA UN'IMBOTTITURA IN SCHIUMA LAVABILE CHE PERMETTE UNA DISTRIBUZIONE UNIFORME DELLA PRESSIONE DIMINUENDO LA NECROSI DELLA SUPERFICIE CUTANEA E MINIMIZZI IL DECUBITO DA PRESSIONE IN POSSIBILITÀ DI LABBRA E LINGUA. SIA ADATTABILE A PAZIENTI PRIVI DI DENTI E COMPLETO DI PARA MORSI IN GOMMA MORBIDA PER IMPEDIRE L'OSTRUZIONE INVOLONTARIA DELL'ETT, ABBIA ABBONDANTI PUNTI DI CONTATTO PER MIGLIORARE LA PRESA DEL TUBO ENDOTRACHEALE ED IMPEDIRE MOVIMENTI VERTICALI E ROTATORI. PROVVISIO DI SISTEMA PER IL FISSAGGIO DEL SONDINO NASO GASTRICO E SUPPORTO SCORREVOLE CHE PERMETTE LO SLITTAMENTO LATERALE DA LATO A LATO DEL TUBO ET PER FACILITARE ASPIRAZIONI E SANIFICAZIONI ORALI.	4.000,00	12.000,00	8090076DE6	
121	CONNETTORE A T PER COLLEGAMENTO CON IL TUBO O LA CANNULA TRACHEALE	1.000,00	3.000,00	809008120A	
122	TUBI DI RACCORDO STERILI MONOUSO PER CAPNOGRAFO	800,00	2.400,00	8090091A48	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
ELENCO CIG

123	CANNULA DI GUEDEL MONOUSO, REALIZZATA IN MATERIALE PLASTICO BIOCOMPATIBILE, CON PUNTA ATRAUMATICA, MISURE 4 DA 80-110 MM, CON CODICE COLORE, IN CONFEZIONE SINGOLA, STERILE	2.000,00	6.000,00	8090775EBB	
124	CASCO PER CPAP APRIBILE. SISTEMA TRASPARENTE PRIVO DI LATTICE, COMPLETO DI: VALVOLA PEEP REGOLABILE DA 5 A 12,5 CMH2O A SCATTI, MANOMETRO INTEGRATO, CIRCUITO CON RACCORDO A T, PALLONE DA 25LT., VALVOLA BIDIREZIONALE ANTI SOFFOCAMENTO AUTOMATICA CON SISTEMA DI ACCESSO AL PAZIENTE TRAMITE OBLÒ APRIBILE, APERTURA TOTALE DI EMERGENZA SENZA DOVER TOGLIERE IL COLLARE. VARIE MISURE	7.200,00	21.600,00	80907813B2	
125	MASCHERA FACCIALE MONOUSO, TRASPARENTE, PRIVA DI PVC, SMALTIBILE SECONDO NORMALI PROCEDURE E NON COME RIFIUTO SPECIALE, CONCHIGLIA RESISTENTE, GRIP ANTI SCIVOLAMENTO, BORDO IN ELASTOMERO E SENZA CUSCINETTO GONFIABILE, PERFETTAMENTE ADATTABILE AL VISO DEL PAZIENTE, 7 MISURE DISPONIBILI, RACCORDO 22F (15F PER LE MISURE PIU' PICCOLE); OGNI MASCHERA DEVE ESSERE CONFEZIONATA SINGOLARMENTE E PERFETTAMENTE TRACCIABILE. CODICE COLORE ABBINABILE ALLE CANNULE DI GUEDEL.	2.250,00	6.750,00	809079928D	
126	MASCHERE PER VENTILAZIONE POLIUSO, PRIVE DI LATTICE, 7 MISURE DISPONIBILI, VALVOLA RIMOVIBILE, CONNESSIONE 22F, AUTOCLAVABILI A 134°-137° C, FORMA ANATOMICA, CUSCINETTO GONFIABILE. RISTERILIZZABILE FINO A UN MASSIMO DI 50 VOLTE.	1.050,00	3.150,00	809083938F	
	ULTERIORI PRESIDI		0		
127	SET COMPLETO BOTTIGLIA BULAU, COMPLETO DI TAPPO A VITE UNIVERSALE, SUL QUALE SONO APPLICATI TUBI IN PVC ANTINGINOCCHIAMENTO, CON RACCORDO 5 IN 1.	500,00	1.500,00	0908447AE	
128	TUBO DI RICAMBIO PER BULAU, LUNGHEZZA CM 152 E DIAM. CM 0,70 CIRCA. ESTENSIONE IN PLASTICA CON FUNZIONE DI VALVOLA AD ACQUA, TUBO CORTO CON FUNZIONE PRESA D'ARIA, TAPPO DI CONNESSIONE A VITE E CAPPuccio COPRIRACCORDO.	500,00	1.500,00	809086375C]	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino
ELENCO CIG

129	CATETERI TORACICI IN PVC, CON TROCAR, MISURE: CH 8 – 10 – 12- 16-20 - 24 - 28 – 32. LINEA RADIOPACA E FORO DI CONTROLLO.	3.600,00	10.800,00	8090870D21	
130	DRENAGGIO IN SILICONE, GRADO MEDICALE, APIROGENO, SCANALATO CON PROFILO A SPIRALE, RADIOPACO. CORPO SOLIDO SENZA FORATURA CON LUNGHEZZA 30 CM. DISPONIBILE ANCHE CON AGO GUIDA. DIVERSE MISURE: 15, 19, 24 CH, STERILE	9.750,00	29.250,00	80908848B0	
131	CATETERE TORACICO RETTO IN SILICONE,LUNGO 50 CM CIRCA CON FORI ELLITTICI, ATRAUMATICI, CONTRAPPOSTI NELLA PARTE DISTALE, CON LINEA RADIOPACA SU TUTTA LA LUNGHEZZA E MARCATORI DI PROFONDITÀ, CON RACCORDO TERMINALE CONICO FEMMINA STANDARD, ADATTABILE AI COMUNI SISTEMI DI DRENAGGIO IN USO. MISURE: DA CH 12 A CH 36 CIRCA. CONFEZIONE STERILE, SINGOLA E MONOUSO.	6.750,00	20.250,00	8090890DA2	
132	SACCA PER RACCOLTA LIQUIDI BIOLOGICI, COMPOSTA DA SACCA SEMIRIGIDA IN POLIPROPILENE CON CAPACITÀ DA 3,0 E DA 1,5 LT TAPPO RIGIDO IN POLIETILENE CON VIA D' INGRESSO CON DOPPIO FILTRO ANTIBATTERICO CON FILTRAZIONE UMIDA SECCA PARI AL 99,99%, LA SACCA DOVRÀ ESSERE DOTATA DI VALVOLA DI TROPPO PIENO MECCANICA, VALVOLA ANTIREFLUSSO SU PORTA PAZIENTE E PORTA TANDEM PER COLLEGAMENTO IN SERIE DI PIÙ SACCHE DI ASPIRAZIONE. LA SACCA DOVRÀ ESSERE DOTATA DI AGENTE GELIFICANTE	20.000,00	60.000,00	80908940F3	
133	SISTEMA AVANZATO PER LA CURA DEL PAZIENTE, PER ASSORBIRE LE PERDITE DI LIQUIDI CON PROTEZIONE ANTIMICROBICA CHE INIBISCE LA CRESCITA DI BATTERI E LIEVITI, CAUSA PRIMARIA DI CATTIVI ADORI; TRASPIRANTE MANTENENDO INTEGRA LA CUTE E LA PREVENZIONE DELLE ULCERE DA DECUBITO MISURE 45X60 – 80X90 CM CIRCA	7.500,00	22.500,00	8090899512	
134	KIT PER SALA EMERGENZA DEVE ESSERE COMPOSTO DA: N° 1 LENZUOLO IN TNT BI ACCOPPIATO SPUNBOND + PE IMPERMEABILE ASSORBENTE 75X200 CM CON ELASTICI SUI LATI CORTI, N° 1 TELO IN TNT ULTRARESISTENTE 100X150 CM AVENTE N°4 MANIGLIE RINFORZATE(MANIGLIE DI TENUTA E	4.800,00	14.400,00	80909173ED	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
 ELENCO CIG

	MOVIMENTAZIONE RINFORZATE), N° 1 TELO COPERTURA PAZIENTE IN TNT IDROPELLENTE SMS 160X240 CM CIRCA. I DISPOSITIVI ALL'INTERNO DEL SEGUENTE KIT DOVRANNO CREARE UNA BARRIERA AI LIQUIDI E BATTERI, ALTA DRAPPEGGIABILITÀ, BASSO LINTING E LATEX FREE.				
135	MEDICAZIONE EMOSTATICA STERILE, MONOUSO NON ASSORBIBILE 100% CHITOSAN PER IL CONTROLLO TEMPORANEO DI FERITE SANGUINANTI, CAPACE DI FERMARE IL SANGUINAMENTO MODERATO E GRAVE IN MENO DI 5 MINUTI. DA UTILIZZARE SU ABRASIONI, TAGLI, LACERAZIONI, VENOSE O ARTERIOSE. MISURA 5X5 CM .	9.000,00	27.000,00	8090933122	
136	STERILIZZANTE SPRAY PER PICCOLE SUPERFICI, SOLUZIONE A RILASCIO DI RADICALI LIBERI AD ATTIVITÀ RIDUCENTE IN VEICOLO ACQUOSO CON VALORI DEL PH BASICI, MECCANISMO DI AZIONE: TRASFERIMENTO DI ELETTRONI RIDUCENTI. SOLVENTE DA DILUIRE IN ACQUA IN CONFEZIONAMENTO MONO-DOSE. VALIDITÀ DELLA SOLUZIONE ATTIVA: 7 GIORNI. TEMPI DI STERILIZZAZIONE SUPERFICI: INFERIORI A 15 SECONDI	3.000,00	9.000,00	8090938541	
137	STERILIZZANTE A RILASCIO DI RADICALI LIBERI AD ATTIVITÀ RIDUCENTE IN VEICOLO ACQUOSO CON VALORI DEL PH BASICI, MECCANISMO DI AZIONE: TRASFERIMENTO DI ELETTRONI RIDUCENTI. SOLUZIONE DA DILUIRE IN ACQUA IN CONFEZIONAMENTO MONO-DOSE. VALIDITÀ DELLA SOLUZIONE ATTIVA: 48 ORE. TEMPI DI STERILIZZAZIONE SUPERFICI: 1 MINUTO.	3.000,00	9.000,00	8090947CAC	
138	SOLUZIONE STERILIZZANTE/DETERGENTE A RILASCIO DI RADICALI LIBERI AD ATTIVITÀ RIDUCENTE IN VEICOLO ACQUOSO CON VALORI DEL PH BASICI. LA SOLUZIONE OLTRE LA STERILIZZAZIONE, DEVE CONSENTIRE CON IL MEDESIMO MECCANISMO DI AZIONE UNA REATTIVITÀ CAPACE DI RIMUOVERE E DISSOLVERE IL MATERIALE BIOLOGICO RESIDUALE, OTTENENDO COSÌ IL RICONDIZIONAMENTO RAPIDO DEGLI STRUMENTI SPORCHI DI RESIDUI ORGANICI, IN ASSENZA DI DETERGENTI E COMPLESSI ENZIMATICI. SOLUZIONE IN POLVERE DA DILUIRE IN ACQUA IN CONFEZIONAMENTO MONO-DOSE.	3.000,00	9.000,00	8090950F25	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino
ELENCO CIG

	VALIDITÀ DELLA SOLUZIONE ATTIVA: 48 ORE. TEMPI DI STERILIZZAZIONE: 1 MINUTO TEMPI DI DETERSIONE: 10 MINUTI				
139	CATETERE VENOSO CENTRALE AD INSERIMENTO PERIFERICO A PUNTA APERTA REALIZZATO IN POLIMERO MONOFILAMENTO PRESENTE SU TUTTO L'ALBERO DEL CATETERE, PROVVISORIO DI VALVOLA TIPO PASV VALVE SULLA PARTE PROSSIMALE DEL CATETERE PROGETTATA PER RESISTERE AUTOMATICAMENTE AL RIFLUSSO E RIDURRE IL REFLUSSO DEL SANGUE ALL'INTERNO DEL CATETERE, ATTIVABILE MANUALMENTE O TRAMITE INFUSIONE E/O ASPIRAZIONE. PORTATE MASSIME DA 1 ML / SEC A 6 ML / SEC, IN BASE ALLE DIMENSIONI E ALLA CONFIGURAZIONE DEL CATETERE, CONTENENTE DISPOSITIVI EQUIPAGGIATI CON SISTEMA DI SICUREZZA IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE E SISTEMA EMOSTATICO 100% CHITOSAN IN SPUGNA, IL CATETERE NON DEVE ESSERE VERNICIATO O IMPREGNATO. RADIOPACO. MIS. 5-6 FR. LUNGHEZZA 50 CM CIRCA. DEVE ESSERE DUE LUMI.	15.000,00	45.000,00	80909531A3	
140	MEDICAZIONE A ROTOLO TRASPARENTE IN POLIURETANO AD ALTA PERMEABILITÀ E TRASPIRABILITÀ, IN ROTOLO NON STERILE CON ADESIVO IPOALLERGENICO E PRIVO DI LATTICE, 5 X 10, 10 X 10, 15 X 10, PREVENZIONE DELLA MACERAZIONE CUTANEA.	7.500,00	22.500,00	8090959695	
141	SISTEMA MONOUSO A CELLE APERTE REALIZZATE IN POLIETILENE TRASPARENTE, CHE PERMETTE IL CORRETTO CONTEGGIO DELLE GARZE IN SALA OPERATORIA. IL SISTEMA DEVE ESSERE COMPLETO DI DISPENSER CHE CONTIENE I FOGLI CONTAGARZE ED IL SUPPORTO IN ACCIAIO INOX CHE PUÒ ESSERE FISSATO ALLA PIANTANA. IL CONTAGARZE DEVE ESSERE INTERAMENTE LATEX FREE, CON PARTE FRONTALE È TRASPARENTE PER UNA IMMEDIATA E CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL CONTENUTO ANCHE IN PRESENZA DI ECCESSO DI LIQUIDI.	5.000,00	15.000,00	8090965B87	
142	KIT INSERIMENTO CVC COMPOSTO DA: N.2 SALVIETTE ASCIUGAMANO, N.1 CAMICE STERILE MIS.L, N.1 APPLICATORE DISINFETTANTE DA 3 ML AL 2% DI CLOREXIDINA CON SPUGNA, N.1 DISINFETTANTE PER CUTE LESA MONODOSE D 25 ML, N.1 SACCO MAYO PER TAVOLO SERVITORE, N.1 TELO STERILE 150X100 CM E FORO ADESIVO CON DIAM. 10 CM, N. 10 GARZE STERILI 10 X10, N,1 CIOTOLA STERILE DA 50 ML PER SOLUZIONE,	5.400,00	16.200,00	8090970FA6	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino
ELENCO CIG

	N.1 MEDICAZIONE STERILE 8X10CM, N 1 FORBICE CHIRURGICA IN ACCIAIO, N 1 PINZA CHIRURGICA IN ACCIAIO, N 1 PORTAGHI DI MAYO HEGAR IN ACCIAIO.				
143	DISPOSITIVO TIPO SAFEGUARD CAPACE DI MANTENERE UNA COMPRESSIONE MECCANICA SU UN SITO DI SANGUINAMENTO VASCOLARE. LUNGHEZZA ALMENO 24 CM LARGHEZZA ALMENO 14 CM (TOLLERANZA \pm 3 CM) CON BULBO TRASPARENTE	1.000,00	3.000,00	8090977570	
144	SONDINO NASOGASTRICO - DIGIUNALE IN POLIURETANO,TOTALMENTE RADIOPACO,AUTOLUBRIFICANTE A CONTATTO CON L'ACQUA,CON DUE VIE D'ACCESSO, BOLO TERMINALE IN TUNGSTENO FORATO,COMPLETO DI MANDRINO IN ACCIAIO TEFLONATO E MONTATO TUTTO IN CONFEZIONE STERILE - LUNGHEZZA ALMENO 110 CM. MIS. 8 FR MIS. 10 FR . MIS. 12 FR MIS 14 F	1.500,00	4.500,00	809099544B	
145	FISSAGGIO PER SONDINO NASO GASTRICO IN MORBIDO TNT, STRUTTURATO PER MANTENERE CORRETTA POSIZIONE DEL SONDINO, CON ADESIVO IPOALLERGENICO A LUNGA PERMANENZA, STERILE, LATEX FREE. DIMENSIONI 4,45X 7,62CM FISSAGGIO PER SONDINO NASO GASTRICO IN MORBIDO TNT, STRUTTURATO PER MANTENERE CORRETTA POSIZIONE DEL SONDINO, CON ADESIVO IPOALLERGENICO A LUNGA PERMANENZA, STERILE, LATEX FREE. DIMENSIONI 4,45X 7,62CM	1.500,00	4.500,00	80910100AD	
146	KIT DI DRENAGGIO TORACICO CON TECNICA SELDINGER PER IL DRENAGGIO DI PNEUMOTORACE, VERSAMENTO PLEURICO E EMPIEMA A BASSA VISCOSITÀ CORRELATO DI : CATETERE DI DRENAGGIO TORACICO IN PVC DA 12 FR (TOLLERANZA $1 \pm$ FR) CON FORO TERMINALE E FORI LATERALI DISPOSTI ELICOIDALMENTE, RADIOPACO, FILO GUIDA DA CIRCA 50 CM (TOLLERANZA \pm 5 CM) AGO DI TUOHY DA 16 G, SIRINGA DA 10 ML, SIRINGA DA ALMENO 50 ML CONNESSIONE LUER-LOCK, BUSTA DI RACCOLTA MATERIALE PLEURICO, RUBINETTO A 3 VIE, DILATATORE ATRAUMATICO.	8.000,00	24.000,00	8091019818	
147	KIT PER TORACENTESI CON AGO DI SICUREZZA DI VERRERES PER EVACUARE LIQUIDI ED ARIA DALLO SPAZIO PLEURICO COSTITUITO DA: CATETERE 12 FR DA 20 CM (TOLLERANZA $2 \pm$	10.000,00	30.000,00	8091024C37	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
 ELENCO CIG

	CM) IN POLIURETANO RADIOPACO, CON MANDRINO ATRAUMATICO DI VERRES, POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO DI LINEA DI ESTENSIONE AL CATETERE DI DRENAGGIO, CONNESSIONE LUER-LOCK A DISPOSITIVI DI EVACUAZIONE, POSSIBILITÀ TRAMITE UN SELETTORE SUL CORPO PRINCIPALE DI EFFETTUARE DRENAGGIO A CADUTA O IN ASPIRAZIONE, CORRELATO DI SIRINGA DI ALMENO 60 ML CON CONNESSIONE LUER-LOCK, BUSTA DI RACCOLTA DI ALMENO 2000 ML, PINZA DI CLAMPAGGIO MONOUSO, POSSIBILITÀ DI ASPIRARE DAL CORPO PRINCIPALE ANCHE CON MANDRINO INSERITO NEL CATETERE.				
148	KIT IGIENE PAZIENTE COMPOSTO DA: N 4 PZ. SPAZZOLINI PER L'IGIENE DEL CAVO ORALE AD ASPIRAZIONE CONTROLLATA DOTATO DI DOPPIO TAMPONE IMBEVUTO DI BICARBONATO DI SODIO, SOLUZIONE DI PEROSSIDO DI IDROGENO E CREMA LENITIVA, N.20 MANOPOLE PRESAPONATA SECCA IN PE A FIBRE STRETTE A PH FISIOLÓGICO , ERGONOMICA, ANALLERGICA, LATEX FREE, CON PLASTIFICAZIONE INTERNA IMPERMEABILE ED ELASTICO AL POLSO, N.8 SALVIETTE MORBIDE, ANALLERGICHE, DEODORANTI, PER LA PULIZIA DELLA CUTE, IMBEVUTA DI SOSTANZE NUTRITIVE VITAMINA E ED ALOE, SENZA RISCIAQUO E RISCALDABILI AL MICROONDE, N.8 SALVIETTE MORBIDE, ANALLERGICHE, DEODORANTI, PER LA PULIZIA DELLA CUTE, PER LA PREVENZIONE DELLE LESIONI DA PRESSIONE, SENZA RISCIAQUO E RISCALDABILI AL MICROONDE, N.2 SALVIETTE PER L'ASEPSI DELLA CUTE PER LA RIDUZIONE DELLA CARICA BATTERICA, SENZA RISCIAQUO E RISCALDABILI AL MICROONDE. LA DITTA AGGIUDICATRICE DOVRÀ FORNIRE SENZA NESSUN AGGRAVIO DI SPESA CON ASSISTENZA TECNICA PER TUTTA LA DURATA DELLA FORNITURA ALMENO N. 2 SISTEMI DI RISCALDAMENTO APPPOSITAMENTE PROGETTATI SU CARRELLO STUDIATO PER CONTENERE I PRODOTTI RICHIESTI PER RICARICARE LO STESSO.	20.000,00	60.000,00	8091039899	
149	LAME PER RASOI PER TRICOTOMIA CON LAMA E PORTA LAMA STERILE. LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRÀ FORNIRE ALMENO 10 RASOI IN USO GRATUITO CON ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK	2.500,00	7.500,00	8091043BE5	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
ELENCO CIG

	ALL INCLUSIVE PER TUTTA LA DURATA DELLA GARA CHE CONSENTANO LA DISINFEZIONE DEGLI STESSI PER IMMERSIONE IN DISINFETTANTI PER GARANTIRE LA MASSIMA ASETTICITÀ				
150	SISTEMA PER LA PROTEZIONE AVANZATA DEL TALLONE CHE SI INTEGRA CON I DISPOSITIVI DI COMPRESSIONE PER LA TVP, DOVRÀ RIDURRE LA ROTAZIONE DEL PIEDE DENTRO IL GAMBALETTA, FACILE DA APPLICARE CON IMBOTTITURA INTEGRATA SIMILE AD UN CUSCINO CHE FORNISCA UNA SUPERFICIE D'APPOGGIO COMODA, INOLTRE DOTATA DI FASCIA REGOLABILE PER RIDURRE IL RISCHIO DI FLESSIONE PLANTARE. LA TALLONIERA DOVRÀ MANTENERE IL PIEDE IN POSIZIONE VERTICALE COMPLETO DI CUNEO STABILIZZATORE PER PIEDE E GAMBA	11.000,00	33.000,00	8091053428	
151	PROTEZIONE OCULARE STERILE PER EVITARE L'ESSICAMENTO DELLE SUPERFICI OCULARI.	1.200,00	3.600,00	80910566A1	
152	SISTEMA AVANZATO PER LA CURA DEL PAZIENTE, PER ASSORBIRE LE PERDITE DI LIQUIDI CON PROTEZIONE ANTIMICROBICA CHE INIBISCE LA CRESCITA DI BATTERI E LIEVITI, CAUSA PRIMARIA DI CATTIVI ADORI; TRASPIRANTE MANTENENDO INTEGRA LA CUTE E LA PREVENZIONE DELLE ULCERE DA DECUBITO MISURE 45X60 – 80X90 CM CIRCA	2.500,00	7.500,00	8091061AC0	
153	SISTEMA DI FISSAGGIO ADESIVO DEI CATETERI VENOSI CENTRALI E DEI PICC SENZA PUNTI DI SUTURA. IL SISTEMA EVITA I PERICOLI RAPPRESENTATI DALLE COMPLICANZE DA LESIONI PER SUTURA O DA PUNTURE ACCIDENTALI CON L'AGO.	2.500,00	7.500,00	8091066EDF	
154	FERMA POLSI PER PAZIENTI ALETTATI IN TNT MEDICALE TRASPIRANTE CON ATTACCO IN VELCRO LAVABILE A 40° CON ACQUA E SAPONI NEUTRI.	500,00	1.500,00	809107457C	
155	PROTEGGI GOMITO E TALLONI SUPER IMBOTTITI TRASPIRANTE, IN TNT MEDICALE CON ATTACCO IN VELCRO LAVABILE A 40° CON ACQUA E SAPONI NEUTRI.	1.000,00	3.000,00	8091081B41	
156	VALVOLA BIDIREZIONALE A PRESSIONE NEUTRA MONOUSO PER INFUSIONI E PRELIEVI DA ACCESSI VENOSI E ARTERIOSI DI	2.500,00	7.500,00	8091086F60	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
ELENCO CIG

	PICCOLE DIMENSIONI DOTATO DI VALVOLA ANTIREFLUSSO				
157	DISPOSITIVO PER LA DISINFEZIONE DEGLI ACCESSI VASCOLARI A BASE DI CLOREXIDINA 2% E ALCOOL ISOPROPILICO AL 70% PER LA DISINFEZIONE DI TUTTE LE VALVOLE NEEDLESS E TUTTI I CONI LUER DI RAMPE, RUBINETTI, PROLUNGHE E ACCESSORI. IL DISPOSITIVO AMOVIBILE DOVRA' CONSENTIRE STROFINAMENTO E DISINFEZIONE ROTATORIA CIRCOLARE A 360° SIA DELLE SUPERFICI FRONTALI SIA DELLE PARTI LATERALI. CONFEZIONE SINGOLA STERILE.	2.800,00	8.400,00	809108810B	
158	CUSTOM PACK ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA COMPOSTO DA: N.1 TELO CAMPO 100X100 CM, N.1DISINFETTANTE PER CUTE LESA MONODOSE DA 25 ML, N.1 VASSOIO IN PVC, N.1 TELO CHIRURGICO 75X90 CM CON ADESIVO E FORO ADESIVO 9X12 CM, N.1 APPLICATORE DISINFETTANTE DA 3 ML AL 2% DI CLOREXIDINA CON SPUGNA, N. 10 COMPRESSE DI GARZA 7,5 X 7,5	9.000,00	27.000,00	8091092457	
159	KIT DISINFEZIONE COMPOSTO DA SPATOLA E CIOTOLINA DA 500 ML STERILE	1.500,00	4.500,00	80910967A3	
160	PROLUNGHE DA 150 CM A BASSO VOLUME DI RIEMPIMENTO SCHERMATE	2.000,00	6.000,00	8091100AEF	
161	SIRINGA LUER LOCK DA 60 ML SCHERMATA CON STANTUFFO A TENUTA	2.000,00	6.000,00	8091102C95	
162	MATITA DERMOGRAFICA STERILE PUNTA FINE COMPLETA DI RIGHELLO	1.000,00	3.000,00	80911070B9	
163	LUBRIFICANTE SPRAY PER STRUMENTARIO CHIRURGICO CHE PROTEGGA DALLA CORROSIONE DA SFREGAMENTO, PH NEUTRO, ELEVATA COMPATIBILITÀ CON I MATERIALI, ADATTO PER LA STERILIZZAZIONE A VAPORE, PERMEABILE AL VAPORE, BIOCOMPATIBILE, PRIVO DI TENSIOATTIVI, PRIVO DI SILICONE, PRIVO DI CFC, PRIVO DI SOSTANZE POTENTIALMENTE ALLERGENICHE	400,00	1.200,00	8091111405	
164	DEFLUSSORE A TRE VIE CON VALVE AUTO SIGILLANTI PER SINGOLA VIA, CLAMP DI CHIUSURA A BASSISSIMO VOLUME DI RIEMPIMENTO CHE CONSENTA DI NON MISCELARE I DIVERSI FARMACI.	2.500,00	7.500,00	80911124D8	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
ELENCO CIG

165	TELO PROTETTIVO PER TAVOLO OPERATORIO CON LATO IMPERVIO E LATO CON UN VELOCE ASSORBIMENTO DEI LIQUIDI ALMENO DI SEI LITRI AL FINE DI OFFRIRE UNA SENSAZIONE DI ASCIUTTO E BENESSERE AL PAZIENTE REALIZZATO IN POLIMERO IN TESSUTO IN FIBRA DI COTONE DIM 50X208 CM CIRCA. TELO DI TRASFERIMENTO PAZIENTE. LATEX FREE. DIMENSIONI 100 X 230 CM CIRCA.	3.000,00	9.000,00	809111467E	
166	COPPETTA MONOPAZIENTE PER NEBULIZZATORE ELETTRONICO. N.B.: LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRÀ FORNIRE SENZA ALCUN ONERE AGGIUNTIVO ALMENO UN NEBULIZZATORE A POSTO LETTO PER TERAPIA INTENSIVA	500,00	1.500,00	80919654C3	
167	SET PER RIAPERTURA COMPOSTO DA 2 TELO IN BI-ACCOPPIATO ASSORBENTE E IMPERVIO MISURE 75X90 CM CIRCA, 2 TELO LATERALE IN TRI-ACCOPPIATO MISURE 98X100CM, CIRCA ADESIVO E RINFORZO; 1 TELO PIED IN TRI-ACCOPPIATO MISURE183X191CM, CON ADESIVO E RINFORZO; 1 TELO TESTA IN TRI-ACCOPPIATO MISURE183X254 CM, CON ADESIVO E RINFORZO; 1 CAMICE XL RINFORZATO DA 130CM AVVOLTO CON DUE SALVIETTE; 3 CAMICI NON RINFORZATI IN SMS XL DA 130CM; 2 COPRI TAVOLO IN PE E POLIPROPILENE MISURE140X190 CM CIRCA; 2 COPRI SERVITORE MAYO 80X142 CM CIRCA; 8 SALVIETTE ASCIUGAMANI 30X39CM CIRCA; 1 STRISCIA ADESIVA; 1 FISSAGGIO VELCRO CON ADESIVO 2,5X11CM CIRCA; 1 TASCA PORTA STRUMENTI ADESIVA; 1 TERGI ELETTRODO XR; 1 TELO SUPERASSORBENTE PER TAVOLO OPERATORIO.	1.500,00	4.500,00	809196980F	
168	LAME MONOUSO PER LARINGOSCOPIO VIDEOASSISTITO MCGRATH IN DOTAZIONE PRESSO LA UOSD CARDIOANESTESIA, MISURA 3-4-5	1.350,00	4.050,00	809210584A	
169	GAMBALI PER TVP, DA UTILIZZARE CON SISTEMA ELETTRICO PNEUMATICO. DEVONO POTER ESSERE UTILIZZATI ANCHE SU UN SOLO ARTO, DIVISI IN 3 CAMERE A COMPRESSIONE SEQUENZIALE, CON FORI SUL LATO ESTERNO E SU QUELLO INTERNO PER PERMETTERE LA TRASPIRAZIONE. INTERCAPEDINE IN PVC TRA I LATI ESTERNO ED INTERNO. MIS. S-M-L. LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRÀ FORNIRE GLI APPARECCHI A TITOLO	1.000,00	3.000,00	8092114FB5	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
 ELENCO CIG

	GRATUITO PER TUTTO IL PERIODO DI GARA.				
170	KIT COPRISONDA STERILE UNIVERSALE ,COMPRESIVO DI GEL ECOGRAFICO STERILE (20 ML), ELASTICI E SISTEMI DI FISSAGGIO LATEX FREE; DOTATO DI CUCITURE CIRCOLARI (PUNTA ROTONDA 3D) CHE CONSENTONO AL COPRISONDA DI ADATTARSI PERFETTAMENTE AD OGNI TIPOLOGIA DI SONDA ECOGRAFIA PRESENTE SUL MERCATO (CONVEX, LINEARI, SETTORIALI, ENDOCAVITARIE), ED EVITARE IL FORMARSI DI ANGOLI VIVI CHE POTREBBERO VENIRE LACERATI DURANTE LE PROCEDURE; GIUDA AGO CON COPERTURA; REALIZZATO IN POLIURETANO ESTREMAMENTE RESISTENTE, DRAPPEGGIABILE ED ACUSTICAMENTE TRASPARENTE. STERILIZZATO AD OSSIDO DI ETILENE. MISURA CM 14X91.	7.500,00	22.500,00	80921204AC]	
171	DISPOSITIVO GONFIABILE PER IL POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE, PERMETTE LA ROTAZIONE DEL FIANCO DA 20 A 40 GRADI E LA DECOMPRESSIONE DELLA VENA CAVA, POSIZIONAMENTO LATERALE, SOSTEGNO VERTICALE	250,00	750,00	809212699E	
172	KIT PER LA GESTIONE DELL'INCONTINENZA FECALE LIQUIDA E SEMILIQUIDA CON CUFFIA ATRAUMATICA, SACCHE DI RACCOLTA CON VALVOLA DI NON RITORNO A FONDO CHIUSO, PALLONCINO CON TASCA DIGITALE, LINEE DI IRRIGAZIONE, SIRINGA DA 45 ML.	1.000,00	3.000,00	8092132E90	
173	CARTUCCE PER TROMBOELASTOGRAMMA POC: 1)CARTUCCE MONOUSO PER STUDIO DINAMICO DELLA COAGULAZIONE CON SISTEMA TROMBOELASTOGRAMMA, LA CARTUCCIA DEVE CONTENERE I REAGENTI PER L'ESECUZIONE DEI TEST CON MINIMA QUANTITÀ DI SANGUE E FORNIRE INFORMAZIONI SIMULTANEE SU TEST DI COAGULAZIONE BASALE, CON E SENZA EPARINASI, FIBRINOGENO FUNZIONALE, TEST RAPIDO. 2)CARTUCCE MONOUSO PER STUDIO DELL'AGGREGOMETRIA CON SISTEMA TROMBOELASTOGRAMMA, LA CARTUCCIA DEVE CONTENERE I REAGENTI PER L'ESECUZIONE DEI TEST CON MINIMA QUANTITÀ DI SANGUE E FORNIRE INFORMAZIONI SIMULTANEE SU TEST REPTILASE – CAOLINO – ADP –ALTRI TEST)	120.000,00	360.000,00	80921372B4	€ 35,00

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
ELENCO CIG

	LA DITTA VINCITRICE DOVRÀ FORNIRE A TITOLO GRATUITO IL TROMBOELASTOGRAFO.				
174	STRISCE REATTIVE MONOUSO PER L'ESECUZIONE DEI TEST POC: TEMPO DI PROTROMBINA (PT), E RAPPORTO INTERNAZIONALE NORMALIZZATO (INR), TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE ATTIVATA (APTT). DETERMINAZIONE CONTEMPORANEA DEL TEMPO DI PROTROMBINA (PT) E DEL TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE ATTIVATA (APTT). LA DITTA VINCITRICE DOVRÀ FORNIRE IL SISTEMA DI MONITORAGGIO, COAGULOMETRO.	5.000,00	15.000,00	809214052D	
175	STIMOLATORE ESTERNO BICAMERALE CON IMPOSTAZIONE AUTOMATICA OPZIONALE DEL RITARDO A-V , DEL PVARP, DELLA MTR E DEL SENSING,TRIGGER ATRIALI CON MODALITA' DDD, SCHERMO RETROILLUMINATO, CONTROLLO ELETTRODI, MODALITA' DI STIMOLAZIONE DDD,VDD,D00,VVI,AAI,AAT,A00,DVI,DAI,VAT,DDD+AT,DAT, FREQUENZA DI STIMOLAZIONE COMPRESA TRA 30 BPM E 220 BPM,AMPIEZZA DI STIMOLAZIONE TRA 0,1 E 18V, DURATA PACING TRA 0,05 A 1,5MS, SENSING ATRIALE FINO A 20MV, SENSING VENTRICOLARE FINO A 20MV, RITARDO A-V COMPRESO TRA 5 E 400 MS, STIMOLAZIONE ATRIALE DI OVERDRIVE COMPRESO TRA 70 E 1000 BPM, TASTO PAUSA PER VERIFICARE RITMO SPONTANEO, FUNZIONE BLOCCO TASTI, PESO CONTENUTO.	25.000,00	75.000,00	809214594C	
176	CANNULE DI GUEDEL OROFARINGEE PROVVISIVE DI CODICE COLORE CHE NE IDENTIFICHINO LA MISURA CONFEZIONE SINGOLA STERILE MISURE 3-4-5-6	300,00	900,00	8092151E3E	
177	COPERTURA STERILE MONOUSO, ASSEMBLATA SU SIRINGA E BOCCAGLIO ADERENTE REALIZZATA IN SOFFICE POLIURETANO CN ALTO GRADO DI RESISTENZA ALLA TRAZIONE, DOTATO DI OTTIMALE ELASTICITÀ CHE PERMETTA ALLA COPERTURA DI ESTENDERSI SENZA STRAPPARSI.	2.800,00	8.400,00	80921594DB	
178	MATERASSINI, MONOUSO, AVVOLGENTI, CON STRUTTURA A NIDO D'APE, CON TRE SIFONI PER IL RICIRCOLO DELL'ACQUA,	112.500,00	337.500,00	80921930EB	€ 35,00

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
ELENCO CIG

	MONOUSO E DI DIVERSE DIMENSIONI E MODELLI (ANCHE FULL BODY) PER LA GESTIONE PERIOPERATORIA DELLA TEMPERATURA E PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL'IPOTERMIA TERAPEUTICA CON SCAMBIATORE DI CALORE TRAMITE SISTEMA AD ACQUA. L'AZIENDA DOVRÀ FORNIRE A TITOLO GRATUITO LA MACCHINA PER IL SERVOCONTROLLO DELLA TEMPERATURA. IL RANGE DI LAVORO DELLA MACCHINA DEVE ESSERE TRA I 13°C E I 40°C.				
179	SACCHE PERFUSIONALI IN EVA 3000 CC, PER LA MISCELAZIONE DI SOLUZIONI PER NUTRIZIONE PARENTERALE, CON SET RIEMPIMENTO A PIÙ VIE STACCABILE E DOTATO DI DISPOSITIVO DI CHIUSURA E FILTRI E ATTACCO L/L CON PUNTO DI INIEZIONE LATEX FREE.	2.500,00	7.500,00	80922174B8	
180	FISSAGGIO PER CATETERE URINARIO, CATETERI – CANNULE, DRENAGGI DI GROSSO CALIBRO, IN SILICONE A BASSO PROFILO, A LUNGA PERMANENZA, CON SUPPORTO ANTIDECUBITO, LATEX FREE, STERILE. MISURE 7,62X11,43CM	200,00	600,00	8092237539	
181	KIT PER CPAP COMPOSTO DA MASCHERA FACCIALE CON FLANGIA IN SILICONE COMPLETA DI NUCALE PREMONTATO IN VELCRO E SUPPORTO FRONTALE REGOLABILE CON APPOGGIO IN SILICONE ATRAUMATICO, VALVOLA ANTIASFISSIA SU RACCORDO A GOMITO, VALVOLA PEEP PREPARATA 5-7,5-10 CM H2O, TUBICINO PER IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE PROVVISORIO DI FILTRO ANTIMPURITA' E FILTRO MACCHINA. LA DITTA DOVRÀ FORNIRE A TITOLO GRATUITO IL FLUSSOMETRO ARIA/OSSIGENO SISTEMA COMPLETO DI MONITOR TOUCH SCREEN IN GRADO DI EROGARE UN FLUSSO DI ARIA E OSSIGENO VARIABILE FINO A 120 L/MIN. MONITORAGGIO DI 4 PARAMETRI: PRESSIONE POSITIVA (CPAP), FRAZIONE INSPIRATA DI OSSIGENO (FIO2), FLUSSO (V) E FREQUENZA RESPIRATORIA.	6.500,00	19.500,00	80922564E7	
182	KIT GIORNALIERO PER L'IGIENE ORALE COSTITUITO DA SPAZZOLINO CON FUNZIONE DI ASPIRAZIONE, UN BASTONCINO DI ASPIRAZIONE CON TESTINA MORBIDA INTEGRATA, UN APPLICATORE IN SPUGNA, UN'AMPOLLADA UTILIZZARE COME RECIPIENTE PER EVENTUALE LIQUIDO ANTIBATTERICO ED UNA BUSTINA DI DENTIFRICIO.	22.500,00	67.500,00	8092259760	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
 ELENCO CIG

183	KIT MEDICAZIONE PICC COMPOSTO DA N.1 COPRICAPO IN TNT, N.1 MASCHERINA CHIRURGICA CON ELASTICI, N.1 SALVIETTA ASSORBENTE 45X35CM, N.1 TELO CHIRURGICO 75X50CM, N.2 PAIA DI GUANTI IN NITRILE MIS. 7/8, N.1 SIRINGA DA 10 ML LUER LOCK, N.2 SIRINGHE DA 10 ML LUER LOCK PRE-RIEMPITA CON NACL 0,9%, N.1 DISPOSITIVO NEEDLESS, N.10 GARZE 7,5X7,5 CM QUATTRO PIEGHE NON TESSUTO, N.1 DISINFETTANTE PER CUTE LESA MONODOSE DA 25 ML, N.1 CEROTTO IMPERMEABILE TRASPIRANTE TIPO DERMAFILM 10X12 CM, N.5 TAMPONI GARZA, N.1 VASSOIO IN PVC, N.2 VASSOIO IN PVC, N.2 APPLICATORE DISINFETTANTE DA 3 ML AL 2% DI CLOREXIDINA CON SPUGNA.	9.000,00	27.000,00	8092261906	
184	SISTEMA POC COMPLETO PER L'UTILIZZO DEI SEGUENTI BIOMARCATORI: PER DANNO RENALE ACUTO,IL TEST DOVRÀ UTILIZZARE EDTA PLASMA, DOVRÀ DARE UN RISULTATO CHIARO IN POCHI MINUTI DAL MOMENTO IN CUI SI INIZIA IL TEST, IL CAMPIONE DI SANGUE PRELEVATO DOVRÀ POTER ESSERE CONSERVATO A TEMPERATURA AMBIENTE PRIMA DEI TEST, IL RISULTATO DOVRÀ RIFLETTERE LO STATUS DEI REMI ACCURATAMENTE ANCHE IN PAZIENTI AVENTI INFIAMMAZIONI O COMORBIDITÀ, POSSIEDA UN UNICO CUT –OFF PER TUTTI I SETTING CLINICI, IL BIOMARCATORE DOVRÀ PREDIRE L'INALZAMENTO DEL LIVELLO DI CREATININA,FINO A DUE GIORNI PRIMA DELL'AUMENTO DEL LIVELLO DI CREATININA, DOVRÀ MOSTRARE LO STATO ATTUALE DEI RENI, PERMETTENDO UN IMMEDIATA PREVISIONE DEL RISCHIO DEL PAZIENTE DI SVILUPPARE UN DANNO RENALE ACUTO, DOVRÀ MONITORARE LO STATUS DEL PAZIENTE CON DANNO RENALE ACUTO DURANTE L'OSPEDALIZZAZIONE, PERMETTENDO UN RISCONTRO IMMEDIATO DELL'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO TERAPEUTICO, DOVRÀ SUPPORTARE IL MEDICO NELLA DECISIONE DI UN EVENTUALE DIMISSIONE DEL PAZIENTE, SISTEMA POINT OF CARE INCLUSO IN COMODATO D'USO, TRAINING E CERTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI CHE LO UTILIZZANO INCLUSO.	12.000,00	36.000,00	8092265C52	
185	SISTEMA POC COMPLETO PER L'UTILIZZO DEI SEGUENTI BIOMARCATORI: PER INSUFFICIENZE CIRCOLATORIE ,IL TEST	12.000,00	36.000,00	8092268ECB	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino
ELENCO CIG

	DOVRÀ UTILIZZARE EDTA PLASMA, DOVRÀ DARE UN RISULTATO CHIARO IN POCHI MINUTI DAL MOMENTO IN CUI SI INIZIA IL TEST, IL CAMPIONE DI SANGUE PRELEVATO DOVRÀ POTER ESSERE CONSERVATO A TEMPERATURA AMBIENTE PRIMA DEI TEST, IL RISULTATO DOVRÀ RIFLETTERE LO STATUS DEI REMI ACCURATAMENTE ANCHE IN PAZIENTI AVENTI INFIAMMAZIONI O COMORBIDITÀ, POSSIEDA UN UNICO CUT –OFF PER TUTTI I SETTING CLINICI, DEVE MOSTRARE LO STATO ATTUALE DELLA PATOLOGIA, PERMETTENDO UN MONITORAGGIO DEL VIRAGGIO DEL RISCHIO DEL RISCHIO DEL PAZIENTE,DEVE PREDIRE E DIAGNOSTICARE TEMPESTIVAMENTE LO STATO DI SHOCK, PERMETTENDO UN MONITORAGGIO DEL PAZIENTE DURANTE L’OSPEDALIZZAZIONE ED UN RISCONTRO IMMEDIATO DELL’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO TERAPEUTICO, DOVRÀ SUPPORTARE IL MEDICO NELLA DECISIONE DI UN EVENTUALE DIMISSIONE DEL PAZIENTE, SISTEMA POINT OF CARE INCLUSO IN COMODATO D’USO, TRAINING E CERTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI CHE LO UTILIZZANO INCLUSO.				
186	SISTEMA DI DRENAGGIO A 2 E 3 CAMERE MONOUSO DALLA CAPACITA’ DI CIRCA 3000 ML, COMPATTO E STABILE, MANIGLIA AGGANCIATO E TRASPORTO DEL DRENAGGIO. CELLA DI CAMPIONAMENTO PER IL PRELIEVO DI LIQUIDO DI DRENAGGIO. LO STESSO DOVRA’ ESSERE COMPLETO DI ALMENO 5 PZ DI UNITA’ DI VUOTO PORTATILE LEGGERA E COMPATTA DOTATA DI DISPLAY PER IL MONITORAGGIO DELLE PERDITE AEREE, COMPLETA DI CARICA BATTERIE CON AUTONOMIA DI 48 ORE A FUNZIONAMENTO CONTINUO PER GARANTIRE UNA COPERTURA COMPLETA NEL DECORSO POST OPERATORIO, REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DI ASPIRAZIONE IN UN RANGE COMPRESO TRA -10 E -25 CM H2O, ALLARMI LUMINOSI PER IL CONTROLLO DELLE PERDITE AEREE, LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA MODALITÀ D’ IMPIEGO, FILTRO IDROFOBICO PLURIUSO A PROTEZIONE DELL’APPARECCHIATURA.	4.500,00	13.500,00	81204084AB	
187	VALVOLA TIPO HEIMLICH, COSTITUITA DA UN CORPO IN IDONEO MATERIALE PLASTICO DOTATO DI MEMBRANA UNIDIREZIONALE E DOPPIO RACORDO CONICO, COLLEGATA CON SACCO DI RACCOLTA DEI LIQUIDI TRAMITE TUBO DI CONNESSIONE IN MATERIALE PLASTICO DI	3.000,00	9.000,00	812040957E	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò
 ELENCO CIG

	CIRCA 50 CM. TALE SACCA DOVRÀ AVERE LA CAPACITÀ DI 2000 ML CIRCA, ESSERE DOTATA DI VALVOLA ANTI REFLUSSO E DI UN RUBINETTO PER EVACUAZIONE DEI FLUIDI E CON FILTRO PER SCARICO ARIA. DI RUBINETTO DI SCARICO E DI FILTRO PER L'ELIMINAZIONE DELL'ARIA. CONFEZIONE SINGOLA, STERILE MONOUSO				
188	MASCHERA MONOPAZIENTE IN MORBIDO SILICONE ADATTA ALLA VENTILAZIONE NON INVASIVA COMPLETAMENTE PREASSEMBLATA PRONTA ALL'USO E DISPONIBILE IN 4 MISURE CON CODICE COLORE DIFFERENZIATO: XS,S,M,L FASCIA SOPRANUCALE ERGONOMICA E TRASPIRANTE SENZA NECESSITÀ DI REGOLAZIONE, CUSCINETTO ORONASALE IN SILICONE CON INCAVO PER PASSAGGIO DEL SONDINO NASOGASTRICO/OROGASTRICO PER MINIMIZZARE LE PERDITE DI PRESSIONE, TECNOLOGIA ROLLFIT CHE PERMETTE DI FAR ADERIRE LA MASCHERA AL NASO DEL PAZIENTE, ESERCITANDO LA MINIMA PRESSIONE SUL VOLTO. DISPONIBILE SIA CON CHE SENZA VALVOLA ANTIAFFISSIA PER CIRCUITI MONOTUBO.	2.000,00	6.000,00	8120410651	
189	COPERTA TERMICA PER LA GESTIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA CHE GARANTISCA IL MANTENIMENTO DELLA NORMOTERMIA DEL PAZIENTE DEDICATO PER SEGUIRE LO STESSO DURANTE TUTTI GLI SPOSTAMENTI INTRAOSPEDALIERI, PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEGLI STATI DI IPOTERMIA, COMPOSTO DA ALMENO NOVE CUSCINETTI RISCALDANTI CHE SI ATTIVINO A CONTATTO CON L'OSSIGENO, GLI STESSI DOVRANNO ESSERE SALDATI SU TUTTO IL PERIMETRO ALL'INTERNO DI UN MATERIALE BICOMPONENTE IN TESSUTO NON TESSUTO DI GRADO MEDICALE, LATEX FREE. IL LORO RIVESTIMENTO DOVRA' PERMETTERE IL PASSAGGIO DI UNA DETERMINATA E COSTANTE QUANTITÀ DI OSSIGENO, INOLTRE MANTENERE UNA TEMPERATURA COSTANTE DI CIRCA 40° C PER ALMENO 10 ORE E NON DOVRA' RICHIEDERE L'UTILIZZO DI SORGENTI ELETTRICHE ESTERNE AREE DI COPERTURA > 1800 CM/Q DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I	3.600,00	10.800,00	8120411724	
190	TELINO MONOUSO PRETAGLIATO ASSORBENTE CON LATO PAVIMENTO ANTISCIVOLO 100X75 CM IN CONFEZIONE STERILE.	2.950,00	8.850,00	81204127F7	
191	LAMA MONOUSO IN ACCIAIO A LUCE LED VARIE MISURE N.B. LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE ALMENO 7	550,00	1.650,00	81204138CA	

Gara mediante procedura aperta, per la fornitura di dispositivi occorrenti la UOSD di Cardioanestesia del " Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino
ELENCO CIG

	LARINGOSCOPI A LUCE LED ED UV CHE CONSENTANO UNA BUONA VISIONE DEL CAVO LARINGEO CON FUNZIONAMENTO A BATTERIE.				
192	SISTEMA DI SANIFICAZIONE PER SUPERFICI E APPARECCHIATURE ELETTRICOMEDICALI COMPOSTO DA PANNI CON STRAPPO PRETAGLIATO COMPATIBILI CON TUTTI I TIPI DI DISINFETTANTI E DETERSIVI SGRASSANTI PROGETTATI PER LASCIARE DEL FLUIDO SULLA SUPERFICIE CONSENTENDO DI AGIRE ED ASCIUGARSI LENTAMENTE A CONTATTO CON L'ARIA. LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRÀ FORNIRE SENZA ALCUN AGGRAVIO DI SPESA ALMENO N° 4 CONTENITORI PLURIUSO.	2.700,00	8.100,00	812041499D	
193	COPERTE DI RISCALDAMENTO PAZIENTE IN TNT LATEX FREE NON STERILI DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE PER SODDISFARE TUTTE LE ESIGENZE DI SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA: CORPO INTERO SOPRA PAZIENTE, CORPO INTERO SOTTO PAZIENTE, PARTE INFERIORE DEL CORPO, PARTE SUPERIORE DEL CORPO, CON FORO TORACICO ADDOMINALE DA UTILIZZARE CON SISTEMI DI RISCALDAMENTO AD ARIA COCOON IN NOSTRA DOTAZIONE	9.500,00	28.500,00	8120415A70	
194	DISPOSITIVO DI DRENAGGIO TORACICO PLURICAMERALE DA UTILIZZARE NEL POSTINTERVENTO COARDIOTORACICO, CHE CONSENTE IL RECUPERO DEL SANGUE DAI DRENAGGI DELLA FERITA CARDIOCHIRURGICA POSTOPERATORIA PER LA TECNICA DI AUTOTRASFUSIONE AUTOLOGA CON ADEGUATA FILTRAZIONE DELLE EMASIE RECUPERATE, UTILIZZABILI SIA IN GRAVITÀ CHE IN ASPIRAZIONE CONTROLLATA. IL SISTEMA DEVE ESSERE CORREDATO DI SACCA DI REINFUSIONE COMPLETO DI FILTRO CON ADEGUATA LINEA DI COLLEGAMENTO,	2.000,00	6.000,00	8120416B43	