

1) QUESITO :

DOMANDA: E' PREVISTA UNA PERCENTUALE DI TOLLERANZA DELLA SEZIONE CURVABILE CHE VOI DICHIARATE ESSERE "DI ALMENO 200° IN UP E DOWN"?VISTA ANCHE LA TABELLA CHE ATTRIBUISCE UN PUNTEGGIO DIFFERENTE IN BASE "AL PIÙ AMPIO ANGOLO DI ORIENTAMENTO".

- E' RICHIESTO UN VIDEOBRONCOSCOPIO CHE DEVE POTER ESSERE UTILIZZATO ANCHE CON ACCESSORI ENDOSCOPICI ATTIVI? VISTO IL PUNTEGGIO DI 15 PUNTI ATTRIBUITO A "RANGE DI OPERATIVITA'CLINICA SULLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PAZIENTI"

-E' RICHIESTO UN VIDEOBRONCOSCOPIO CON SISTEMA DI CAMPIONAMENTO INTEGRATO? VISTO IL PUNTEGGIO DI 10 PUNTI ATTRIBUITO A "(SISTEMA CHE CHE GARANTISCA PER L'OPERATORE E SICUREZZA DI NON CONTAMINARE IL CAMPIONAMENTO)"

- E' POSSIBILE SUDDIVIDERE LE MISURE DA VOI RICHIESTE IN LOTTI DIFFERENTI OPPURE FISSARE UNA PERCENTUALE DI TOLLERANZA?

LE CARATTERISTICHE INDICATE ANDREBBERO AD IDENTIFICARE UNA SOLA AZIENDA SUL MERCATO CAPACE DI RISPONDERE ANDANDO A PENALIZZARE LE RESTANTI AZIENDE ED INFLUENZANDO IL PRINCIPIO CARDINE DI MASSIMA PARTECIPAZIONE CHE STA ALLA BASE DELLE GARE PUBBLICHE.

RISPOSTA: E' PREVISTA UNA PERCENTUALE DI TOLLERANZA . E' RICHIESTO UN VIDEOBRONCOSCOPIO CHE POSSA ESSERE UTIIZZATO CON ACCESSORI ENDOSCOPICI ATTIVI. E' RICHIESTO UN VIDEOBRONCOSCOPIO CON SISTEMA DI CAMPIONAMENTO INTEGRATO . SI FISSA UNA TOLLERANZA DEL +/-10%. LA GARA E' A LOTTO UNICO.