

U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Maria Altomonte

CAPITOLATO TECNICO

Oggetto: procedura di gara per MATERIALE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE

Indizione di procedura di gara per la fornitura in somministrazione di materiale sterilizzazione a vapore. I fabbisogni indicati sono per 12 mesi, l'aggiudicazione dovrà avere la durata di 48 mesi. Le ditte dovranno inviare campionatura per tutti i prodotti.

LOTTO 1 – STERILIZZAZIONE A VAPORE: BUSTE E ROTOLI

DESCRIZIONE	MISURE	PREZZO	QUANTITA'
BUSTE PIATTE IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE Costituite da un lato in carta di grado medicale (medical grade) e da un lato film plastico trasparente, multistrato, colorato (non bianco) termosaldate su tre lati. Grammatura non inferiore a 60 g/mq (tolleranza +/-10%). Conformità alla norma EN ISO 11607-1:2009; Conformità alla norma EN 868-5:2009 Gli indicatori devono avere un'area di 100 mm ² (da EN 868-5 punto 4.4). Presenza di indicatori di processo per vapore posizionati in modo tale da non poter venire a contatto con gli oggetti contenuti all'interno ed in modo da non poter essere influenzati dal procedimento di saldatura. Sulle buste non dovranno essere riportate stampe, non previste dalle normative citate, che possano generare confusione.	cm 25x50 ca	€ 0,35	20000
	cm 15x40 ca	€ 0,16	15000
	cm 40x60 ca	€ 0,56	20000
ROTOLI PIATTI IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE costituite da un lato in carta di grado medicale (medical grade) e da un lato film plastico trasparente, multistrato,	Cm 25 di lunghezza non inferiore a 50 m	€ 1,33 al metro	500

colorato (non bianco) termosaldate sui due lati. Conformità alla norma EN ISO 11607-1: 2009 Conformità alla norma EN 868-5: 2009 Tutte le diciture dovranno essere stampate ogni 155 mm. Gli indicatori devono avere un'area di 100 mm² (da EN 868-5 punto 4.4). Presenza di indicatori di processo per vapore posizionati in modo tale da non poter venire a contatto con gli oggetti contenuti all'interno ed in modo da non poter essere influenzati dal procedimento di saldatura. Sulle buste non dovranno essere riportate stampe, non previste dalle normative citate, che possano generare confusione.	Cm 21 di lunghezza non inferiore a 50 m	€ 0,1 al metro	400
	Cm 10 di lunghezza non inferiore a 50 m	€ 0,90 al metro	150
	cm 50 di lunghezza non inferiore a 50 m	€ 2,10 al metro	100

LOTTO 2 - INVOLUCRI PER CONFEZIONAMENTO

	DESCRIZIONE	MISURE	PREZZO	QUANTITA'
	Involucri per sterilizzazione a vapore e gas plasma, in polipropilene, destinati al confezionamento simultaneo di pacchi morbidi. Composti da due involucri separati, termosaldabili su due lati, di colore differente, privi di lattice, privi di Ftalati, antistatici. Drappeggiabili, ad elevato effetto barriera, a bassissimo rilascio particellare. Grammatatura complessiva per singola applicazione compresa tra 92 e 96 g/m². su ogni singola applicazione sia stampato il numero di lotto, la grammatura e l'indicazione della dimensione in cm. Si richiedono certificazioni relative alla conservazione della sterilità superiore ai 9 mesi, risultati sul BFE superiore al 98% e certificazioni di compatibilità con tutti i cicli di sterilizzazione. Conformi alla UNI EN 11607-1 e 2; conformi alla 868-2.	cm 76x76 circa	€ 1,80	1.500
		cm 100x101 circa	€ 2,60	5.000
		cm 120x120 circa	€ 3,70	2.000
	Involucri monofoglio per sterilizzazione a vapore e gas plasma, in polipropilene, destinati al confezionamento simultaneo di pacchi morbidi. Composti da due involucri separati, termosaldabili su due lati, di colore differente, privi di lattice, privi di Ftalati, antistatici. Drappeggiabili, ad elevato effetto barriera, a bassissimo rilascio particellare. Grammatatura complessiva per singola applicazione compresa tra 92 e 96 g/m². su ogni singola applicazione sia stampato il numero di lotto, la grammatura e l'indicazione della dimensione in cm. Si richiedono certificazioni relative alla conservazione della sterilità superiore ai 9 mesi, risultati sul BFE superiore al	cm 100x100 circa	€ 1,00	2.000

98% e certificazioni di compatibilità con tutti i cicli di sterilizzazione. Conformi alla UNI EN 11607-1 e 2; conformi alla 868-2.			
Involucri aventi zone rinforzate a 3 strati, linee di riferimento per un posizionamento accurato del vassoio e nastri di posizionamento	101x119 cm circa	€ 6,00	2.000
	101x140 cm circa	€ 6,50	1.000
	120x155 cm circa	€ 7,00	1.500
Salviette assorbenti in Hydroknit misura per eliminare eventuale condensa	50x65 cm circa	€ 0,15	20.000

Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.lgs. N.50 del 18/04/2016) tra coloro che offrono i prodotti che corrispondono ai requisiti minimi richiesti, prendendo in considerazione i seguenti elementi di valutazione:

- **PREZZO:** Punteggio massimo 30/100
- **QUALITÀ:** Punteggio massimo 70/100

La graduatoria dell'offerta, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà determinata dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascuna Ditta per ognuno degli elementi di valutazione sopra citati, con le modalità di attribuzione dei punteggi di seguito riportate:

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
caratteristiche tecniche	20
facilità di utilizzo	20
sicurezza per l'operatore	15
confezionamento	10
assistenza post vendita e formazione	5

Lotto 1: importo presunto quadriennale € 86.600,00 (oltre iva)

Lotto 2: importo presunto quadriennale € 228.400,00 (oltre iva)

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI GARA: € 315.000,00 (OLTRE IVA).

Si raccomanda la consegna (non obbligatoria ma indispensabile) della campionatura (al fine di verificare materialmente le caratteristiche tecniche riportate nelle schede di offerta).

U.O.C. Provveditorato - Economato e Gestione Logistica

Direttore ad interim: Ing. Carmelo G. Fera

CONSEGNA CAMPIONATURA

La campionatura deve essere racchiusa in un plico, sigillato e recante all'esterno la seguente dicitura: **«NON APRIRE – “Procedura aperta, ex art. 71, D.Lgs. n. 36/2023, in modalità telematica Application Service Provider (ASP), per l'approvvigionamento della fornitura - in somministrazione per anni quattro - di Materiale per sterilizzazione a vapore per la U.O.C. Farmacia di questo G.O.M.”. – CONTIENE CAMPIONATURA – G.I. 2025»**.

Il plico dovrà pervenire - entro la data di scadenza del termine per la presentazione della offerte, indicato sulla piattaforma Consip Acquistinrete - solo ed esclusivamente - al seguente indirizzo:

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli"
Protocollo Generale (Palazzo Gangeri)
Via Provinciale Spirito Santo, n. 24 – 89128 Reggio Calabria.

La mancata presentazione di detta campionatura non comporterà l'esclusione dell'offerta, ma è indispensabile per accertare e confermare, attraverso una verifica materiale dei campioni, le caratteristiche tecniche riportate sulle schede di offerta.

La campionatura presentata dovrà essere del tutto identica al prodotto offerto in sede di gara, e dovrà essere fornita a titolo gratuito.

Essa verrà restituita al termine di tutte le procedure di gara, a richiesta, cura e spese della ditta offerente, non oltre trenta giorni dall'esito di gara.

La mancata restituzione, lo smarrimento o la distruzione di essa non comporterà diritto al risarcimento del danno eventualmente preteso.