

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE, PER ANNI CINQUE DI APPARECCHIATURE CON ASSISTENZA TECNICA FULL RISK E MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO, STERILIZZAZIONE E STOCCAGGIO STRUMENTI ENDOSCOPICI PER L'U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA DEL GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO "BIANCHI-MELACRINO-MORELLI" (G.O.M.) DI REGGIO CALABRIA.

AVVISO DI GARA

Oggetto: Precisazioni in ordine ai criteri di attribuzione dei punteggi premiali previsti dalla lex specialis di gara.

La Stazione Appaltante rende noto che, a seguito di apposito quesito formulato da un operatore economico, con il quale è stato richiesto di illustrare in maniera maggiormente discorsiva le modalità di attribuzione dei punteggi premiali previsti dalla documentazione di gara, si è ritenuto di accogliere la richiesta **esclusivamente** al fine di rendere più chiaro ed intellegibile il contenuto delle disposizioni già contenute nella lex specialis.

La presente precisazione viene, pertanto, fornita al solo fine di agevolare la corretta interpretazione dei criteri valutativi già predeterminati dalla Stazione Appaltante e di consentire agli operatori economici una più consapevole e puntuale formulazione della propria offerta tecnica, attraverso una migliore comprensione delle modalità di attribuzione dei punteggi premiali, senza introdurre alcun elemento innovativo rispetto alla disciplina di gara. Essa non modifica, integra o rettifica in alcun modo i criteri di valutazione, i sub-criteri, i relativi punteggi o le modalità di attribuzione degli stessi, limitandosi esclusivamente ad esplicitarne il contenuto già desumibile dalla lex specialis.

La risposta al quesito si colloca, infatti, nell'ambito del consolidato principio, recepito dal vigente Codice dei contratti pubblici e costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante costituiscono uno strumento volto esclusivamente a rendere maggiormente comprensibili e intellegibili le disposizioni della lex specialis, senza poterne alterare il contenuto sostanziale.

È principio consolidato, infatti, che i chiarimenti sono legittimi quando si limitano ad esplicitare il significato di clausole già esistenti, rendendone univoca l'interpretazione, mentre non possono introdurre prescrizioni nuove, modificare i requisiti di partecipazione, incidere sui criteri di valutazione o alterare le regole della competizione, attività che si risolverebbe in una non consentita modifica della lex specialis.

Nel caso di specie, la precisazione richiesta e resa dalla Stazione Appaltante si limita esclusivamente a fornire una rappresentazione descrittiva dei criteri premiali già previsti dalla documentazione di gara, al fine di consentire agli operatori economici una migliore comprensione delle modalità di attribuzione dei punteggi e, conseguentemente, una più corretta e consapevole predisposizione dell'offerta tecnica, senza incidere in alcun modo sul contenuto precettivo della lex specialis, né sulla ponderazione dei punteggi, né sulle modalità di attribuzione previamente stabilite.

Resta, pertanto, integralmente confermata la disciplina contenuta nel disciplinare di gara e nei relativi allegati, i quali costituiscono l'unica fonte regolatrice della procedura di affidamento.

Tutto ciò premesso si precisa quanto segue:

A) Lavaendoscopi

La valutazione delle Lavaendoscopi per il lavaggio e l'alta disinfezione di endoscopi flessibili verrà effettuata secondo i seguenti parametri:

CRITERIO	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Possibilità di effettuare l'auto-disinfezione termica	Criterio tabellare: 3 punti se presente; 0 punti se assente.
Apertura della vasca dall'alto ed inserimento dell'endoscopio dall'alto (quindi non sportello a ribalta in avanti)	Criterio tabellare: 3 punti se conforme; 0 punti se non conforme.
Necessità di collegamento ad aria compressa esterna alla macchina	Criterio tabellare: 3 punti alle apparecchiature che non richiedono aria compressa esterna; 0 punti alle altre.
N = Numero cicli/tanica per disinfettante	Criterio quantitativo (max 3 punti): punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di cicli (N); punteggi proporzionalmente decrescenti alle altre offerte.
Lettore RFID per riconoscimento delle taniche posizionato nel sito di alloggiamento delle stesse (quindi non lettore da impugnare)	Criterio tabellare: 3 punti se conforme; 0 punti se non conforme.
Specificare la tipologia di esposizione ai prodotti chimici (immersione, a getto, entrambi, ...)	Criterio tabellare: immersione e getto = 3 punti; sola immersione oppure solo getto o altro = 1 punto;
Massimizzazione dei punti di contatto con i prodotti chimici (descrivere dettagliatamente la modalità con la quale si cerca di ridurre il contatto dell'endoscopio con sé stesso)	Criterio discrezionale (max 5 punti): valutazione tecnico-discrezionale della Commissione.
Utilizzo di connettori per i canali endoscopici facili da riconoscere (specificare se colorati, numerati o nessuno dei due)	Criterio tabellare: colorati = 2 punti; numerati = 1 punto; altre soluzioni = 0 punti.
Tutte le vasche proposte sono alla stessa altezza	Criterio tabellare: 2 punti se conforme; 0 punti se non conforme.
Possibilità di prelievo dell'acqua dell'ultimo risciacquo della vasca (per prove microbiologiche) senza aprire la vasca in modo da minimizzare il rischio di contaminazione del campione	Criterio tabellare: 5 punti se conforme; 0 punti se non conforme.
Alloggiamento in macchina del tratto di inserzione dell'endoscopio che non preveda punti di contatto endoscopio con endoscopio (specificare eventualmente mostrando anche una immagine)	Criterio discrezionale (max 5 punti): valutazione tecnico-discrezionale della Commissione.

B) Armadi di stoccaggio

La valutazione del sistema di stoccaggio endoscopi costituito da armadi ventilati stoccaggio orizzontale per l'alloggio di n 30 strumenti endoscopici verrà effettuato secondo i seguenti parametri

CRITERIO	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Armadio termo-ventilato con temperatura di esercizio tra 29°C e 35 °C	Criterio tabellare: 2 punti se conforme; 0 punti se non conforme.
Numero massimo di giorni di conservazione validato	Criterio quantitativo (max 2 punti): punteggio massimo al valore più elevato; punteggi proporzionalmente decrescenti.
Monitoraggio di tutti i seguenti parametri durante l'asciugatura e lo stoccaggio e visualizzazione digitale su monitor (come raccomandato o richiesto dalla norma EN 16442): - temperatura - umidità relativa - pressione	Criterio tabellare: 2 punti se conforme; 0 punti se non conforme.

Il sistema di riconoscimento degli operatori e degli endoscopi in tecnologia barcode	Criterio tabellare: 2 punti se conforme; 0 punti se non conforme.
Numero di endoscopi che si possono stoccare nell'armadio (un endoscopio per ogni posizione)	Criterio quantitativo (max 3 punti): punteggio massimo al valore più elevato; punteggi proporzionalmente decrescenti per le alte soluzioni.
Sullo schermo per ogni posizione è presente un codice colore che identifica lo stato dell'endoscopio (in fase di asciugatura, in fase di conservazione, conservazione prossima alla scadenza, conservazione scaduta)	Criterio tabellare: 1 punto se conforme; 0 punti se non conforme.
Consumo C [m3/ora) di aria medica ospedaliera in un'ora per ciascuno dei 2 armadi senza compressore interno	Criterio quantitativo (max 3 punti): punteggio massimo al minor consumo; punteggi proporzionalmente decrescenti alle altre soluzioni proposte.
Filtrazione aria per asciugatura interna dei canali con un filtro validato per virus e batteri	Criterio tabellare: 1 punto se conforme; 0 punti se non conforme.
Filtrazione aria per asciugatura esterna degli endoscopi con filtro di grado minimo H14 da 0,2 micron	Criterio tabellare: 1 punto alle offerte conformi o equivalenti/superiori documentate; 0 punti in caso contrario.
Auto sanificazione automatica interna ogni volta che si chiude la porta del vano di stoccaggio (non ammessi raggi UV) - dettagliare	Criterio tabellare: 5 punti se conforme; 0 punti se non conforme.
Possibilità di invio allarme antifurto al servizio di vigilanza ospedaliera	Criterio tabellare: 3 punti se conforme; 0 punti se non conforme.
Altezza h (cm)	Criterio quantitativo (max 2 punti): punteggio massimo all'altezza minore; punteggi proporzionalmente decrescenti alle altre soluzioni.
Potenza massima assorbita [W]	Criterio quantitativo (max 1 punto): punteggio massimo alla minore potenza; punteggi proporzionalmente decrescenti alle altre soluzioni.

C) Lavello di prelavaggio

La valutazione del lavello completo di pompa di prelavaggio automatizzato degli endoscopi flessibili verrà effettuata secondo i seguenti parametri

CRITERIO	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Possibilità di utilizzo di un qualsiasi detergente enzimatico	Criterio tabellare: 2 punti se conforme; 0 punti se non conforme.
Validazione con uno o più detergenti in conformità alla UNI EN ISO 15883-5:2021	Criterio tabellare: 2 punti se conforme; 0 punti se non conforme.
Display di almeno 4" per la visualizzazione delle varie fasi e dei parametri del ciclo di prelavaggio	Criterio tabellare: 2 punti se conforme; 0 punti se non conforme.
Il sistema di riconoscimento degli operatori e degli endoscopi in tecnologia barcode	Criterio tabellare: 2 punti se conforme; 0 punti se non conforme.

D) Carrelli

La valutazione dei carrelli verrà effettuata secondo i seguenti parametri

CRITERIO	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Presenza di serratura sulla porta in vetro temperato	Criterio tabellare: 2 punti se conforme; 0 punti se non conforme.
Vassoi e coperchi in materiale resistente fino ad almeno 100°C	Criterio tabellare: 2 punti se conforme; 0 punti se non conforme.
Kit di 2 coperture di cui una ricopre completamente il vassoio e l'altra il coperchio (Si richiede campionatura per la valutazione).	Criterio tabellare: 3 punti se conforme; 0 punti se non conforme.

Il R.U.P.

Dott.ssa Italia Vegliante

