



**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica  
Avv. Angelo Rabotti

Prot. n. 15318  
del 10/07/2019

**Oggetto:** "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per la fornitura , per anni due , di presidi specialistici per l'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione di questo Grande Ospedale Metropolitano".

### CHIARIMENTI

**Quesito n. 1: Lotto n. 79 :** Si chiede di specificare se il dispositivo richiesto debba essere mono o bilume, monouso o riutilizzabile.

**Risposta al quesito n. 1:**

**Lotto n. 79** Il dispositivo richiesto deve essere monolume e monouso.

**Quesito n. 2:**

**Lotto n. 96 :** Si chiede se il prodotto richiesto debba essere con o senza rostro.

**Risposta quesito n. 2:**

**Il prodotto deve essere senza rostro.**

**Quesito n. 3:**

**Lotto n. 97** Si chiede di confermare che il prodotto richiesto sia con rostro.

**Risposta quesito n. 3:**

**Lotto n. 97** Il prodotto deve essere senza rostro.

**Quesito n. 4:**

**Lotto 27:** Si prega di voler precisare se la sacca per raccolta liquidi biologici dovrà essere completa anche del tubo di aspirazione ed eventualmente specificarne la lunghezza.

**Risposta quesito n. 4:**

**Lotto n. 27:** la sacca per la raccolta di liquidi biologici non deve essere completa del tubo.

**Quesito n. 5:**

**Lotto n. 136:** I dispositivi al loro interno dovranno essere privi di parti metalliche?

**Risposta quesito n. 5**

**Lotto 136:** E' indifferente la presenza o meno di parti metalliche.



**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

**Quesito n. 6**

In riferimento al lotto 59 scrivete Sacche di ricambio per lotto 55 Confermate si tratti di refuso e le sacche di ricambio sono per il prodotto del lotto 58?

**Risposta quesito n. 6:**

**Lotto 59:** trattasi di refuso , le sacche devono essere per il lotto 58.

**Quesito n. 7:**

**Lotto n. 123:** Viene richiesto filtro antibatterico/antivirale...per adulti senza specificare se deve essere auto umidificante o no. Essendo una caratteristica fondamentale per un dispositivo del genere confermate che il filtro deve essere auto umidificante?

**Risposta quesito n. 7:**

**Il filtro deve essere auto umidificante.**

**Quesito n. 8:**

**Lotto 124:** Viene richiesto , probabilmente per un refuso, "Filtro monouso autoumidificante ..per lato macchina...con membrana elettrostatica" . Trattandosi di dispositivo a protezione delle macchine e non del paziente, tali caratteristiche (autoumidificante ed elettrostatico) potrebbero essere dannose per i ventilatori. Chiediamo se è da considerarsi confermato il capitolato o effettivamente il Filtro dovrà essere **NON AUTOUMIDIFICANTE E MECCANICO** (non elettrostatico).

**Risposta quesito n. 8:**

**Lotto n. 124:** Il filtro deve essere "Non Autoumidificante e Meccanico", si conferma che trattasi di refuso.

**Quesito n. 9:**

**Lotti NN. 112 e 113 :** Risulta un prezzo a base d'asta molto inferiore agli attuali prezzi di mercato. Il prezzo è confermato o deve essere modificato?

**Risposta quesito n. 9:**

**Lotti NN. 112 e 113** Si confermano i prezzi come da capitolato.

**Quesito n. 10:**

**Lotto n. 176:** "Coperte riscaldanti Paziente in TNT latex Free non sterili" si chiede di quantificare il numero esatto delle Unità Riscaldanti necessarie all'utilizzo delle coperte .

**Risposta quesito n. 10:**

**Lotto n. 176:** le unità riscaldanti necessarie devono essere minimo n. 8 pezzi, ma l'azienda aggiudicataria dovrà rendersi disponibile per tutto il periodo della durata del contratto alla consegna gratuita di ulteriori unità qualora si rendesse necessario.

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

**Quesito n. 11:**

**Lotto n. 114:** Si chiede conferma che nella dicitura " Raccordi flex 22m " 22m sia un refuso e che sia corretto 22F.

**Risposta quesito n. 11:**

La dicitura esatta è 22F.

**Quesito n. 12:**

**Lotto 154:** Si chiede di specificare se il dispositivo richiesto è sterile o non sterile.

**Risposta quesito n. 12:**

**Lotto 154:** Il dispositivo deve essere non sterile.

**Quesito n. 13:**

**Lotto n. 107:** Si chiede di specificare se il dispositivo richiesto è sterile o non sterile.

**Risposta quesito n. 13:**

**Lotto n. 107:** Il dispositivo deve essere sterile.

**Quesito n. 14:**

**Lotto n. 127:** " Casco per ventilazione non invasiva" : si fa notare che essendo il casco per ventilazione non invasiva(NIV) e quindi destinato ad essere collegato ad un ventilatore, la valvola bidirezionale anti soffocamento automatica non sarebbe necessaria in quanto il ventilatore è dotato di tutti i sistemi di allarmi necessari.

**Risposta quesito n. 14:**

**lotto n. 127:** Si conferma quanto specificato nel capitolato.

**Quesito n. 15:**

**Lotto n. 128:** " Casco per CPAP apribile" Con riferimento alla "Valvola PEEP regolabile da 5 a 12,5 cm a scatti richiesta nel capitolato, si chiede se, nel rispetto all'art. 68 "Principio di equivalenza" del D.Lgs n. 50/2016, è possibile offrire un prodotto equivalente ed in particolare una valvola PEEP regolabile da 0 a 20 cm/H2O senza soluzione di continuità. Il manometro integrato consentirà l'esatta valutazione della PEEP impostata anche in caso di perdite. Inoltre, con riferimento al "sistema di accesso al paziente tramite oblò apribile , apertura totale di emergenza senza dover togliere il collare , richiesto nel capitolato, si chiede se, nel rispetto all'art. 68 "Principio di equivalenza" del D.Lgs n. 50/2016, è possibile offrire un prodotto equivalente che permette la totale apertura del casco senza la necessità di togliere il collare ovvero il dispositivo dalla testa del paziente.

**Risposta quesito n. 15:** Lotto n. 128: si accetta la proposta dell'equivalenza.



**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

**Quesito n. 16:**

**Lotto n. 129: "Casco per CPAP apribile":** Con riferimento alla "Valvola PEEP regolabile da 5 a 12,5 cm a scatti richiesta nel capitolato, si chiede se, nel rispetto all'art. 68 "Principio di equivalenza" del D.Lgs n. 50/2016, è possibile offrire un prodotto equivalente ed in particolare una valvola PEEP regolabile da 0 a 20 cm/H<sub>2</sub>O senza soluzione di continuità. Il manometro integrato consentirà l'esatta valutazione della PEEP impostata anche in caso di perdite. Inoltre, con riferimento al "sistema di accesso al paziente tramite oblò apribile, apertura totale di emergenza senza dover togliere il collare, richiesto nel capitolato, si chiede se, nel rispetto all'art. 68 "Principio di equivalenza" del D.Lgs n. 50/2016, è possibile offrire un prodotto equivalente che permette la totale apertura del casco senza la necessità di togliere il collare ovvero il dispositivo dalla testa del paziente.

**Risposta quesito n. 16: Lotto n. 129:** si accetta la proposta dell'equivalenza.

**Quesito n. 17:**

**Lotto n. 131 "Sistema CPAP Utilizzabile....."** :il capitolato tecnico così come riportato identifica uno ed uno solo prodotto di marca, si chiede se, nel rispetto all'art. 68 "Principio di equivalenza" del D.Lgs n. 50/2016, è possibile offrire un prodotto equivalente.

**Risposta quesito n. 17: Lotto n. 131:** si accetta la proposta dell'equivalenza.

**Quesito n. 18:**

**Lotto 133: "Maschera per CPAP" ....** Con riferimento alla Valvola PEEP regolabile da 5 a 12,5 cm. a scatti richiesta nel capitolato si chiede se, nel rispetto all'art. 68 "Principio di equivalenza" del D.Lgs n. 50/2016, è possibile offrire un prodotto equivalente ed in particolare una valvola PEEP regolabile da 8 a 20 cm/H<sub>2</sub>O senza soluzione di continuità. La presenza di un manometro integrato consentirà l'esatta valutazione della PEEP impostata anche in caso di perdite, cosa non possibile con la sola valvola PEEP regolabile a scatti in assenza di manometro.

Con riferimento alla possibilità di essere collegato anche ad una sola fonte di ossigeno si chiede se sia consentita la fornitura in comodato d'uso gratuito di un doppio flussimetro che permette il collegamento del dispositivo a una sola fonte di ossigeno e la conseguente "possibilità varie FiO<sub>2</sub>" cosa non possibile con una sola linea di O<sub>2</sub>.

**Risposta quesito n. 18: Lotto n. 133:** Si accetta la proposta per entrambi i quesiti.

**Quesito n. 19:**


**Lotto n. 135: "Sistema per CPAP" ....** Con riferimento alla "Valvola PEEP regolabile a scatti da 5 a 10 cm HO<sub>2</sub> richiesta nel capitolato, si chiede se, nel rispetto all'art. 68 "Principio di equivalenza" del D.Lgs n. 50/2016, è possibile offrire un prodotto equivalente ed in particolare una valvola



**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

PEEP regolabile da 0 a 20 cm/H<sub>2</sub>O senza soluzione di continuità? Inoltre si chiede se per "Maschera FUUL FACE" si intende una maschera a copertura di naso- bocca (oronasale) oppure una maschera a copertura di naso-bocca-occhi (total face).

Risposta quesito n. 19 : Lotto n. 135: Si accetta la proposta inerente alla "Valvola PEEP". Per quanto riguarda la maschera si intende a copertura occhi - naso -bocca.

**Quesito n. 20:**

Lotto n. 127: per "valvola bidirezionale anti soffocamento Automatica" si intende automatica sia per l'apertura che per la chiusura? Viene richiesto "1 Tappo" , si chiede di specificare a cosa serve e come deve essere tale tappo.

Risposta quesito n. 20: Lotto n. 127: Per quanto riguarda la valvola bidirezionale anti soffocamento si intende automatica sia per l'apertura che per la chiusura. Per il Tappo si intende che lo stesso è funzionale per chiudere una delle due entrate in quanto si utilizza il circuito a Y.

**Quesito n. 21:**

Lotto n. 128: per "valvola bidirezionale anti soffocamento Automatica" si intende automatica sia per l'apertura che per la chiusura?

Si chiede conferma se la valvola peep regolabile debba essere necessariamente a scatti. Possibilità di erogare 100% di O<sub>2</sub> .

Il casco con apertura totale di emergenza senza dover togliere il collare deve necessariamente prevedere l'oblò o si può garantire con un altro sistema di accesso al paziente senza presenza dell'oblò?

Risposta quesito n. 21: Lotto n. 128:

Per valvola bidirezionale antisoffocamento si intende automatica sia per l'apertura che per la chiusura.

La valvola PEEP non deve essere necessariamente a scatti

E' confermata la caratteristica inerente la possibilità di erogare 100% Ossigeno.

L'oblò deve essere necessariamente previsto.

**Quesito n. 22:**

Si chiede se la valvola peep regolabile debba essere necessariamente " a scatti".

Per " valvola bidirezionale anti soffocamento AUTOMATICA si intende automatica sia per l'apertura che per la chiusura

Il casco con "apertura totale di emergenza senza dover togliere il collare" deve necessariamente prevedere l'oblò o si può garantire anche con un altro sistema di accesso al paziente senza presenza dell'oblò?



**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

**Risposta quesito n. 22:**

**Lotto n. 129:**

La valvola PEEP non deve essere necessariamente a scatti.

La valvola bidirezionale anti soffocamento si intende automatica sia per l'apertura che per la chiusura.

L'oblò deve essere necessariamente quello previsto.

**Quesito n. 23:**

**Lotto n. 133:** Si chiede conferma che la valvola peep regolabile debba essere necessariamente a scatti .

**Risposta quesito n. 23:**

**Lotto n. 133:** La valvola PEEP non deve essere necessariamente a scatti.

**Quesito n. 24:**

**Lotto 29** Sacca di ricambio per sistema chiuso di controllo della diuresi oraria: presenza di un rubinetto di scarico..

**Risposta quesito n. 24:**

**Lotto n. 29:** E' caratteristica indispensabile . Attenersi a quanto richiesto nel capitolato.

**Quesito n. 25:**

**Lotto n. 99:** si chiede conferma delle misure indicate

**Lotto n. 100:** si chiede conferma delle misure indicate

**Risposta quesito n. 25:**

**Lotti 99 e 100:** Si confermano le misure richieste nel capitolato.

✓ Il Direttore U.O.C.

Provveditorato Economato e Gestione Logistica

(Avv. Angelo Rabotti)