

CHIARIMENTI N. 1

- ✓ Quesito 1: in riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, all'interno del disciplinare è richiesta l'esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara (2015 al 2024), di forniture analoghe a quella oggetto della presente gara, di importo complessivo minimo pari al valore dell'intera gara iva esclusa". In ossequio al principio di autonomia dei lotti, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione solamente ad uno dei lotti previsti, il requisito richiesto debba riferirsi al valore del lotto e non dell'intera gara.

IL REQUISITO RICHIESTO SI VALUTERA' RISPETTO AL VALORE DEL LOTTO A CUI SI PARTECIPA

- ✓ Quesito 2: Con riferimento al lotto 1 si chiede di confermare che i prezzi unitari delle singole voci possano esser superati a condizione che venga rispettato l'importo totale posto a base d'asta.

SI CONFERMA CHE I PREZZI UNITARI DELLE SINGOLE VOCI POSSANO ESSER SUPERATI A CONDIZIONE CHE VENGA RISPETTATO L'IMPORTO TOTALE POSTO A BASE D'ASTA

- ✓ Quesito 3: Con riferimento al lotto 1, dal momento che in letteratura gli acronimi CVVH e CVVHF sono considerati sinonimi, si chiede di confermare che la CVVHF riportata nella descrizione iniziale dell'apparecchiatura sia da intendersi come CVVH, così come esplicitato nelle opzioni terapeutiche riportate nel Capitolato Tecnico: *L'apparecchiatura deve essere in grado di fornire tutte le seguenti opzioni terapeutiche: CRRT per pazienti adulti in CVVHD e CVVHDF; CRRT per pazienti adulti con anticoagulazione regionale con citrato CVVHD e CVVH o CVVHDF;*

SI DEVONO CONSIDERARE SINONIMI

- ✓ Quesito 4: Con riferimento al lotto 1, in particolare ai sub-lotti 1-c, 1-d, 1-e, la cui descrizione recita "Kit per il trattamento CVVH, CVVHD, CVVHF [...]" si chiede di confermare che la dicitura "CVVHF" è da considerarsi refuso e pertanto la descrizione da considerare valida è "Kit per il trattamento CVVH, CVVHD, CVVHDF [...]"

TRATTASI DI REFUSO

- ✓ Quesito 5: Con riferimento al lotto 1, in particolare al sub-lotto 1-m si chiede di confermare che trattasi di refuso la descrizione articolo "Sacca dialisato senza calcio con K a 0 MMOL/L da 5000 ML" e pertanto si chiede di considerare valida la descrizione articolo "sacca dialisato con calcio K a 0 MMOL/L da 5000 ML".

E' DA CONSIDERARSI VALIDA LA DESCRIZIONE "SACCA DIALISATO CON CALCIO K A 0 MMOL/L DA 5000 ML"

- ✓ Quesito 6: con riferimento alla base d'asta unitaria dei dispositivi richiesti al lotto 2, facciamo notare che il prezzo unitario base d'asta di €3500/cad+iva di cui al disciplinare di gara e al capitolato tecnico, non è congruente con il prezzo di mercato relativo ai dispositivi descritti a circa €4500/cad+iva. Chiediamo gentilmente di verificare la congruenza dei prezzi ed eventualmente rettificare importi e/o quantitativi per consentire la massima partecipazione degli OO.EE. presenti sul mercato.

SI SPECIFICA CHE RIMANGONO INVARIATI PREZZO A BASE D'ASTA E QUANTITATIVI