

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE PER ANNI CINQUE, DI PRESIDI VARI PER L'U.O.C. DI FARMACIA DEL GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO "BIANCHI-MELACRINO-MORELLI" (G.O.M.) DI REGGIO CALABRIA.

I VERBALE CHIARIMENTI DELL'11.05.2026

Quesito n. 1

Spett.le Ente, In riferimento al Lotto 3, nel quale è richiesto il seguente prodotto: "Camice chirurgico monouso, sterile, ipoallergenico, con chiusura al collo tramite velcro regolabile, polsini in maglina di cotone elasticizzati, allacciatura posteriore a portafoglio con n. 4 lacci in TNT (due interni e due esterni), dotato di cartoncino anticontagio per vestizione tecnica senza ausilio di terzi, latex e ftalati free, nelle misure M, L e XL", si chiede di chiarire se la richiesta faccia riferimento alla versione standard oppure alla versione rinforzata del camice. Distinti saluti.

Risposta quesito n. 1

Si riferisce alla versione rinforzata.

Quesito n. 2

Gentile Amministrazione, siamo a chiedere maggiori dettagli tecnici per individuare il collare da offrire: se collare da Primo Soccorso o Collare da Ortopedia. Grazie

Risposta quesito n. 2

Si riferisce a collari di primo soccorso.

Quesito n. 3

Buongiorno, con la presente siamo a chiedere se per il lotto 5 "Cappellini monouso per C.O. con lacci posteriori monouso confezionati max 25 pezzi gr.>30 mq" sia possibile partecipare con un box dispenser da 100 pz per consentire la massima partecipazione.

Risposta quesito n. 3

Si può partecipare con un box da 100 pezzi.

Quesito n. 4

Spett.le Gom R.C., L'offerta A Base D'asta, Sia Quella Unitaria Che Complessiva, Va Fatta Tenendo Conto Della Base D'asta Ribassata O Sull'importo Previsto? Ossia Opzioni Di Eccedenza. Grazie.

Cordialmente

Risposta quesito n. 4

Gentile Operatore, come previsto dal Disciplinare di Gara e dal modello di Offerta Economica, l'offerta deve essere formulata con riferimento al valore complessivo quinquennale dell'appalto.

Trattandosi di una procedura suddivisa in più lotti, e dovendo presentare un'offerta per ciascun lotto al quale l'operatore economico intende partecipare, le singole offerte dovranno essere formulate prendendo come riferimento il valore quinquennale del rispettivo lotto.

Quesito n. 5

Gent.le ente,

per i lotti 5 e 6 si chiede se è possibile offrire i prodotti in confezione da 100 pz.

In attesa di una celere risposta si porgono

Distinti saluti.

Risposta quesito n. 5

Si può partecipare con un box da 100 pezzi.

Quesito n. 6

Buongiorno, si pongono i seguenti quesiti:

Lotto 16 - Si chiede conferma che trattasi di mascherina a concentrazione fissa come il lotto 36; chiediamo altresì di specificare se le maschere devono essere offerte nelle configurazioni adulti, pediatriche e neonatali e la eventuale differenza tra le maschere di questo lotto e quelle del lotto 36.

Qualora la differenza dovesse consistere nel confezionamento (batteriologicalmente indenne) chiediamo conferma che ciò stia a significare che le maschere devono essere prodotte in ambiente pulito.

Lotto 18 - Si chiede conferma che trattasi di occhiali con sistema fissaggio tipo rayban oppure che venga fornito codice in uso; si richiede se queste cannule, che si presume debbano essere diverse da quelle di cui al lotto 34, debbano avere lunghezza 5 metri o se devono avere le aste auricolari come quindi quelle di un vero e proprio occhiale per una migliore aderenza dell' occhiale alle orecchie del paziente. Se la richiesta è finalizzata a questo secondo modello di occhiale facciamo presente che il prezzo a base d'asta è basso per quello che è il suo prezzo di mercato e chiediamo pertanto che venga alzato o che venga consentito di superarlo.

Lotto 19 - chiediamo conferma che ai fini della equivalenza prestazionale le prolunghie non debbano essere necessariamente di colore verde (come previsto nel capitolato). Chiediamo inoltre conferma che le prolunghie debbano essere proposte sia nella versione maschio femmina che in quella femmina femmina.

Lotto 36 - chiediamo conferma che oltre che nelle versioni per adulti e per bambini le maschere a media concentrazione debbano essere offerte anche nella versione neonatale.

Lotto 39 - chiediamo conferma che debba trattarsi di umidificatore con filettatura 9/16 e non preimpilato.

Lotto 41 - Si chiede conferma che trattasi di piastra con sistema di connessione a linguetta, che nel caso dovesse trattarsi, come nella descrizione del lotto, di piastra con cavo, vi invitiamo a rivedere la base d'asta, in quanto essa non può essere relativa ad una piastra con cavo incorporato. I prezzi correnti di mercato nonché quelli delle recenti aggiudicazioni di piastre con cavo nella vostra stessa regione sono infatti ben superiori a 0.80; v si chiede altresì conferma che, per le compatibili, il produttore debba presentare assunzione di responsabilità, che costituisce, a tutti gli effetti, manleva giuridica;

Lotto 42 - Si chiede che venga prodotto elenco dei generatori, presenti nei Blocchi Operatori, al fine di poter emettere offerta e dichiarazione di compatibilità tra manipolo ed elettrobisturi. Si chiede inoltre conferma che il confezionamento debba essere in doppia busta, ed inoltre se il manipolo debba avere etichetta di tracciabilità da staccare ed applicare sulla cartella clinica

In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Risposta quesito n. 6

Lotto 16 – Si conferma quanto richiesto, devono essere adulti.

Lotto 18 – Si tratta di occhiali per ossigenoterapia e devono avere una lunghezza di circa 180/200 cm.

Lotto 19 – Possono essere anche di altro colore, nella versione femmina/femmina.

Lotto 36 – Solo adulti e pediatrica.

Lotto 39 – Si conferma che si tratta di umidificatore con filettatura 9/16 non preimpilato.

Lotto 41 – Si conferma quanto richiesto.

Lotto 42 – Il tipo è Covidien Valleylab FT10 e Erbe V10 300S.

Quesito n. 7

Buona sera in riferimento al lotto 30 e ai suoi sub lotti vi chiediamo la conferma che il prezzo a base d'asta è riferito al paio! anche per il monocollant? cordiali saluti

Risposta quesito n. 7

Si conferma il prezzo. Si specifica che il prezzo a base d'asta del LOTTO 30 e suoi sublotti si riferisce al paio.

Quesito n. 8

In relazione al Prodotto del Lotto N° 4 si chiede di indicare la classe di appartenenza del DPI. In attesa di un Vs. riscontro l'occasione per porgere cordiali saluti

Risposta quesito n. 8

La classe di appartenenza dei camici è III categoria.

Quesito n. 9

“Spett.le Ente, in riferimento al lotto 41, si

rende noto che il prezzo posto a base d’asta non risulta in linea con i prezzi attuali del mercato del bene richiesto (piastre con cavo), bensì risulta essere più in linea con i prezzi relativi alle piastre senza cavo. Pertanto, si chiede la revisione della base d’asta prevista per il Lotto 41, al fine di assicurare la conformità ai principi di massima partecipazione e accesso al mercato.”

Risposta quesito n. 9

Il prezzo a base d’asta rimane invariato.

Quesito n. 10

Spett.le

Ente,

si chiede conferma che, in relazione all’importo della garanzia provvisoria, il possesso della certificazione ISO 13485:2016, che certifica la qualità della gestione dei processi nell’ambito dei Dispositivi Medici, oggetto specifico dell’appalto, consenta di avvalersi della riduzione prevista dall’art. 106, comma 8, 1° periodo del D.Lgs. n. 36/2023 (pari a una riduzione del 30%).

A sostegno della tesi favorevole, si fa presente che la certificazione ISO 13485:2016 integra e specifica la certificazione ISO 9001 in relazione all’ambito dei Dispositivi Medici ed è considerata un quid pluris rispetto alla più generale certificazione UNI EN ISO 9001 anche dall’ANAC (Vedi Parere Precontenzioso n. 43 del 25/02/2010) in quanto attiene ai requisiti specifici (e aggiuntivi) che la norma ISO impone agli operatori economici che operano nel mercato dei dispositivi medici.

Risposta quesito n. 10

Spett.le Operatore Economico,

in riscontro al quesito formulato, si conferma che il possesso della certificazione UNI CEI EN ISO 13485:2016, inerente ai sistemi di gestione per la qualità nel settore dei dispositivi medici, può essere considerato idoneo ai fini dell’applicazione della riduzione del 30% dell’importo della garanzia provvisoria prevista dall’art. 106, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto certificazione specialistica riconducibile al sistema di gestione della qualità di cui alle norme UNI CEI ISO 9000.

Ciò anche in considerazione del fatto che la certificazione ISO 13485:2016 costituisce uno standard settoriale specifico derivato dalla ISO 9001 e ne rappresenta un’estensione qualificata per il settore dei dispositivi medici, come già evidenziato nella prassi applicativa e nei pronunciamenti ANAC richiamati nel quesito.

Resta fermo che la certificazione dovrà essere in corso di validità alla data di presentazione dell’offerta e riferita ad attività coerenti con l’oggetto dell’appalto.

Quesito n. 11

Buongiorno,

in riferimento al lotto 4 si richiede se si richiede un camice Sterile o non Sterile.

Grazie

Risposta quesito n. 11

Il camice è non sterile.

Quesito n. 12

Buongiorno,

con la presente si chiede di inserire la documentazione da compilare in formato editabile per consentire una compilazione più semplice.

Cordialmente.

Risposta quesito n. 12

Al fine di facilitare l'attività di compilazione della documentazione fornita dalla Stazione Appaltante, come da richiesta, vengono inseriti nella sezione Doc di Gara i documenti per i quali è previsto inserimento di dati da parte dell' Operatore Economico.