

VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0

Dalla valutazione complessiva emerge un giudizio ottimo dei materiali in oggetto



VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.

DITTA LAMONEA

CRITERI DI QUALITA'

DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	Coefficiente	PUNTI ASSEGNATI
	FACILITA' DI APPLICAZIONE	15		
	TENUTA DELLE CLIP	15		
	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO	15		
	PRESENZA CODICE COLORE	15		
	SERVIZIO POST VENDITA CERTIFICATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE	10		
	Punteggio complessivo	70		
	Punteggio assegnato			

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0

La Commissione prende atto che il dispositivo offerto non rispetta il requisito di minima previsto dalla puntuale descrizione dello stesso dettagliata nel capitolato di gara, il quale richiedeva espressamente anche la misura XXL che, tuttavia, risulta mancante. Essendo stata riscontrata l'assenza di un elemento di minima richiesto dalla documentazione di gara, la Commissione non procede all'esame dei criteri di qualità.



VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.

DITTA TELEFLEXMEDICAL

CRITERI DI QUALITA'.

DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	Coefficiente	PUNTI ASSEGNATI
	FACILITA' DI APPLICAZIONE	15	0,5	7,5
	TENUTA DELLE CLIP	15	1	15
	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO	15	1	15
	PRESENZA CODICE COLORE	15	1	15
	SERVIZIO POST VENDITA CERTIFICATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE	10	1	10
	Punteggio complessivo	70	4,5	62,5
	Punteggio assegnato			

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0

Dalla valutazione complessiva emerge un giudizio buono dei materiali in oggetto

Dott. Gianluca Carpentieri

Dott. Federico Sergi

Dott.ssa Angela Maria Concetta Calabrese

Dott.ssa Monica Fasci

VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.

Lotto n. 33: TELI AD ANELLO PER CHIRURGIA ADDOMINALE

Teli ad anello monouso sterili delle dimensioni approssimative di cm90x90, per chirurgia addominale in grado di proteggere i bordi della ferita chirurgica dalla contaminazione eliminando il contatto diretto della stessa con contenuti viscerali, realizzato in polietilene trasparente antistatico che consenta la visualizzazione, con foro centrale delimitato da anello in materiale plastico semirigido facile da inserire all'interno della zona di incisione al fine di mantenere aperta e umida la ferita creando una superficie sterile sulla quale possono essere appoggiati i visceri durante l'intervento, con inserti adesivi agli angoli

per il fissaggio al campo operatorio, latex free, adesivo ipoallergenico.

Foro diametro cm. 7,5 circa

Foro diametro cm. 12 circa

Foro diametro cm. 17 circa

Foro diametro cm. 22 circa

Foro diametro cm. 27 circa


DITTA FORMEDICAL CO

CRITERI DI QUALITA'

DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	Coefficiente	PUNTI ASSEGNATI
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	30	1	30
	TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO	10	1	10
	SEMPLICITA' D'USO E PRATICITA' NELL'UTILIZZO	15	1	15
	FUNZIONALITA' DEL PRODOTTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DI MANUALITA' E TECNICHE D'USO	15	1	15
	Punteggio complessivo	70	4	70
	Punteggio assegnato			

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0

Dalla valutazione complessiva emerge un giudizio ottimo dei materiali in oggetto



VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.

DITTA MED TRADE

CRITERI DI QUALITA'

DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	Coefficiente	PUNTI ASSEGNATI
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	30	0,50	15
	TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO	10	0,50	5
	SEMPLICITA' D'USO E PRATICITA' NELL'UTILIZZO	15	0,50	7,5
	FUNZIONALITA' DEL PRODOTTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DI MANUALITA' E TECNICHE D'USO	15	0,50	7,5
	Punteggio complessivo	70	2	35
	Punteggio assegnato			

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0

Dalla valutazione complessiva emerge un giudizio insufficiente dei materiali in oggetto

Dott. Gianluca Carpentieri

Dott. Federico Sergi

Dott.ssa Angela Maria Concetta Calabrese

Dott.ssa Monica Fasci

VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi – Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.

Lotto n. 35: CONTA GARZE MONOUSO IN POLIETILENE TRASPARENTE

Conta garze monouso in polietilene trasparente a sacchetto dimensioni approssimative cm 30X80, almeno 4 scomparti di varie dimensioni per le diverse misure di garze e tamponi contenuti

DITTA DISPOSAN

CRITERI DI QUALITA'.

DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	Coefficiente	PUNTI ASSEGNATI
	RESISTENZA DEL MATERIALE	20	1	20
	VERSATILITA' DEL SISTEMA DI FISSAGGIO	20	1	20
	PRATICITA' D'USO (NUMERO DI SACCHETTI DISPONIBILI NEL CONTAGARZE, AMPIEZZA DEI SACCHETTI, ETC..)	15	1	15
	FACILITA' DI APERTURA ED ESTRAZIONE DAL CONFEZIONAMENTO	15	1	15
	Punteggio complessivo	70	4	70
	Punteggio assegnato			

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0

Dalla valutazione complessiva emerge un giudizio ottimo dei materiali in oggetto

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are three distinct signatures, with the largest one on the right and two smaller ones on the left. The initials appear to be 'H.' and 'MC'.

VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.

DITTA F.G. SERVICE

CRITERI DI QUALITA'

DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	Coefficiente	PUNTI ASSEGNATI
	RESISTENZA DEL MATERIALE	20	1	20
	VERSATILITA' DEL SISTEMA DI FISSAGGIO	20	1	20
	PRATICITA' D'USO (NUMERO DI SACCHETTI DISPONIBILI NEL CONTAGARZE, AMPIEZZA DEI SACCHETTI, ETC..)	15	1	15
	FACILITA' DI APERTURA ED ESTRAZIONE DAL CONFEZIONAMENTO	15	1	15
	Punteggio complessivo	70	4	70
	Punteggio assegnato			

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0

Dalla valutazione complessiva emerge un giudizio ottimo dei materiali in oggetto

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are three distinct signatures: one on the left, one in the center, and one on the right. The signatures are stylized and appear to be of varying lengths and complexity.

VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.

DITTA FORMEDICAL CO

CRITERI DI QUALITA'.

DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	Coefficiente	PUNTI ASSEGNATI
	RESISTENZA DEL MATERIALE	20	1	20
	VERSATILITA' DEL SISTEMA DI FISSAGGIO	20	1	20
	PRATICITA' D'USO (NUMERO DI SACCHETTI DISPONIBILI NEL CONTAGARZE, AMPIEZZA DEI SACCHETTI, ETC..)	15	1	15
	FACILITA' DI APERTURA ED ESTRAZIONE DAL CONFEZIONAMENTO	15	1	15
	Punteggio complessivo	70	4	70
	Punteggio assegnato			

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0

Dalla valutazione complessiva emerge un giudizio ottimo dei materiali in oggetto

VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.

DITTA ID&CO

CRITERI DI QUALITA'

DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	Coefficiente	PUNTI ASSEGNATI
	RESISTENZA DEL MATERIALE	20	1	20
	VERSATILITA' DEL SISTEMA DI FISSAGGIO	20	1	20
	PRATICITA' D'USO (NUMERO DI SACCHETTI DISPONIBILI NEL CONTAGARZE, AMPIEZZA DEI SACCHETTI, ETC..)	15	1	15
	FACILITA' DI APERTURA ED ESTRAZIONE DAL CONFEZIONAMENTO	15	1	15
	Punteggio complessivo	70	4	70
	Punteggio assegnato			

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0

Dalla valutazione complessiva emerge un giudizio ottimo dei materiali in oggetto

Dott. Gianluca Carpentieri

Dott. Federico Sergi

Dott.ssa Angela Maria Concetta Calabrese

Dott.ssa Monica Fasci

VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.

Lotto n. 36: CONTENITORI STERILI PER TAGLIENTI

Contenitori sterili costituiti da materiale plastico, rigido, non perforabile, con all'interno magneti per trattenere in sicurezza i taglienti metallici. Il contenitore deve essere dotato di sistema di rimozione delle lame dai manici bisturi e di sistema di chiusura riapribile con sicurezza contro le aperture accidentali.


DITTA EFM EMANUELE FIORE MANCINI

CRITERI DI QUALITA'

DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	Coefficiente	PUNTI ASSEGNATI
	AFFIDABILITA' E TENUTA DELLA CHIUSURA	30	0,50	15
	PRESENZA DI BORDI INTERNI PER INCREMENTARE LA SICUREZZA	15	0,75	11,25
	PRESENZA DI INDICATORI DI CONTEGGIO	15	1	15
	EVENTUALE SIMBOLOGIA DI RISCHIO BIOLOGICO	5	0,5	2,5
	EVENTUALE PRESENZA DI ADESIVO SULLA BASE D'APPOGGIO	5	1	5
	Punteggio complessivo	70	3,75	48,75
	Punteggio assegnato			

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0

Dalla valutazione complessiva emerge un giudizio buono dei materiali in oggetto



VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.


DITTA FG SERVICE

CRITERI DI QUALITA'

DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	Coefficiente	PUNTI ASSEGNATI
	AFFIDABILITA' E TENUTA DELLA CHIUSURA	30	0,50	15
	PRESENZA DI BORDI INTERNI PER INCREMENTARE LA SICUREZZA	15	0,75	11,25
	PRESENZA DI INDICATORI DI CONTEGGIO	15	1	15
	EVENTUALE SIMBOLOGIA DI RISCHIO BIOLOGICO	5	0,5	2,5
	EVENTUALE PRESENZA DI ADESIVO SULLA BASE D'APPOGGIO	5	1	5
	Punteggio complessivo	70	3,75	48,75
	Punteggio assegnato			

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0

Dalla valutazione complessiva emerge un giudizio buono dei materiali in oggetto

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be a stylized 'F' and 'S' followed by 'FG' and 'MC'.

VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.

DITTA FORMEDICAL CO

CRITERI DI QUALITA'.

DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	Coefficiente	PUNTI ASSEGNATI
	AFFIDABILITA' E TENUTA DELLA CHIUSURA	30	1	30
	PRESENZA DI BORDI INTERNI PER INCREMENTARE LA SICUREZZA	15	1	15
	PRESENZA DI INDICATORI DI CONTEGGIO	15	1	15
	EVENTUALE SIMBOLOGIA DI RISCHIO BIOLOGICO	5	1	5
	EVENTUALE PRESENZA DI ADESIVO SULLA BASE D'APPOGGIO	5	1	5
	Punteggio complessivo	70	5	70
	Punteggio assegnato			

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0

Dalla valutazione complessiva emerge un giudizio ottimo dei materiali in oggetto

Handwritten signature and initials, likely of the official responsible for the evaluation.

VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.

DITTA ID&CO

CRITERI DI QUALITA'

DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	Coefficiente	PUNTI ASSEGNATI
	AFFIDABILITA' E TENUTA DELLA CHIUSURA	30	0,50	15
	PRESENZA DI BORDI INTERNI PER INCREMENTARE LA SICUREZZA	15	0,75	11,25
	PRESENZA DI INDICATORI DI CONTEGGIO	15	1	15
	EVENTUALE SIMBOLOGIA DI RISCHIO BIOLOGICO	5	0,5	2,5
	EVENTUALE PRESENZA DI ADESIVO SULLA BASE D'APPOGGIO	5	1	5
	Punteggio complessivo	70	3,75	48,75
	Punteggio assegnato			

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0

Dalla valutazione complessiva emerge un giudizio buono dei materiali in oggetto

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be a stylized 'G' and 'M'.

VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.

DITTA LAMONEA

CRITERI DI QUALITA'

DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	Coefficiente	PUNTI ASSEGNATI
	AFFIDABILITA' E TENUTA DELLA CHIUSURA	30	0,50	15
	PRESENZA DI BORDI INTERNI PER INCREMENTARE LA SICUREZZA	15	0,75	11,25
	PRESENZA DI INDICATORI DI CONTEGGIO	15	1	15
	EVENTUALE SIMBOLOGIA DI RISCHIO BIOLOGICO	5	0,5	2,5
	EVENTUALE PRESENZA DI ADESIVO SULLA BASE D'APPOGGIO	5	1	5
	Punteggio complessivo	70	3,75	48,75
	Punteggio assegnato			

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0

Dalla valutazione complessiva emerge un giudizio buono dei materiali in oggetto

VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.

DITTA OMNIA HOSPITAL

CRITERI DI QUALITA'

DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	Coefficiente	PUNTI ASSEGNATI
	AFFIDABILITA' E TENUTA DELLA CHIUSURA	30	0,50	15
	PRESENZA DI BORDI INTERNI PER INCREMENTARE LA SICUREZZA	15	0,75	11,25
	PRESENZA DI INDICATORI DI CONTEGGIO	15	1	15
	EVENTUALE SIMBOLOGIA DI RISCHIO BIOLOGICO	5	0,5	2,5
	EVENTUALE PRESENZA DI ADESIVO SULLA BASE D'APPOGGIO	5	1	5
	Punteggio complessivo	70	3,75	48,75
	Punteggio assegnato			

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0

Dalla valutazione complessiva emerge un giudizio buono dei materiali in oggetto

Dott. Gianluca Carpentieri

Dott. Federico Sergi

Dott.ssa Angela Maria Concetta Calabrese

Dott.ssa Monica Fasci

VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.

Lotto n.37: DISPOSITIVI MONOUSO A RADIOFREQUENZA PER CHIRURGIA VIDEO LAPAROSCOPICA ED OPEN COMPATIBILE CON I GENERATORI COVIDIEN VALLEYLAI FI10.

1. Manipoli monouso per sintesi dei vasi fino a 7 mm. di diametro. Morso curvo con rivestimento anti aderenziale, con lama incorporata e pulsante posteriore di attivazione. Stelo diametro 13 mm., lunghezza 18 cm.
2. Manipoli monouso per sintesi dei vasi fino a 7 mm. di diametro. Morso curvo tipo Maryland allungato con rivestimento anti aderenziale, con lama incorporata e pulsante anteriore di attivazione. Stelo con rotazione a 360°, diametro 5 mm., lunghezza 23 cm.
3. Manipoli monouso per sintesi dei vasi fino a 7 mm. di diametro. Morso curvo tipo Maryland allungato con rivestimento anti aderenziale, con lama incorporata e pulsante anteriore di attivazione. Stelo con rotazione a 360°, diametro 5 mm., lunghezza 37 cm.
4. Manipoli monouso per sintesi dei vasi fino a 7 mm. di diametro. Morso curvo tipo Maryland allungato con rivestimento anti aderenziale, con lama incorporata e pulsante anteriore di attivazione. Stelo diametro 5 mm., lunghezza 30 cm, certificato per chirurgia toracica.
5. Strumento con impugnatura ad anelli riutilizzabile in acciaio adattabile e utilizzabile con manipoli monouso per sintesi dei vasi fino a 7 mm. di diametro con morso curvo, lama incorporata e pulsante di attivazione, lunghezza approssimativa 25 cm.
6. Manipoli monouso per sintesi dei vasi fino a 7 mm. di diametro. Morso curvo, con lama incorporata e pulsante anteriore di attivazione. Con impugnatura ad anelli, da adattare e utilizzare con strumento compatibile in acciaio, lunghezza 25 cm.
7. Manipoli monouso per sintesi dei vasi fino a 7 mm. di diametro con morso tipo Mosquito allungato con rivestimento anti aderenziale. Con impugnatura ad anelli, lama incorporata e pulsante di attivazione, misura 21 cm.
8. Manipoli monouso per sintesi dei vasi fino a 7 mm. di diametro con morso tipo Mosquito standard. Con impugnatura ad anelli, lama incorporata e pulsante di attivazione, misura 18 cm.
9. Manipoli monouso per sintesi dei vasi fino a 3 mm. di diametro con morso curvo, con lama incorporata e pulsante di attivazione, lunghezza 12 cm.
10. Manipoli laparotomici con lama incorporata a tre pulsanti per dissezione dei tessuti compatibili con sistema per sintesi dei vasi fino a 7 mm. di diametro.

DITTA LAMONEA

CRITERI DI QUALITA'.

DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	Coefficiente	PUNTI ASSEGNATI
	ERGONOMIA, MANEGGEVOLEZZA, TECNOLOGIA E QUALITA' DEI RIVESTIMENTI ANTIADERENZIALI DEI MORSI	20	1	20
	PRESENZA E QUALITA' DI SISTEMI DI CONTROLLO DEL CORRETTO AZIONAMENTO, DELL'UTILIZZO IN SICUREZZA DELLO STRUMENTO E LA SINTESI DEI VASI FINO A 7 MM DI DIAMETRO	20	1	20
	ADATTABILITA' DELLO STRUMENTO AI DIVERSI TESSUTI, QUALITA' E PRECISIONE DELLA SINTESI OTTENUTA SUI VASI, DOTTI LINFATICI E DEI TESSUTI VASCOLARIZZATI FINO A 7 MM	15	1	15
	SERVIZIO, FORMAZIONE E SUPPORTO POST-VENDITA CERTIFICATO ED AUTORIZZATO DALLA CASA PRODUTTRICE	15	0	0
	Punteggio complessivo	70	3	55
	Punteggio assegnato			

VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0

Dalla valutazione complessiva non si evidenzia alcuna documentazione inerente al servizio formazione e supporto post-vendita certificato ed autorizzato dalla casa produttrice

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, located in the lower right quadrant of the page.

VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.

DITTA SANIT SUD

CRITERI DI QUALITA'

DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	Coefficiente	PUNTI ASSEGNATI
	ERGONOMIA, MANEGGEVOLEZZA, TECNOLOGIA E QUALITA' DEI RIVESTIMENTI ANTIADERENZIALI DEI MORSI	20	1	20
	PRESENZA E QUALITA' DI SISTEMI DI CONTROLLO DEL CORRETTO AZIONAMENTO, DELL'UTILIZZO IN SICUREZZA DELLO STRUMENTO E LA SINTESI DEI VASI FINO A 7 MM DI DIAMETRO	20	1	20
	ADATTABILITA' DELLO STRUMENTO AI DIVERSI TESSUTI, QUALITA' E PRECISIONE DELLA SINTESI OTTENUTA SUI VASI, DOTTI LINFATICI E DEI TESSUTI VASCOLARIZZATI FINO A 7 MM	15	1	15
	SERVIZIO, FORMAZIONE E SUPPORTO POST-VENDITA CERTIFICATO ED AUTORIZZATO DALLA CASA PRODUTTRICE	15	1	15
	Punteggio complessivo	70	4	70
	Punteggio assegnato			

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0

Dalla valutazione complessiva emerge un giudizio ottimo dei materiali in oggetto

Dott. Gianluca Carpentieri

Dott. Federico Sergi

Dott.ssa Angela Maria Concetta Calabrese

Dott.ssa Monica Fasci

VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.


Lotto n. 38: DRENAGGI CHIRURGICI TUBOLARI - RESERVOIR DEDICATI

1. Drenaggio in silicone tipo Jackson-Pratt, grado medicale, apirogeno, scanalato con profilo piatto, completamente radiopaco. Corpo solido senza foratura con lunghezza 30 cm circa. Misure 3x7 con e senza ago, sterile.
2. Drenaggio in silicone tipo Jackson pratt, grado medicale, apirogeno, scanalato con profilo piatto, completamente radiopaco. Corpo solido senza foratura con lunghezza 30 cm circa. Misure 4x10 con e senza ago, sterile.
3. Drenaggio in silicone, grado medicale, apirogeno, scanalato con profilo a spirale, completamente radiopaco. Corpo solido senza foratura con lunghezza 30 cm circa. ch 15, con e senza ago, sterile
4. Drenaggio in silicone, grado medicale, apirogeno, scanalato con profilo a spirale, completamente radiopaco. Corpo solido senza foratura con lunghezza 30 cm circa Ch 19, con e senza ago, sterile.
5. Drenaggio in silicone, grado medicale, apirogeno, scanalato con profilo a spirale, completamente radiopaco. Corpo solido senza foratura con lunghezza 30 cm circa. ch 24, con e senza ago, sterile.
6. Drenaggio in silicone, grado medicale, apirogeno, scanalato con profilo a spirale, completamente radiopaco. Corpo solido senza foratura con lunghezza 30 cm circa ch 28, con e senza ago, sterile.
7. Drenaggio in silicone, grado medicale, apirogeno, scanalato con profilo a spirale, completamente radiopaco. Corpo solido senza foratura con lunghezza 30 cm circa ch 32 con e senza ago, sterile.
8. reservoir dedicato con costanti livelli di aspirazione 120-160 mm hg da 400 ml con tubi di drenaggio siliconato radiopaco e valvola antireflusso

DITTA ORTHOMED

CRITERI DI QUALITA'

DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	Coefficiente	PUNTI ASSEGNATI
	EFFICACIA DELL'ASPIRAZIONE	15	1	15
	REQUISITI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	10	1	10
	FACILITA' DI USO PER GLI OPERATORI E MANEGGEVOLEZZA	10	1	10
	ASSISTENZA E SERVIZIO POST-VENDITA, CON INDICAZIONE DI TEMPI DI CONSEGNA, CONFEZIONAMENTO MINIMO PER CIASCUN LOTTO	10	1	10
	AMPIEZZA GAMMA MISURE	10	1	10
	QUALITA' DEL PRODOTTO, MORBIDEZZA, TOSSICITA', BIOCOMPATIBILITA'	10	1	10
	CONFEZIONAMENTO	5	1	5
	Punteggio complessivo	70	7	70
	Punteggio assegnato			




VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0

Dalla valutazione complessiva emerge un giudizio ottimo dei materiali in oggetto

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a stylized signature. In the center, there are initials that appear to be 'AC' with a star-like mark above them. To the right of these, there is a large, sweeping signature that extends downwards.

VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.

DITTA TAU MEDICA

CRITERI DI QUALITA'

DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	Coefficiente	PUNTI ASSEGNATI
	EFFICACIA DELL'ASPIRAZIONE	15	1	15
	REQUISITI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	10	0,5	5
	FACILITA' DI USO PER GLI OPERATORI E MANEGGEVOLEZZA	10	0,5	5
	ASSISTENZA E SERVIZIO POST-VENDITA, CON INDICAZIONE DI TEMPI DI CONSEGNA, CONFEZIONAMENTO MINIMO PER CIASCUN LOTTO	10	1	10
	AMPIEZZAGAMMA MISURE	10	1	10
	QUALITA' DEL PRODOTTO, MORBIDEZZA, TOSSICITA', BIOCOMPATIBILITA'	10	1	10
	CONFEZIONAMENTO	5	1	5
	Punteggio complessivo	70	6	60
	Punteggio assegnato			

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0

Dalla valutazione complessiva emerge un giudizio buono dei materiali in oggetto

Dott. Gianluca Carpentieri

Dott. Federico Sergi

Dott.ssa Angela Maria Concetta Calabrese

Dott.ssa Monica Fasci

★

VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.

Lotto n. 39: DRENAGGI TORACICI ARMATI TIPO TROCAR

Catetere per il drenaggio toracico "trocar" con mandrino introduttore in materiale metallico a punta conica, atraumatica e smussa, in PVC trasparente, monouso, sterile, privo di lattice e DEHP, con parete anticollabimento con almeno 3 fori ellittici contrapposti nella parte distale, con linea radiopaca la lunghezza e marcatori di profondità ogni 2 cm, adattabile ai comuni sistemi di drenaggio.

Drenaggio toracico ch 8

Drenaggio toracico ch 10

Drenaggio toracico ch 12

Drenaggio toracico ch 20

Drenaggio toracico ch 24

Drenaggio toracico ch 28

Drenaggio toracico ch 32

DITTA ORTHOMED

CRITERI DI QUALITA'

DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	Coefficiente	PUNTI ASSEGNATI
	EFFICACIA DELL'ASPIRAZIONE	15	1	15
	REQUISITI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	10	1	10
	FACILITA' DI USO PER GLI OPERATORI E MANEGGEVOLEZZA	10	1	10
	ASSISTENZA E SERVIZIO POST-VENDITA, CON INDICAZIONE DI TEMPI DI CONSEGNA, CONFEZIONAMENTO MINIMO PER CIASCUN LOTTO	10	1	10
	AMPIEZZAGAMMA MISURE	10	1	10
	QUALITA' DEL PRODOTTO, MORBIDEZZA, TOSSICITA', BIOCOMPATIBILITA'	10	1	10
	CONFEZIONAMENTO	5	1	5
	Punteggio complessivo	70	7	70
	Punteggio assegnato			

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0

Dalla valutazione complessiva emerge un giudizio ottimo dei materiali in oggetto

VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.


DITTA TAU MEDICA


CRITERI DI QUALITA'


DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	Coefficiente	PUNTI ASSEGNATI
	EFFICACIA DELL'ASPIRAZIONE	15	1	15
	REQUISITI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	10	0.25	2.5
	FACILITA' DI USO PER GLI OPERATORI E MANEGGEVOLEZZA	10	0.50	5
	ASSISTENZA E SERVIZIO POST- VENDITA, CON INDICAZIONE DI: TEMPI DI CONSEGNA, CONFEZIONAMENTO MINIMO PER CIASCUN LOTTO	10	1	10
	AMPIEZZAGAMMA MISURE	10	1	10
	QUALITA' DEL PRODOTTO, MORBIDEZZA, TOSSICITA', BIOCOMPATIBILITA'	10	0.5	5
	CONFEZIONAMENTO	5	1	5
	Punteggio complessivo	70	5.25	52.5
	Punteggio assegnato			


Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0

Dalla valutazione complessiva emerge un giudizio buono dei materiali in oggetto

Dott. Gianluca Carpentieri 

Dott. Federico Sergi 

Dott.ssa Angela Maria Concetta Calabrese 

Dott.ssa Monica Fasci 

VERBALE SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta ex art. 71D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. Blocco Operatorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" (G.O.M.) di Reggio Calabria.

Lotto n. 40: DRENAGGI "T" DI KEHR

Sonde per drenaggio biliare a "T", tipo Kehr, in silicone con sezione circolare con tubo a T, trasparente, priva dilattice e DEHP, radiopaco lungo tutta la superficie, con punti di indicazione di profondità sul tratto verticale della lunghezza approssimativa di circa 65 cm, tratto trasversale forato di circa 20 cm, sterile, monouso, confezionati singolarmente e con misure variabili da 9 a 24 CH circa.

DITTA ORTHOMED

CRITERI DI QUALITA'

DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	Coefficiente	PUNTI ASSEGNATI
	EFFICACIA DELL'ASPIRAZIONE	15	1	15
	REQUISITI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	10	1	10
	FACILITA' DI USO PER GLI OPERATORI E MANEGGEVOLEZZA	10	1	10
	ASSISTENZA E SERVIZIO POST-VENDITA, CON INDICAZIONE DI TEMPI DI CONSEGNA, CONFEZIONAMENTO MINIMO PER CIASCUN LOTTO	10	1	10
	AMPIEZZA GAMMA MISURE	10	1	10
	QUALITA' DEL PRODOTTO, MORBIDEZZA, TOSSICITA', BIOCOMPATIBILITA'	10	1	10
	CONFEZIONAMENTO	5	1	5
	Punteggio complessivo	70	7	70
	Punteggio assegnato			

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0

Dalla valutazione complessiva emerge un giudizio ottimo dei materiali in oggetto

Dott. Gianluca Carpentieri

Dott. Federico Sergi

Dott.ssa Angela Maria Concetta Calabrese

Dott.ssa Monica Fasci