



**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



**Grande Ospedale Metropolitano  
"Bianchi Melacrino Morelli"**  
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

**OGGETTO: FONDI POR CALABRIA - AZIONE 1.6.1. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Procedura negoziata per la fornitura di n.2 tavoli operatori per la UOSD Blocco Operatorio. CUP G34E20008860006. CIG . A02E99246D**

## VERBALE n. 1

L'anno duemilaventitre il giorno 4 del mese di dicembre, alle ore 13,00, presso gli Uffici della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica, Via Provinciale Spirito Santo in Reggio Calabria, si è riunita la Commissione di gara nominata con deliberazione n. 1005 del 29/11/2023 per l'aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto.

Sono presenti i componenti:

- Dr. Gianluca Carpentieri - Presidente
- Dr. Sebastiano Larizza - Componente
- Dr. Luigi Mattia - Componente
- Dr. Francesco Ferrara - Segretario Verbalizzante

Preliminarmente il Segretario Verbalizzante acquisisce - ex art. 93, D. Lgs. n. 36/2023, relativamente all'inesistenza della cause di incompatibilità, e, quindi, all'assenza di eventuale conflitto di interesse, anche potenziale - le dichiarazioni dei componenti della Commissione de qua, allegate al presente verbale. =====


La Commissione prende atto che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte sul MePA relative alla R.D.O. n. 3858212 sonop pervenute le offerte delle ditte Arga Medicali, Endotec e Getinge..

La Commissione preliminarmente esamina la documentazione amministrativa presentata dalle ditte offerti che risulta conforme a quanto richiesto, di seguito procede all'esame della documentazione tecnica depositata sulla piattaforma MePA, e stabilisce quanto segue:

- Ditta Arga Medicali: La Commissione dopo l'esame della documentazione tecnica prodotta dalla ditta Arga Medicali, dichiara che le apparecchiature offerte sono conformi alla richiesta e procede all'attribuzione dei punteggi come segue:

1. Basamento possibilmente con 4 ruote integrate ed a scomparsa, che consenta la movimentazione della colonna o dell'intero sistema possibilmente senza l'ausilio di ulteriori carrelli/attrezzature	Max punti 15	Buono	11,25
2. Basamento ispezionabile per pulizia ruote	Max punti 10	Sufficiente	5
3. Cuscini con elevata proprietà antidecubito ed alta resistenza allo strappo	max punti 7	Sufficiente	3,5
4. Elevato grado di protezione infiltrazione liquidi del piano operatorio (IPX)	Max punti 5	Buono	3,75





**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



**Grande Ospedale Metropolitano  
"Bianchi Melacrino Morelli"**  
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

5. Tasto dedicato per la pulizia della colonna anche in assenza di piano operatorio	max punti 2	Insufficiente	0
6. Numero di batterie superiore a 2	Max punti 3	Insufficiente	0
7. Tempo di ricarica delle batterie ed autonomia	Max punti 5	Insufficiente	0
8. Telecomando IR dotato di display per la visualizzazione di allarmi, errori, gradi d'inclinazioni (trend-antitrend, tilt laterale, e piano schiena), stato batteria della colonna e della stessa pulsantiera preferibilmente con doppio ricevitore sulla colonna, possibilmente con differenziazione di colore per le diverse parti da movimentare.	Max punti 5	Insufficiente	0
9. Possibilità di memorizzare almeno 10 posizioni e memoria rapida per la memorizzazione di una posizione temporanea	Max punti 2	insufficiente	0
10. Velocità dei movimenti regolabile con tasto dedicato sul telecomando	Max punti 3	Insufficiente	0
11. Facilità dei sistemi di aggancio delle diverse sezioni, con pulsanti e leve facilmente individuabili. Morsetti per fissaggio accessori dotati di sistema di aggancio/sgancio rapido privo di sistemi a vite	Max punti 5	Ottimo	5
12. Sezione gambe in quattro sezioni, divaricabili trasformabile in inginocchiatore	Max punti 5	Sufficiente	2,5
13. Numero mesi garanzia ed assistenza full risk superiore a 36 mesi	Max punti 3	Insufficiente	0
			31

La Ditta Arga Medicali viene esclusa poiché non raggiunge il minimo punteggio di 42 punti, come stabilito nella lettera d'invito.

- Ditta Endotec: La Commissione dopo l'esame della documentazione tecnica prodotta dalla ditta Endotec, dichiara che le apparecchiature offerte sono conformi alla richiesta e procede all'attribuzione dei punteggi come segue:





**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



**Grande Ospedale Metropolitano  
"Bianchi Melacrino Morelli"**  
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

1. Basamento possibilmente con 4 ruote integrate ed a scomparsa, che consenta la movimentazione della colonna o dell'intero sistema possibilmente senza l'ausilio di ulteriori carrelli/attrezzature	Max punti 15	Buono	11,25
2. Basamento ispezionabile per pulizia ruote	Max punti 10	Ottimo	10
3. Cuscini con elevata proprietà antidecubito ed alta resistenza allo strappo	max punti 7	Sufficiente	3,5
4. Elevato grado di protezione infiltrazione liquidi del piano operatorio (IPX)	Max punti 5	Buono	3,75
5. Tasto dedicato per la pulizia della colonna anche in assenza di piano operatorio	max punti 2	Ottimo	2
6. Numero di batterie superiore a 2	Max punti 3	Ottimo	3
7. Tempo di ricarica delle batterie ed autonomia	Max punti 5	Ottimo	5
8. Telecomando IR dotato di display per la visualizzazione di allarmi, errori, gradi d'inclinazioni (trend-antitrend, tilt laterale, e piano schiena), stato batteria della colonna e della stessa pulsantiera preferibilmente con doppio ricevitore sulla colonna, possibilmente con differenziazione di colore per le diverse parti da movimentare.	Max punti 5	Sufficiente	2,5
9. Possibilità di memorizzare almeno 10 posizioni e memoria rapida per la memorizzazione di una posizione temporanea	Max punti 2	Sufficiente	1
10. Velocità dei movimenti regolabile con tasto dedicato sul telecomando	Max punti 3	Ottimo	3
11. Facilità dei sistemi di aggancio delle diverse sezioni, con pulsanti e leve facilmente individuabili. Morsetti per fissaggio accessori dotati di sistema di aggancio/sgancio rapido privo di sistemi a vite	Max punti 5	Ottimo	5
12. Sezione gambe in quattro sezioni, divaricabili trasformabile in	Max punti 5	Sufficiente	2,5







**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

ingnocchiatore			
13. Numero mesi garanzia ed assistenza full risk superiore a 36 mesi	Max punti 3	Ottimo	3
			55,50

- Ditta Getinge: La Commissione dopo l'esame della documentazione tecnica prodotta dalla ditta Getinge, dichiara che le apparecchiature offerte sono conformi alla richiesta e procede all'attribuzione dei punteggi come segue:

1. Basamento possibilmente con 4 ruote integrate ed a scomparsa, che consenta la movimentazione della colonna o dell'intero sistema possibilmente senza l'ausilio di ulteriori carrelli/attrezzature	Max punti 15	Buono	11,25
2. Basamento ispezionabile per pulizia ruote	Max punti 10	Ottimo	10
3. Cuscini con elevata proprietà antidecubito ed alta resistenza allo strappo	max punti 7	Ottimo	7
4. Elevato grado di protezione infiltrazione liquidi del piano operatorio (IPX)	Max punti 5	Ottimo	5
5. Tasto dedicato per la pulizia della colonna anche in assenza di piano operatorio	max punti 2	Ottimo	2
6. Numero di batterie superiore a 2	Max punti 3	Ottimo	3
7. Tempo di ricarica delle batterie ed autonomia	Max punti 5	Ottimo	5
8. Telecomando IR dotato di display per la visualizzazione di allarmi, errori, gradi d'inclinazioni (trend-antitrend, tilt laterale, e piano schiena), stato batteria della colonna e della stessa pulsantiera preferibilmente con doppio ricevitore sulla colonna, possibilmente con differenziazione di colore per le diverse parti da movimentare.	Max punti 5	Ottimo	5
9. Possibilità di memorizzare almeno 10 posizioni e memoria rapida per la memorizzazione di una posizione temporanea	Max punti 2	Ottimo	2
10. Velocità dei movimenti regolabile con	Max punti 3	Ottimo	3







**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

tasto dedicato sul telecomando			
11. Facilità dei sistemi di aggancio delle diverse sezioni, con pulsanti e leve facilmente individuabili. Morsetti per fissaggio accessori dotati di sistema di aggancio/sgancio rapido privo di sistemi a vite	Max punti 5	Ottimo	5
12. Sezione gambe in quattro sezioni, divaricabili trasformabile in inginocchiatore	Max punti 5	Ottimo	5
13. Numero mesi garanzia ed assistenza full risk superiore a 36 mesi	Max punti 3	Ottimo	3
			66,25

Si procede quindi a riportare il punteggio tecnico complessivo delle ditte Endotec e Getinge sulla piattaforma MEPA ed all'apertura dell'offerta economica come di seguito si riporta:

Ragione sociale	Offerte
Endotec	€ 186.000,00 = oltre iva
Getinge	€ 188.540,08 = oltre iva

La Commissione propone l'aggiudicazione della fornitura di cui alla presente procedura di gara, alla ditta Getinge, per l'importo di € 188.540,08 oltre iva che ha ottenuto il punteggio più alto di 95,85 punti complessivi.

I lavori si concludono alle ore 14,00 =====  
Del che viene redatto il presente verbale che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto come segue. =====

- Dr. Gianluca Carpentieri \_\_\_\_\_
- Dr. Sebastiano Larizza \_\_\_\_\_
- Dr. Luigi Mattia \_\_\_\_\_
- Dr. Francesco Ferrara \_\_\_\_\_

