



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

OGGETTO: FONDI POR CALABRIA - AZIONE 1.6.1. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Procedura negoziata per la fornitura "chiavi in mano" di autoclavi a vapore per il Blocco Operatorio. CUP G34E20008860006. CIG A02DCD408B.

L'anno duemilaventitre il giorno 6 del mese di dicembre, alle ore 10,40 presso gli Uffici della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica, Via Provinciale Spirito Santo in Reggio Calabria, si è riunita la Commissione di gara nominata con Deliberazione n. 1002 del 29/11/2023 e s.m.i. per l'aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto.

Sono presenti i componenti:





- Dr.ssa Stefania Saffioti - Presidente
- Dr. Santo Failla - Componente
- Dr. Alfredo Verdino - Componente
- Dr. Francesco Ferrara - Segretario Verbalizzante

Preliminarmente il Segretario Verbalizzante acquisisce – ex art. 93, D. Lgs. n. 36/2023, relativamente all'inesistenza della cause di incompatibilità, e, quindi, all'assenza di eventuale conflitto di interesse, anche potenziale – le dichiarazioni dei componenti della Commissione de qua, allegate al presente verbale.

La Commissione prende atto che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte sul MePA relative alla R.D.O. n. 3861782 sono pervenute le offerte delle ditte Endotec e Steel & Power. La Commissione preliminarmente esamina la documentazione amministrativa presentata dalle ditte offerenti che risulta conforme a quanto richiesto e di seguito procede all'esame della documentazione tecnica depositata sulla piattaforma MePA dalle ditte concorrenti.

Alle ore 12,50 la Commissione sospende i lavori che riprenderanno alle ore 14,30.

Del che viene redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto come segue.

- Dr.ssa Stefania Saffioti 
- Dr. Santo Failla 
- Dr. Alfredo Verdino 
- Dr. Francesco Ferrara 



OGGETTO: FONDI POR CALABRIA - AZIONE 1.6.1. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Procedura negoziata per la fornitura "chiavi in mano" di autoclavi a vapore per il Blocco Operatorio. CUP G34E20008860006. CIG A02DCD408B.

L'anno duemilaventitre il giorno 6 del mese di dicembre, alle ore 14,30 presso gli Uffici della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica, Via Provinciale Spirito Santo in Reggio Calabria, si è riunita la Commissione di gara nominata con Deliberazione n. 1002 del 29/11/2023 e s.m.i. per l'aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto.

Sono presenti i componenti:

- Dr.ssa Stefania Saffioti - Presidente
- Dr. Santo Failla - Componente
- Dr. Alfredo Verdino - Componente
- Dr. Francesco Ferrara - Segretario Verbalizzante

La Commissione prosegue i lavori con l'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti Endotec e Steel & Power.

Ditta Endotec. La Commissione, dopo l'esame della documentazione tecnica prodotta dalla ditta Endotec dichiara che le autoclavi offerte sono conformi alla richiesta e procede ad unanimità, all'attribuzione dei punteggi come segue:

<u>Parametri valutazione</u>	Punti max	Giudizio Commissione	Punteggio Commissione
caratteristiche tecniche e prestazioni : interfaccia utente, ampiezza/luminosità e immediatezza della lettura del display, facilità nelle procedure di pulizia e disinfezione, sistemi sicurezza, silenziosità, facilità installazione e manutenzione, qualità sistema per migliorare la barriera ermetica tra la zona pulita e quella sporca, qualità accessori, anni garanzia camera sterilizzazione	25	Ottimo	25
Durata guarnizioni porte in funzione del n.cicli, spessore acciaio camera sterilizzazione ed intercapedine,	10	Ottimo	10
Tipologia pompa vuoto: n. manutenzione periodiche richieste/anno, consumo acqua per singolo ciclo.	12	Ottimo	12
organizzazione assistenza tecnica Post vendita	6	Ottimo	6
garanzia delle apparecchiature offerte full-risk	12	Ottimo	12
Formazione operatori	5	Ottimo	5
Ditta Endotec punteggio complessivo totale			70

Ditta Steel & Power. La Commissione, dopo l'esame della documentazione tecnica prodotta dalla ditta Steel & Power dichiara che le autoclavi offerte sono conformi alla richiesta e procede ad unanimità, all'attribuzione dei punteggi come segue:

<u>Parametri valutazione</u>	Punti	Giudizio	Punteggio
------------------------------	-------	----------	-----------



	max	Commissione	Commissione
caratteristiche tecniche e prestazioni : interfaccia utente, ampiezza/luminosità e immediatezza della lettura del display,facilità nelle procedure di pulizia e disinfezione, sistemi sicurezza, silenziosità,facilità installazione e manutenzione,qualità sistema per migliorare la barriera ermetica tra la zona pulita e quella sporca,qualità accessori,anni garanzia camera sterilizzazione	25	ottimo	25
Durata guarnizioni porte in funzione del n.cicli, spessore acciaio camera sterilizzazione ed intercapedine,	10	Sufficiente	5
Tipologia pompa vuoto: n.manutenzione periodiche richieste/anno,consumo acqua per singolo ciclo.	12	Sufficiente	6
organizzazione assistenza tecnica Post vendita	6	Sufficiente	3
garanzia delle apparecchiature offerte full-risk	12	buono	9
Formazione operatori	5	ottimo	5
Ditta Steel & Power punteggio complessivo totale			53

Si procede quindi a riportare sulla piattaforma MEPA, i punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione ed all'apertura dell'offerta economica.

La ditta Endotec offre l'importo complessivo di € _____ oltre iva;

La ditta Steel & Power offre l'importo complessivo di € _____ oltre iva;

Dalla graduatoria elaborata dalla piattaforma MEPA evince quanto segue: _____

Lotto	Ditta	Punteggio qualità	Prezzo offerto	Punteggio economico	Punteggio totale
1	Endotec	70	213.000,00	25,42	95,42
	Steel & Power	53	180.500,00	30	83

La Commissione propone l'aggiudicazione della fornitura di cui alla presente procedura di gara, alla ditta Endotec, per l'importo di € 213.000,00 oltre iva che ha ottenuto il punteggio più alto di punti 95,42.

I lavori si concludono alle ore 15,30. _____

Del che viene redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto come segue. _____

- Dr.ssa Stefania Saffioti _____
- Dr. Santo Failla _____
- Dr. Alfredo Verdino _____
- Dr. Francesco Ferrara _____